

Април 2022 г.

Важна забележка

Актуализация на файл с дефиниция на анализ (Assay Definition File, ADF) QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel до версия 1.1

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ НА ТОВА ПИСМО, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis PANEL.

Уважаеми клиенти,

В QIAGEN сме се посветили на задоволяването на нуждите на нашите клиенти и непрекъснато се стремим да осигуряваме най-добрата стойност на продуктите и услугите. Ето защо бихме искали да Ви информираме за актуализация на файл с дефиниция на анализ (Assay Definition File, ADF) за QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel (кат. № 691611).

Новата версия на този ADF включва актуализации на няколко съобщения за грешка с цел подобряване на яснотата и актуализиране на конфигурацията за подобряване на надеждността на тестването. От клиентите се изисква да инсталират този нов ADF, преди да използват QIAstat-Dx Meningitis Panel. Тази актуализация на ADF няма да отнеме повече от 1 минута.

За да използвате новия ADF, ще трябва да импортирате QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis ADF версия 1.1 във Вашия QIAstat-Dx Analyzer 1.0. QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel ADF е съвместим с QIAstat-Dx Analyzer 1.0, работещ със софтуерна версия 1.4 и по-нова.

Как да актуализирате Вашия QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel ADF до версия-1.1

Актуализацията на QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel ADF версия 1.1 може да бъде извършена от клиентите. Ако имате затруднения по време на актуализацията, моля, свържете се с отдела за техническо обслужване на QIAGEN на support.qiagen.com

За да актуализирате Вашия QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel ADF до версия 1.1 и да импортирате подобрената версия на анализа към Вашия QIAstat-Dx Analyzer 1.0, изпълнете следните стъпки:

1. Заявете ADF файл от Вашия търговски представител на QIAGEN или посетете <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>

2. В раздел **Product Resources** (Продуктови ресурси) кликнете **Protocol Files** (Файлове с протоколи) и изтеглете QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel ADF версия 1.1. Запазете и разархивирайте пакета. Копирайте файла *.asy в основната папка на USB устройството за съхранение (директно на USB устройството за съхранение, а не в папка).
3. Поставете USB устройството за съхранение, което съдържа съответния ADF, в USB порта на QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Натиснете бутона **Options** (Опции), след което бутона **Assay Management** (Управление на анализите). В областта със съдържание се показва екранът Assay Management (Управление на анализите).
5. Натиснете иконата **Import** (Импортиране) в долната лява страна на екрана.
6. Изберете ADF файла за импортиране от USB устройството за съхранение.
7. Ще се покаже диалогов прозорец и трябва да потвърдите качването на файловете.
8. След това може да се покаже диалогов прозорец с въпрос дали да замените текущата версия с новата. Натиснете **Yes** (Да), за да потвърдите.
9. Изберете **Assay Active** (Активен анализ), за да разрешите анализът да стане активен.
10. Присвоете активния анализ към потребителя, като натиснете бутона Options (Опции), след което – бутона User Management (Управление на потребителите).
Изберете потребителя, който ще има право да провежда анализа.
Изберете **Assign Assays** (Присвояване на анализи) от **User Options** (Опции за потребителите).
Активирайте анализа и натиснете бутона **Save** (Запазване).

За допълнителна информация вижте инструкциите в ръководството за използване за конкретния анализ (QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel).

Моля, не се колебайте да се свържете с нас чрез Вашия търговски представител на QIAGEN, ако имате някакви допълнителни въпроси относно горепосочените точки.

С уважение,

екипът на QIAGEN
www.qiagen.com