

Tammikuu 2021

# QIAstat-Dx<sup>®</sup> Analyzer 1.0 -käyttöopas



Versio 3

Käyttöön ohjelmistoversion 1.4.x tai uudemman kanssa

**IVD**

**CE**

**REF**

9002824 (QIAstat-Dx Analyzer 1.0, koko järjestelmä)

**REF**

9002814 (QIAstat-Dx Analytical Module)

**REF**

9002813 (QIAstat-Dx Operational Module)



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

# Sisältö

1	Johdanto .....	6
1.1	Tämä käyttöopas .....	6
1.2	Yleistä .....	7
1.2.1	Tekninen apu .....	7
1.2.2	Ilmoitus QIAGENin käytännöistä .....	8
1.3	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin käyttötarkoitus .....	8
1.3.1	Käytön rajoitukset .....	8
2	Turvallisuustiedot .....	9
2.1	Asianmukainen käyttö .....	10
2.2	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin kuljetusta koskevat varotoimet .....	11
2.3	Sähköturvallisuus .....	11
2.4	Kemikaaliturvallisuus .....	11
2.5	Biologinen turvallisuus .....	12
2.6	Jätteiden hävittäminen .....	13
2.7	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa olevat merkinnät .....	14
2.8	Tietoturva .....	15
3	Yleiskuvaus .....	16
3.1	Järjestelmän kuvaus .....	16
3.2	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin kuvaus .....	16
3.3	QIAstat-Dx-testikasetin kuvaus .....	18
3.4	QIAstat-Dx Analyzer -ohjelmisto .....	19
4	Asennustoimenpiteet .....	20
4.1	Käyttöpaikkaa koskevat vaatimukset .....	20
4.2	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin toimitus ja osat .....	21
4.3	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin purkaminen pakkauksesta ja asentaminen 23	
4.4	Lisäanalyysimoduulien asentaminen .....	27
4.5	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pakkaaminen uudelleen ja kuljettaminen	33
5	Testien tekeminen ja tulosten tarkasteleminen .....	34

5.1	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointivirran kytkeminen.....	34
5.2	QIAstat-Dx-testikasetin valmisteleminen.....	35
5.3	Testin tekeminen.....	35
5.3.1	Testiajon peruuttaminen.....	41
5.4	Tulosten tarkastelu.....	42
5.4.1	Monistumiskäyrien tarkastelu.....	43
5.4.2	Sulamiskäyrien tarkasteleminen.....	45
5.4.3	Testitulosten tarkastelu.....	46
5.4.4	Aikaisempien tulosten selaaminen.....	48
5.4.5	Tulosten vieminen USB-muistiin.....	51
5.4.6	Tulosten tulostaminen.....	51
5.4.7	Tukitiedostopakettien luominen.....	51
6	Järjestelmän toiminnot ja asetukset.....	53
6.1	Päänäyttö.....	53
6.1.1	Yleinen tilapalkki.....	54
6.1.2	Moduulin tilapalkki.....	54
6.1.3	Moduulin tilasivu.....	55
6.1.4	Päävalikkopalkki.....	56
6.1.5	Sisältöalue.....	57
6.2	Sisäänkirjautumisnäyttö.....	57
6.2.1	Uloskirjautuminen.....	59
6.3	Näytönsäätö.....	59
6.4	Asetusvalikko.....	60
6.5	Tulosten arkistointi.....	60
6.5.1	Arkiston luominen.....	61
6.5.2	Arkiston avaaminen.....	63
6.6	Käyttäjien hallinta.....	64
6.6.1	Käyttäjäluekkeiden avaaminen ja hallinta.....	65
6.6.2	Käyttäjien lisääminen.....	68
6.7	Testien hallinta.....	70
6.7.1	Käytettävissä olevien testien hallinta.....	70

6.7.2	Epidemiologiaraportin luominen.....	72
6.7.3	Uusien testien tuominen.....	73
6.8	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen asetusten määrittäminen.....	74
6.8.1	Alueelliset asetukset.....	74
6.8.2	HIS-/LIS-asetukset.....	77
6.8.3	QIASphere Base -alustan asetukset.....	77
6.8.4	Yleiset asetukset.....	79
6.8.5	Tulostimen asetukset.....	80
6.8.6	Verkkoasetukset.....	82
6.8.7	Jaettu verkkoresurssi.....	83
6.8.8	Järjestelmäloki.....	85
6.8.9	Versiotiedot ja ohjelmiston lisenssisopimus.....	86
6.8.10	Järjestelmän päivittäminen.....	86
6.8.11	Järjestelmän varmuuskopiointi.....	88
6.9	Salasanojen vaihtaminen.....	89
6.10	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen järjestelmän tila.....	91
6.11	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen sammuttaminen.....	91
7	Sairaalan ja laboratorion tietojärjestelmän yhteydet.....	92
7.1	Tiedonsiirron aktivointi ja määrittäminen sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmän kanssa92	
7.2	Testin nimen määrittäminen.....	94
7.3	Testipyynnön luominen, kun yhteys isäntään on käytössä.....	94
7.3.1	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen määrittäminen käyttämään isäntäkoneen yhteyttä.....	94
7.3.2	Testin tekeminen testipyynnön perusteella.....	95
7.4	Testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen.....	98
7.4.1	Testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen automaattisesti.....	98
7.4.2	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen määrittäminen testituloksen siirtämiseen isäntäkoneeseen manuaalisesti.....	100
7.4.3	Testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen manuaalisesti.....	100
7.5	Isäntäkoneen yhteyden vianmääritys.....	101

8	Huolto.....	102
8.1	Huoltotoimenpiteet.....	102
8.2	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinnan puhdistaminen .....	102
8.3	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinnan dekontaminoiminen .....	103
8.4	Ilmansuodattimen vaihtaminen .....	105
8.5	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin korjaaminen .....	106
9	Vianmääritys .....	107
9.1	Laitteiston ja ohjelmiston virheet .....	108
9.2	Virheilmoitukset ja varoitusviestit.....	109
10	Tekniset tiedot.....	114
11	Liitteet .....	115
11.1	Tulostimen asentaminen ja määrittäminen.....	115
11.1.1	Tulostimen asentaminen USB-liitännän kautta .....	115
11.1.2	Tulostimen asentaminen Ethernetin kautta .....	115
11.1.3	CUPS-tulostinajurin asentaminen.....	116
11.1.4	Testattujen tulostimien luettelo.....	119
11.2	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	120
11.3	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromumerkintä (WEEE) .....	121
11.4	Vastuulauseke .....	122
11.5	Ohjelmiston lisenssisopimus .....	123
11.6	Takuun vastuunrajausilmoitus .....	127
11.7	Sanasto.....	128
	HAKEMISTO.....	129
	Asiakirjan muutoshistoria.....	132

Käyttöoppaan painettu versio on saatavilla tilauksesta.

# 1 Johdanto

Kiitos, että olet valinnut QIAstat-Dx® Analyzer 1.0 -analysointilaitteen. Uskomme tästä järjestelmästä tulevan olennainen osa laboratoriotasi.

Tässä oppaassa kuvataan, miten QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta käytetään ohjelmistoversiolla 1.4 tai uudemmalla. Lue QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen käyttöopas huolellisesti ennen järjestelmän käyttöä ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet. Käyttöoppaan ohjeita ja turvallisuustietoja on noudatettava, jotta laitteen käyttö on varmasti turvallista ja laite säilyy turvallisessa kunnossa.

Huomautus: Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat ovat vain esimerkkejä. Todellinen näkymä voi vaihdella testistä toiseen.

## 1.1 Tämä käyttöopas

Tämän käyttöoppaan QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta koskevat tiedot on jaettu seuraaviin osiin:

- Johdanto
- Turvallisuustiedot
- Yleiskuvaus
- Asennustoimenpiteet
- Testien tekeminen ja tulosten tarkasteleminen
- Järjestelmän toiminnot ja asetukset
- Sairaalan ja laboratorion tietojärjestelmän yhteydet
- Huolto
- Vianmääritys
- Tekniset tiedot

Liitteet sisältävät tietoja seuraavista:

- Tulostimen asennus ja määrittäminen sekä testattujen tulostimien luettelo
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Sähkö- ja elektroniikkalaiteromumerkintä (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)

- Vastuulauseke
- Ohjelmiston lisenssisopimus
- Takuun vastuunrajausilmoitus
- Sanasto

## 1.2 Yleistä

### 1.2.1 Tekninen apu

QIAGEN-yhtiön tarjoama tekninen tuki on huippulaatuisia ja helposti saatavilla. Teknisen palvelun osastoillamme on kokeneita asiantuntijoita, joilla on laaja teoreettinen ja käytännöllinen molekyyli- ja biologiaosaaminen ja jotka hallitsevat QIAGEN-tuotteiden käytön. Jos sinulla on kysyttävää tästä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteesta tai QIAGENin tuotteista yleisesti, tai jos tämän järjestelmän käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys meihin.

QIAGENin asiakkaiden antama tieto tuotteiden edistyneestä tai erityiskäytöstä on yhtiölle merkittävää. Tieto on hyödyllistä sekä QIAGENin muille asiantuntijoille että tutkijoille. Otathan siis meihin yhteyttä, jos sinulla on ehdotuksia tuotteiden suorituskykyyn tai uusiin käyttökohteisiin tai tekniikoihin liittyen.

Teknistä tukea saat QIAGENin teknisestä palvelusta osoitteesta **[support.qiagen.com](https://support.qiagen.com)**.

Ennen kuin otat yhteyttä QIAGENin tekniseen tukeen virhetilanteissa, varmista, että sinulla on käsillä nämä tiedot:

- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -laitteen sarjanumero, tyyppi, ohjelmistoversio ja asennetut testin määrittäjä tiedot
- mahdollinen virhekoodi
- virheen ensimmäinen ilmenemisajankohta
- virheen toistuvuus (onko kyseessä satunnaisesti vai jatkuvasti ilmenevä virhe)
- valokuva virhetilanteesta, jos mahdollista
- tukitiedostopaketti

## 1.2.2 Ilmoitus QIAGENin käytännöistä

QIAGEN parantaa tuotteitaan sitä mukaa kun uusia tekniikoita ja komponentteja tulee markkinoille. QIAGEN pidättää itsellään oikeuden tuotteen teknisten ominaisuuksien muuttamiseen koska tahansa. Vastaaotamme mielellämme kommentteja tästä käyttöoppaasta, jotta voimme jatkuvasti parantaa käyttöoppaidemme hyödyllisyyttä ja laatua. Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.

## 1.3 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen käyttötarkoitus

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitte on tarkoitettu in vitro -diagnostiikkaan, ja se antaa diagnostisia tuloksia. Analyysin kaikki vaiheet on täysin automatisoitu molekyyliagnostisten QIAstat-Dx-kasettien ja reaaliaikaisen PCR tunnistuksen avulla.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -järjestelmä on tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön, eikä sitä saa käyttää itsetestaukseen.

### 1.3.1 Käytön rajoitukset

- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta saa käyttää ainoastaan QIAstat-Dx-testikasettien kanssa ja ainoastaan tässä käyttöoppaassa ja QIAstat-Dx-testikasettien käyttöohjeissa olevien ohjeiden mukaan.
- Käytä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen liittämiseen vain järjestelmän mukana toimitettuja kaapeleita.
- Huoltoja ja korjauksia saavat tehdä ainoastaan QIAGENin valtuuttamat henkilöt.
- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta saa käyttää vain tasaisella vaakasuoralla alustalla, joka ei vietä mihinkään suuntaan.
- Kertaalleen käytettyä QIAstat-Dx-testikasettia ei saa käyttää uudelleen, riippumatta siitä, oliko ensimmäinen käyttökerta onnistunut, virheellinen tai epätäydellinen.
- Varmista laitteen riittävä ilmanvaihto jättämällä joka puolelle QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen ympärille vähintään 10 cm tyhjää tilaa.
- Älä sijoita QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta ilmastoinnin poistoventtiilien tai lämmönvaihtimen läheisyyteen.
- Älä liikuta laitetta, kun testi on käynnissä.
- Älä tee muutoksia järjestelmän asetuksiin, kun testi on käynnissä.
- Älä nosta tai siirrä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta tarttumalla kiinni kosketusnäytöstä.




## 2 Turvallisuustiedot


Lue QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen käyttöopas huolellisesti ennen järjestelmän käyttöä ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet. Käyttöoppaan ohjeita ja turvallisuustietoja on noudatettava, jotta laitteen käyttö on varmasti turvallista ja laite säilyy turvallisessa kunnossa.

Mahdolliset vaarat, jotka voivat haitata käyttäjää tai aiheuttaa vaurioita laitteelle, on mainittu selvästi asianmukaisissa kohdissa eri puolilla tätä käyttöopasta.

Jos laitetta käytetään muulla kuin valmistajan määrittämällä tavalla, laitteen turvallinen käyttö voi vaarantua.

Seuraavan tyyppisiä turvallisuustietoja on esitetty eri puolilla *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen käyttöopasta*.

<b>VAROITUS</b> 	VAROITUS-sanalla varoitetaan tilanteista, jotka voivat johtaa sinun tai muiden henkilöiden <b>loukkaantumiseen</b> .  Tällaisista tilanteista kerrotaan tarkemmin tätä esimerkkiä vastaavien kehysten sisällä olevalla tekstillä.
--	---

<b>HUOMIO</b> 	HUOMIO-sanalla varoitetaan tilanteista, jotka voivat johtaa tämän laitteen tai muiden <b>laitteiden vaurioitumiseen</b> .  Tällaisista tilanteista kerrotaan tarkemmin tätä esimerkkiä vastaavien kehysten sisällä olevalla tekstillä.
--	--

<b>TÄRKEÄÄ</b>	TÄRKEÄÄ-sanalla merkityt tiedot ovat erittäin tärkeitä tehtävän onnistumisen tai järjestelmän optimaalisen toiminnan kannalta.
----------------	--


<b>Huomautus</b>	Tiettyä tilannetta tai tehtävää selostava tai selventävä teksti on merkitty Huomautus-sanalla.
------------------	--


Tämän käyttöoppaan ohjeet eivät korvaa vaan täydentävät käyttömaan voimassa olevia normaaleja turvallisuusmääräyksiä.

## 2.1 Asianmukainen käyttö


Käytä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta tämän käyttöoppaan mukaisesti. On erittäin suositeltavaa perehtyä huolellisesti käyttöohjeisiin ennen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen käyttöä.

- Noudata kaikkia QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen painettuja tai kiinnitettyjä turvallisuusohjeita.
- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen virheellinen käyttö tai asennus- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen vaurioitumisen.
- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta saavat käyttää ainoastaan pätevät ja asianmukaisesti koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset.
- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta saavat huoltaa vain QIAGENin valtuuttamat henkilöt.
- Älä käytä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta sellaisissa vaarallisissa ympäristöissä, joihin sitä ei ole tarkoitettu.
- Noudata organisaatiosi kyberturvallisuusohjeita tunnistetietojen säilyttämisessä.

<p><b>VAROITUS/ HUOMIO</b></p> 	<p><b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b></p> <p>Älä avaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kotelo. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kotelon tarkoitus on suojata käyttäjää ja varmistaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen asianmukainen toiminta. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen käyttö ilman kotelo aiheuttaa sähköiskuvaaran ja toimintahäiriöitä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen.</p>
--	---

<p><b>VAROITUS/ HUOMIO</b></p> 	<p><b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b></p> <p>Ole varovainen, kun kasettien syöttöaukon luukku sulkeutuu, ettet esimerkiksi jätä sormiasi luukun väliin.</p>
--	---


## 2.2 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kuljetusta koskevat varoitukset

<b>VAROITUS/ HUOMIO</b> 	<b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b> QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on painava laite. Vammojen ja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen vaurioiden välttämiseksi ole varovainen nostaessasi analysointilaitetta ja käytä soveltuvia nostomenetelmiä.
--	---

## 2.3 Sähköturvallisuus

Noudata kaikkia sähkölaitteita koskevia yleisiä varoituksia.


Irrota virtajohto verkkovirtaliitännästä ennen laitteen huoltoa.


<b>VAROITUS</b> 	<b>Sähköiskun vaara</b> QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen sisällä on tappava jännite. Älä avaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen koteloita. Virtajohto on kytkettävä suojamaadoitettuun verkkovirtaliitännänsä. Älä koske kytkimiin tai virtajohtoihin märin käsin. Älä käytä laitetta ohjeesta poikkeavalla verkkovirralla.
--	--

## 2.4 Kemikaaliturvallisuus

Kasettimateriaalien käyttöturvallisuustiedotteet (Safety Data Sheets, SDS) ovat saatavilla. Ne saa QIAGENiltä pyynnöstä.

Käytetyt QIAstat-Dx-testikasetit on hävitettävä kaikkien kansallisten ja paikallisten terveys- ja turvallisuuslakien mukaisesti.

<b>VAROITUS</b> 	<p><b>Vaaralliset kemikaalit</b></p> <p>Jos kasetin kuori vaurioituu, sen sisältä voi vuotaa kemikaaleja. Jotkin QIAstat-Dx-testikaseteissa käytetyt kemikaalit saattavat olla vaarallisia tai muuttua vaarallisiksi. Käytä aina suojalaseja, käsineitä ja laboratoriotakkia.</p>
--	---

<b>HUOMIO</b> 	<p><b>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin vaurioitumisen vaara</b></p> <p>Varo läikyttämästä kemikaaleja tai muita nesteitä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin sisälle tai päälle. Nesteroiskeiden aiheuttamat vauriot ovat peruste takuun mitätöitymiselle.</p>
--	---

## 2.5 Biologinen turvallisuus


QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja kasetit eivät itsessään sisällä biovaarallisia aineita. Biologisista lähteistä peräisin olevia aineita sisältäviä näytteitä ja reagensseja on kuitenkin käsiteltävä mahdollisesti biovaarallisina. Ne on myös hävitettävä biovaarallisina. Noudata turvallisia laboratorioskäytäntöjä, jotka kuvattu esimerkiksi Centers for Disease Control and Prevention -viraston julkaisussa *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories* ([www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm](http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm)).


QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorilla testattavat näytteet saattavat sisältää tartunnanaiheuttajia. Käyttäjien on oltava tietoisia tartunnanaiheuttajien muodostamista terveysriskeistä, ja heidän on noudatettava tällaisten näytteiden käytössä, säilytyksessä ja hävittämisessä vaadittuja turvallisuusohjeita. Käytä henkilönsuojaimia ja puuterittomia kertakäyttökäsineitä, kun käsittelet näytteitä, ja pese kätesi huolellisesti jälkeenpäin.

Noudata aina varotoimia, jotka on kuvattu sovellettavissa ohjeistuksissa, kuten CLSI-instituutin (Clinical and Laboratory Standards Institute®) *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections, Approved Guidelines M29*, tai muissa soveltuviissa asiakirjoissa, jotka on julkaissut

- OSHA®: Yhdysvaltain työterveys- ja työturvallisuusvirasto (Occupational Safety and Health Administration).
- ACGIH®: Yhdysvaltain hygieenikkojärjestö (American Conference of Government Industrial Hygienists).
- COSHH: Ison-Britannian terveydelle vaarallisten aineiden valvonta (Control of Substances Hazardous to Health).

Voit ehkäistä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin ja työtilan kontaminoitumista näytteiden ja QIAstat-Dx -testikasettien huolellisella käsittelyllä. Kontaminaatioilanteessa (esimerkiksi kasetin vuodon yhteydessä) puhdista ja desinfioi kontaminoitunut alue ja QIAstat-Dx Analyzer -analysaattori (katso kohta 8).

<b>VAROITUS</b> 	<p><b>Biologinen vaara</b></p> <p>Ole varovainen, kun asetat tartuntavaarallisia näytteitä sisältäviä QIAstat-Dx-testikasetteja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin tai poistat niitä analysaattorista. Kasetin särkyminen voi kontaminoida QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin ja sen ympäristön.</p> <p>Kaikkia QIAstat-Dx-testikasetteja on käsiteltävä mahdollisesti tartuntavaarallisia aineita sisältävinä.</p>
--	--

<b>HUOMIO</b> 	<p><b>Kontaminaation vaara</b></p> <p>Rajaa ja puhdista rikkoutuneen tai näkyvästi vaurioituneen QIAstat-Dx-testikasetin aiheuttama kontaminaatio välittömästi. Vaikka kasetin sisältö ei olisi tartuntavaarallista, se voi levitä laitteen normaalin käytön yhteydessä ja kontaminoida tulevat analyysit, jolloin tuloksena on vääriä positiivisia tuloksia.</p>
--	---

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin puhdistus- ja desinfiointiohjeet ovat kohdissa 8.2 ja 8.3.











## 2.6 Jätteiden hävittäminen

Käytetyt QIAstat-Dx-testikasetit ja muovitarvikkeet saattavat sisältää vaarallisia kemikaaleja tai tartuntavaarallisia materiaaleja. Tällainen jäte on kerättävä ja hävitettävä kaikkien kansallisten ja paikallisten terveys- ja turvallisuussäädösten ja -lakien mukaisesti.

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittämisestä (WEEE) on liitteessä 11.3.

## 2.7 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa olevat merkinnät

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa ja/tai QIAstat-Dx-testikaseteissa on seuraavat merkinnät.

Merkintä	Sijainti	Kuvaus
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	Eurooppalainen CE-merkintä
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	TÜV SÜD Product Service -testauksen TÜV-merkintä.
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	IECEE-jäsenvaltioiden CB-merkintä
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	Kiinalainen RoHS-merkki (tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa)
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	HUOMIO Vaara – vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	Eurooppalainen WEEE-merkintä
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	Laillinen valmistaja
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	Diagnostinen in vitro -lääkintälaitte
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	Tuotenumero
	Laitteen takana oleva tyypikilpi	Sarjanumero

---

## 2.8 Tietoturva

**Huomautus:** Järjestelmän varmuuskopioiminen säännöllisesti laitoksen menettelyohjeen mukaisesti on erittäin suositeltavaa, jotta tietojen saatavuus ja tietosuoja voidaan varmistaa.

QlAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen mukana toimitetaan USB-muistilaite, jota suositellaan tietojen lyhytaikaiseen säilytykseen ja yleiseen tietojen siirtoon (esim. tulosten tallennus, järjestelmän varmuuskopiointi, arkistojen luominen, järjestelmän päivitykset tai testin määritystiedostojen tuonti).

**Huomautus:** USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

Jotta tietoja voidaan säilyttää pitkäaikaisesti turvallisesti, noudata organisaatiosi turvallisuusohjeita tietojen ja käyttäjätietojen säilyttämisestä.

## 3 Yleiskuvaus

### 3.1 Järjestelmän kuvaus

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteisto havaitsee yhdessä QIAstat-Dx-testikasettien kanssa käytettynä patogeenien nukleiinihappoja ihmisten biologisista näytteistä reaaliaikaisella PCR-menetelmällä. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteisto ja sen kasetit on suunniteltu suljettuun järjestelmäksi, joka mahdollistaa näytteiden valmistelun ja patogeenien nukleiinihappojen havaitsemisen ja tunnistamisen näytteisiin koskematta. Näytteet ladataan QIAstat-Dx-testikasettiin, joka sisältää kaikki nukleiinihappojen eristämiseen ja monistamiseen tarvittavat reagenssit. Laitteen sisäinen ohjelmisto tulkitsee monistuksessa havaitut reaaliaikaiset signaalit ja raportoi ne helpokäyttöisen käyttöliittymän välityksellä.

### 3.2 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteiston kuvaus


QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteisto koostuu käyttömoduulista ja yhdestä (1) tai useasta (enintään neljästä) analyysimoduulista. Käyttömoduuli muodostaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteiston käyttöliittymän; lisäksi se sisältää analyysimoduulin tarvitsemat liitäntäosat. Analyysimoduuli sisältää laitteiston ja ohjelmiston näytteiden testaukseen ja analyysiin.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 analysointilaitteistossa on seuraavat ominaisuudet:


- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteiston käyttöliittymänä toimiva kosketusnäyttö
- viivakoodinlukija näytteen, potilaan, käyttäjän ja QIAstat-Dx-testikasetin tunnistamiseen
- USB-liitännät testien ja järjestelmän päivittämiseen, asiakirjojen vientiin ja tulostimen liittämiseen (yksi liitäntä laitteen etupuolella, kolme takapuolella)
- kasettien syöttöaukko QIAstat-Dx-testikasettien asettamiseen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteistoon
- Ethernet-liitäntä verkkoyhteyksiä varten.



Kuvassa 1 ja kuvassa 2 on esitetty QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsijan eri ominaisuuksien sijainnit.



**Kuva 1. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsija edestä.** Käyttömoduuli on vasemmalla ja analyysimoduuli oikealla.



**Kuva 2. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsija takaa.** Käyttömoduuli on oikealla ja analyysimoduuli vasemmalla.

### 3.3 QIAstat-Dx-testikasetin kuvaus


QIAstat-Dx-testikasetti on kertakäyttöinen muovinen laite, jolla voidaan suorittaa täysautomaattisia molekyylianalyyskejä. QIAstat-Dx-testikasetin tärkeimmät ominaisuudet: soveltuu monille eri näytetyypeille (esim. nesteet ja näytepuikot), sisältää valmiina kaikki testaukseen tarvittavat reagenssit ilmatiiviisti pakattuina ja toimii ilman käyttäjän valvontaa. Kaikki näytteiden valmistelu- ja testausvaiheet tapahtuvat QIAstat-Dx-testikasetissa.

Kaikki koko testiajon suorittamiseen vaaditut reagenssit on täytetty QIAstat-Dx-testikasettiin etukäteen ja toisistaan erilleen. Käyttäjän ei tarvitse olla kosketuksissa reagensseihin eikä käsitellä niitä. Analyysimoduuli käsittelee reagensseja testauksen aikana paineilmakäyttöisellä mikrofluidistiikalla, eivätkä reagenssit ole suoraan kosketuksissa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kanssa. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteissa on ilma-suodattimet sekä tulevalle että lähtevälle ilmalle, mikä parantaa ympäristön suojaa entisestään. Testin jälkeen QIAstat-Dx-testikasetti pysyy ilmatiiviisti suljettuna, mikä helpottaa sen turvallista hävittämistä.

QIAstat-Dx-testikasetissa tapahtuu monia toimia automaattisesti, jolloin näytteitä ja nesteitä siirtyy paineilman avulla siirtokammion kautta niiden oikeisiin kohteisiin. Kun QIAstat-Dx-testikasetti asennetaan QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen, seuraavat analyysin vaiheet tapahtuvat automaattisesti:

- sisäisen kontrollin uudelleen liuottaminen
- solujen mekaaninen ja/tai kemiallinen lyysaus
- nukleiinihappojen puhdistus kalvomenetelmällä
- puhdistettujen nukleiinihappojen sekoittaminen kylmäkuivattuihin pääseosreagensseihin
- uutteen/pääseoksen määrättyjen alikvoottien siirtäminen eri reaktiokammioihin
- reaaliaikainen multiplex-PCR-testaus kussakin reaktiokammiossa; kohdeanalyysin läsnäoloa ilmaisevan fluoresenssin lisääntymisen havaitseminen suoraan kussakin reaktiokammiossa.

Seuraavalla sivulla esitetty kuva 3 esittää kasetin yleistä kokoonpanoa ja ominaisuuksia.



Kuva 3. QIAstat-Dx-testikasetin ominaisuudet.

### 3.4 QIAstat-Dx Analyzer -ohjelmisto

QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen ohjelmisto (SW) on asennettu edeltä käsin järjestelmään. Siinä on kolme päätoiminnallisuusryhmää:


- Yleiset käyttötoiminnot mahdollistavat analyysin helpon aloituksen, suorittamisen ja testin ja siihen liittyvien tulosten selkeän kuvallisen esityksen.
- Määrittämis-toiminnot mahdollistavat järjestelmän määrittämisen (käyttäjien hallinta, testien hallinta ja laitteiston/ohjelmiston määrittämisen hallinta).
- Testien suorituksen kontrollit, joiden avulla tehdään testin suorittamiseen liittyvät tarvittavat analysointivaiheet automaattisesti.


## 4 Asennustoimenpiteet

### 4.1 Käyttöpaikkaa koskevat vaatimukset

Sijoiqa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattori tasaiselle, kuivalle ja puhtaalte työtasolle. Varmista, että sijoituspaikka on suoqassa liialliselta vedolta, kosteudelta, pölyltä, suoralta auringonvalolta, suurilta lämpötilanvaihteluilta, lämmönlähteiltä, tärinältä ja sähkömagneettisilta häiriöiltä. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattorin paino ja mitat sekä laitteen vaatimat käyttöolosuhteet (lämpötila ja ilmankosteus) on kuvattu kohdassa 10. Joka puolelle QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattorin ympärille on jätettävä riittävästi tilaa. Tämä takaa hyvän ilmanvaihdon ja esteettömän pääsyn kasettien syöttöaukkoon, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattorin taustapuolelle, virtakytkimeen, ON/OFF-virtapainikkeeseen, viivakoodinlukijaan ja kosketusnäyttöön.

Huomautus: Ennen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattorin asennusta ja käyttöä tutustu liitteen kohtaan 10, jossa on kuvattu QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattorin käyttöolosuhteet.






<b>HUOMIO</b> 	<p><b>Ilmanvaihdon estyminen</b></p> <p>Varmista riittävä ilmanvaihto huolehtimalla siitä, että QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattorin taakse jää vähintään 10 cm tyhjää tilaa ja ettei mikään estä ilman kulkua laitteen alta.</p> <p>Laitteen ilmanvaihtoon liittyviä rakoja ja aukkoja ei saa peittää.</p>
--	--




<b>HUOMIO</b> 	<p><b>Sähkömagneettiset häiriöt</b></p> <p>Älä käytä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoattoria voimakasta sähkömagneettista säteilyä lähettävien laitteiden lähellä (esimerkiksi suojaamattomat radiotaajuisen säteilyn lähteet), koska ne voivat häiritä laitteen toimintaa.</p>
--	---

## 4.2 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin toimitus ja osat



QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori toimitetaan kahdessa erillisessä laatikossa, ja toimitus sisältää kaikki järjestelmän asentamiseen ja käyttöön tarvittavat osat. Laatikoiden sisältö on kuvattu alla:

Laatikon 1 sisältö:

Komponentti	Kuvaus
	1 analyysimoduuli
	1 USB-tallennusväline
	1 virtajohto
	1 analyysimoduulien välinen liitäntäosa
	1 lopetuksen liitäntäosa

Komponentti	Kuvaus
	1 analyysi- ja käyttömoduulien asennustyökalu
	1 näytönpyyhintäliina
	1 suojakannen irrotustyökalu

Laatikon 2 sisältö:

Komponentti	Kuvaus
	1 käyttömoduuli
	1 analyysi- ja käyttömoduulien liitäntäosa


### 4.3 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoittorin purkaminen pakkauksesta ja asentaminen

Pura QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoittori varovasti pakkauksesta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Ota analyysimoduuli pois laatikosta ja aseta se tasaiselle alustalle. Irrota analyysimoduulista siihen kiinnitetyt vaahtomuovipalat.


Huomautus: Kun nostat ja käsittelet analyysimoduulia, ota sen pohjasta kiinni molemmiin käsiin, kuten oheisessa kuvassa 4.

<b>VAROITUS/ HUOMIO</b>	<b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b> QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on painava laite. Vammojen ja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoittorin vaurioiden välttämiseksi ole varovainen nostaessasi analysoittoria ja käytä soveltuvia nostomenetelmiä.
-----------------------------	---



Kuva 4. Analyysimoduulin oikeanlainen käsittely.


2. Irrota suojakannet analyysimoduulin sivulta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analyssaattorin mukana toimitetulla suojakannen irrotustyökalulla (kuva 5).



Kuva 5. Suojakansien poistaminen.

3. Ota käyttömoduuli ulos laatikostaan ja kiinnitä se analyysimoduulin vasemmalle puolelle. Kiristä ruuvit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analyssaattorin mukana toimitetulla analyysi- ja käyttömoduulien asennustyökalulla (kuva 6).


<b>HUOMIO</b>	<b>Mekaanisten vaurioiden vaara</b>
	Älä jätä käyttömoduulia tukematta tai nojalleen kosketusnäyttöä vasten. Tämä voi vaurioittaa kosketusnäyttöä.



Kuva 6. Käyttömoduulin liittäminen analyysimoduuliin.




4. Kiinnitä suojakannet takaisin paikoilleen analyysimoduulin sivulle (kuva 7).




**Kuva 7. Suojakansien kiinnittäminen uudelleen.**

5. Asenna analyysi- ja käyttömoduulien liitäntöosa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoittorin taustapuolelle siten, että se yhdistää toiminto- ja analyysimoduulin (kuva 8).




**Kuva 8. Analyysi- ja käyttömoduulien liitäntöosan asentaminen.**

6. Liitä lopetuksen liitintäosa analyysimoduulin taakse (kuva 9).




**Kuva 9. Lopetuksen liitintäosan asentaminen.**

7. Asenna QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointimoduulin mukana toimitettu virtajohto analyysimoduulin taustapuolelle (kuva 10).



**Kuva 10. Virtajohdon kytkeminen.**

8. Liitä virtajohto verkkovirtaan.
9. Kytke laitteeseen virta painamalla analyysimoduulin takaosassa oleva virtakytkin I-asentoon (kuva 11). Varmista, että sekä analyysi- että käyttömoduulien tilamerkkivalot palavat sinisinä.  
Huomautus: Jos tilamerkkivalo palaa punaisena, analyysimoduulissa on toimintahäiriö.  
Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun; yhteystiedot ovat kohdassa 9.  
Huomautus: Laitetta ei saa sijoittaa siten, että virtakytkimeen on vaikea ulottua.




**Kuva 11. Virtakytkimen sijainti ja sen asettaminen I-asentoon.**

10. QIAsat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori on nyt valmis määrittystä varten. Ohjeet järjestelmän parametrien määrittämiseen, järjestelmän ajan asettamiseen ja verkkoyhteyden määrittämiseen ovat kohdassa 6.8.

## 4.4 Lisäanalyysimoduulien asentaminen


Pura lisäanalyysimoduuli pakkauksesta varovasti ja asenna se seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Valmistele QIAsat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori uuden moduulin asennusta varten:
  - 1a. Katkaise virta järjestelmästä painamalla QIAsat-Dx Analyzer 1.0 -laitteen etupuolella olevaa ON/OFF-virtapainiketta.
  - 1b. Katkaise laitteesta virta painamalla analyysimoduulin takaosassa oleva virtakytkin O-asentoon.
  - 1c. Irrota virtajohto.
  - 1d. Irrota lopetuksen liitäntäosa analyysimoduulin takaa (kuva 12).



Kuva 12. Lopetuksen liitäntöosan irrottaminen.

- 1e. Irrota suojakannet sen analyysimoduulin sivulta, johon lisäanalyysimoduuli asennetaan (kuva 13).



Kuva 13. Suojakansien poistaminen.

2. Ota lisäanalyysimoduuli pois laatikosta ja aseta se tasaiselle alustalle. Irrota analyysimoduulista siihen kiinnitetyt vaahtomuovipalat.


Huomautus: Kun nostat ja käsittelet analyysimoduulia, ota sen pohjasta kiinni molemmiin käsiin, kuten kuvassa 14.

**VAROITUS/  
HUOMIO**




**Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara**

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on painava laite. Vammojen ja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointimoduulin vaurioitumisen välttämiseksi ole varovainen nosttaessasi analysointimoduulia ja käytä soveltuvia nostomenetelmiä.




**Kuva 14. Analyysimoduulin oikeanlainen käsittely.**

3. Irrota suojakannet analyysimoduulin sivulta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoittorin mukana toimitetulla suojakannen irrotustyökalulla (kuva 15).




**Kuva 15. Suojakansien poistaminen.**

4. Kohdista lisäanalyysimoduuli olemassa olevaan analyysimoduuliin. Kiristä ruuvit QIAstat Dx Analyzer 1.0 -analysoittorin mukana toimitetulla analyysi- ja käyttömoduulien asennustyökalulla (kuva 16).




**Kuva 16. Lisäanalyysimoduulin kohdistaminen ja liittäminen.**

5. Kiinnitä suojakannet takaisin paikoilleen analyysimoduulin sivulle (kuva 17).




**Kuva 17. Suojakansien kiinnittäminen takaisin paikoilleen lisäanalyysimoduuliin.**

6. Asenna analyysimoduulien välinen liitännäosa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analyysattorin taustapuolelle siten, että se yhdistää analyysimoduulit yhteen (kuva 18).




**Kuva 18. Kahden analyysimoduulin liitännöosan asentaminen.**

7. Liitä lopetuksen liitännöosa analyysimoduulin taakse (kuva 19).




**Kuva 19. Lopetuksen liitännöosan asentaminen.**

8. Asenna QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analyysiaattorin mukana toimitettu virtajohto alkuperäisen analyysimoduulin taustapuolelle (kuva 20).



**Kuva 20. Virtajohdon kytkeminen.**

9. Liitä virtajohto verkkovirtaan.
10. Kytke laitteeseen virta painamalla analyysimoduulin takaosassa oleva virtakytkin I-asentoon (kuva 21).  
Varmista, että sekä analyysi- että käyttömoduulien tilamerkkivalot palavat sinisinä.  
Huomautus: Jos tilamerkkivalo palaa punaisena, analyysimoduulissa on toimintahäiriö.  
Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun; yhteystiedot ovat kohdassa 9.  
Huomautus: Laitetta ei saa sijoittaa siten, että virtakytkimeen on vaikea ulottua.



**Kuva 21. Virtakytkimen sijainti ja sen asettaminen I-asentoon.**

11. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteisto on nyt valmis määrittystä varten. Ohjeet järjestelmän parametrien määrittämiseen, järjestelmän ajan asettamiseen ja verkkoyhteyden määrittämiseen ovat kohdassa 6.8.



## 4.5 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pakkaaminen uudelleen ja kuljettaminen

Kun pakkaat QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin kuljetusta varten, käytä alkuperäisiä pakkausmateriaaleja. Jos alkuperäisiä pakkausmateriaaleja ei ole käytettävissä, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun. Varmista ennen pakkaamista, että laite on asianmukaisesti valmisteltu (katso kohta 8.2) ja että se ei aiheuta biologista tai kemiallista vaaraa.

Laitteen pakkaaminen:

1. Varmista, että laitteen virta on katkaistu (paina virtakytkin O-asentoon).
2. Irrota virtajohto verkkovirtaliitännästä.
3. Irrota virtajohto analyysimoduulin taustapuolelta.
4. Irrota lopetuksen liitännäosa analyysimoduulin taustapuolelta.
5. Irrota analyysi- ja käyttömoduulien liitännäosa, joka liittää analyysi- ja käyttömoduulin toisiinsa, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin takaa.
6. Irrota suojakannet analyysimoduulin sivulta suojakannen irrotustyökalulla.
7. Avaa käyttö- ja analyysimoduulin toisiinsa kiinnittävät ruuvit analyysi- ja käyttömoduulin asennustyökalulla. Pakkaa käyttömoduuli takaisin laatikkoonsa.
8. Kiinnitä suojakannet takaisin paikoilleen analyysimoduulin sivulle. Pakkaa analyysimoduuli vaahtomuovipalojen kanssa takaisin laatikkoonsa.


## 5 Testien tekeminen ja tulosten tarkasteleminen

Huomautus: Tässä käyttöoppaassa esitetyt kuvat ovat vain esimerkkejä. Todellinen näkymä voi vaihdella testistä toiseen.

### 5.1 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen virran kytkeminen

1. Kytke yksikön virta painamalla QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen etupuolen ON/OFF-virtapainiketta (kuva 22).

Huomautus: Analysimoduulin takaosan virtakytkimen on oltava I-asennossa. Käyttö- ja analysimoduulin merkkivalot muuttuvat sinisiksi I-asennossa (ts. virta on kytketty).



Kuva 22. Laitteen virran kytkeminen painamalla ON/OFF-virtapainiketta.

2. Odota, kunnes Main (Aloitus) -näyttö avautuu ja toiminto- ja analysimoduulien tilamerkkivalot muuttuvat vihreiksi ja lakkaavat vilkkumasta.

Huomautus: Ensimmäisen asennuksen jälkeen Login (Sisäänkirjautuminen) -näyttö tulee näkyviin. Lisätietoja on kohdassa 6.2.


**Huomautus:** Kun QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitte on asennettu ensimmäisen kerran, pääkäyttäjän on kirjauduttava järjestelmään ohjelmiston ensimmääritystä varten. Ensimmäistä kertaa kirjaututtaessa käyttäjätunnus on "administrator" ja oletussalasana "administrator". Salasana on vaihdettava ensimmäisen kirjautumisen jälkeen. User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) otetaan automaattisesti käyttöön. Suosittelemme vahvasti luomaan vähintään yhden käyttäjätilin, jonka rooli ei ole Administrator (Pääkäyttäjä).

## 5.2 QIAstat-Dx-testikasetin valmisteleminen

Ota QIAstat-Dx-testikasetti ulos pakkauksestaan. Lisätietoja näytteen lataamisesta QIAstat-Dx-testikasettiin sekä tehtävän testin erityispiirteistä on kyseisen testin (esim. QIAstat-Dx Respiratory Panel -hengitysteiden testisarja) omissa käyttöohjeissa. Kun olet ladannut näytteen QIAstat-Dx-testikasettiin, varmista aina, että kummankin näytteensyöttöaukon kansi on kiinni.


## 5.3 Testin tekeminen

Käyttäjät eivät saa koskettaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin kosketusnäyttöä ilman asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten käsineitä.

1. Paina Main (Aloitus) -näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Run Test (Tee testi) -painiketta .
2. Lue pyydettäessä näytetunnuksen viivakoodi käyttömoduulin kiinteällä viivakoodinlukijalla (kuva 23).

Huomautus: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin asetuksien mukaisesti näytetunnuksen voi mahdollisesti syöttää myös kosketusnäytön näyttönäppäimistöllä. Lisätietoja on kohdassa 6.8.4.

Huomautus: Järjestelmän asetuksen mukaisesti tässä vaiheessa voidaan vaatia myös potilastunnuksen syöttämistä. Lisätietoja on kohdassa 6.8.4.




**Kuva 23. Näytetunnuksen viivakoodin skannaaminen.**

3. Skannaava pyydettäessä käytettävän QIAstat-Dx-testikasetin viivakoodi. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tunnistaa automaattisesti ajettavan testin QIAstat-Dx-testikasetin viivakoodin perusteella (kuva 24, seuraava sivu).


Huomautus: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen ei kelpuuta QIAstat-Dx-testikasetteja, joiden viimeinen käyttöpäivä on mennyt, käytettyjä kasetteja tai kasetteja testeihin, joita laitteeseen ei ole asennettu. Näissä tapauksissa laite tuo näkyviin virheilmoituksen. Lisätietoja on kohdassa 9.2.

Huomautus: Ohjeet testien tuomiseen ja lisäämiseen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen ovat kohdassa 6.7.3.



Kuva 24. QIAstat-Dx-testikasetin viivakoodin skannaaminen.

4. Valitse tarvittaessa oikea näytetyyppi luettelosta (kuva 25).



Kuva 25. Näytetyypin valitseminen.

5. Confirm (Vahvista) -näyttö tulee näkyviin. Tarkista syötetyt tiedot ja tee tarvittavat muutokset painamalla kosketusnäytön asianmukaisia kenttiä ja muokkaamalla tietoja (kuva 26).

administrator Run Test Module 1 14:44 2017-03-30

1 UI administrator Resp Panel 2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

**TEST DATA**

Sample ID  
2430362 ✓

Assay Type  
Resp Panel ✓


Sample Type  
UTM ✓

Confirm

Cancel


Module 1 | Confirm Test Data or click any field to edit

**Kuva 26. Confirm (Vahvista) -näyttö.**

6. Kun kaikki näytössä oleva tiedot ovat oikein, paina  Confirm (Vahvista) -painiketta. Tarvittaessa paina kenttää, jonka sisältöä haluat muokata, tai peruuta testi painamalla Cancel (Peruuta) -painiketta.
7. Varmista, että QIAstat-Dx-testikasetin näytepuikkojen syöttöaukon ja pääaukon molemmat näytekanavat on suljettu tiukasti. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen päällä oleva kasettien syöttöaukko avautuu automaattisesti. Aseta QIAstat-Dx-testikasetti aukkoon reaktiokammiot alaspäin niin, että viivakoodi osoittaa vasemmalle (kuva 27).

Huomautus: Kun käyttömoduuliin on kytketty useita analyysimoduuleja, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen valitsee automaattisesti analyysimoduulin, jossa testi aiotaan ajaa.

Huomautus: QIAstat-Dx-testikasettia ei tarvitse työntää QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen. Kun asetat kasetin oikein päin kasettien syöttöaukkoon, QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen siirtää kasetin automaattisesti analyysimoduuliin.



**Kuva 27. QIAstat-Dx-testikasetin asettaminen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin.**

8. Kun QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori havaitsee QIAstat-Dx-testikasetin, se sulkee automaattisesti kasettien syöttöaukon kannen ja aloittaa testin. Käyttäjältä ei vaadita muita toimia ajon suorittamiseen.


Huomautus: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori kelpuuttaa ainoastaan testin asetusten määrittämisen yhteydessä asetetun ja luetun QIAstat-Dx-testikasetin. Jos jokin muu kasetti asetetaan, syntyy virhe ja laite poistaa kasetin automaattisesti.

Huomautus: Tähän saakka testiajo voidaan peruuttaa painamalla kosketusnäytön oikean alalaidan Cancel (Peruuta) -painiketta.


Huomautus: Järjestelmän määrityksiensä mukaisesti käyttäjä saattaa joutua kirjoittamaan salasansa uudestaan testin aloittamiseksi.


Huomautus: Kasetin syöttöaukon kansi sulkeutuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua, ellei aukkoon ole viety QIAstat-Dx-testikasettia. Jos näin käy, toista toimenpide aloittamalla vaiheesta 5.

9. Kun testi on käynnissä, jäljellä oleva ajoaika näkyy kosketusnäytössä (kuva 28).




**Kuva 28. Testin suoritus ja testin jäljellä oleva kesto näytössä.**

10. Kun testiajo on valmis, Eject (Poista) -näyttö tulee näkyviin (kuva 29). Ota QIAstat-Dx-testikasetti ulos painamalla  Eject (Poista) -painiketta ja hävitä se biovaarallisena jätteenä kaikkien kansallisten ja paikallisten terveys- ja turvallisuussäädösten ja -lakien mukaisesti.
- Huomautus: QIAstat-Dx-testikasetti on otettava pois, kun kasetin syöttöaukko avautuu ja työntää kasetin ulos. Ellei kasettia oteta 30 sekunnin kuluessa, se siirtyy automaattisesti takaisin QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaan ja kasetin syöttöaukon kansi sulkeutuu. Jos näin käy, avaa kasetin syöttöaukon kansi painamalla jälleen Eject (Poista) -painiketta ja poista kasetti.
- Huomautus: Käytetyt QIAstat-Dx-testikasetit on hävitettävä. Kasetteja ei voi käyttää uudelleen testeihin, joissa käyttäjä on aloittanut suorituksen mutta perunut sen myöhemmin tai jos testissä on havaittu virhe.



Kuva 29. Eject (Poista) -näyttö.

11. Kun QIAstat-Dx-testikasetti on poistettu, Results Summary (Tulosten yhteenveto) -näyttö tulee näkyviin (kuva 30). Lisätietoja on kohdassa 5.4.




Kuva 30. Results Summary (Tulosten yhteenveto) -näyttö.



### 5.3.1 Testiajon peruuttaminen


Jos testi on jo aloitettu, voit keskeyttää sen painamalla Abort (Keskeytä) -painiketta (kuva 31).

Huomautus: Käytetyt QIAstat-Dx-testikasetit on hävitettävä. Kasetteja ei voi käyttää uudelleen testeihin, joissa käyttäjä on aloittanut suorituksen mutta perunut sen myöhemmin tai jos testissä on havaittu virhe.



Kuva 31. Testiajon peruuttaminen.

Kun testi on keskeytetty, siinä käytettyä QIAstat-Dx-testikasettia ei voi enää käsitellä, eikä sitä voi käyttää uudelleen. Kun olet painanut Abort (Keskeytä) -painiketta, näyttöön avautuu valintaikkuna testin keskeyttämisen vahvistamista varten (kuva 32).




Kuva 32. Testiajon peruuttamisen vahvistusikkuna.

## 5.4 Tulosten tarkastelu

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointori tulkitsee ja tallentaa testitulokset automaattisesti. QIAstat-Dx-testikasetin ulos ottamisen jälkeen Results Summary (Tulosten yhteenveto) -näyttö avautuu automaattisesti (kuva 33).

Huomautus: Tarkempia tietoja mahdollisista tuloksista sekä testitulosten tulkinnasta on kunkin testin omissa käyttöohjeissa.



Kuva 33. Esimerkki Results Summary (Tulosten yhteenveto) -näytöstä, jossa on vasemmassa paneelissa Test Data (Testitiedot) ja pääpaneelissa Test Summary (Testin yhteenveto).

Näytön pääasiallisessa osassa on seuraavat kolme luetteloa, ja se ilmaisee tulokset värikoodeilla ja symboleilla:

- Ensimmäisessä luettelossa on kaikki näytteestä havaitut ja tunnistetut patogeenit. Niiden edellä on symboli **+**, ja ne ovat punaisia.
- Toisessa luettelossa ovat kaikki moniselitteiset patogeenit, joita edeltää kysymysmerkki **?** ja jotka on merkitty keltaisella.
- Kolmannessa luettelossa ovat kaikki näytteestä testatut patogeenit. Näytteestä havaittujen ja tunnistettujen patogeenien edellä on merkki **+**, ja ne ovat punaisia. Jos patogeenit testattiin, mutta niitä ei havaittu, patogeenin edellä on merkki **-**, ja ne ovat vihreitä. Moniselitteisten patogeenien edessä on kysymysmerkki **?**, ja ne näkyvät keltaisella värillä.

**Huomautus:** Huomaa, että näytteestä havaitut ja tunnistetut patogeenit näkyvät molemmissa luetteloissa.

Mikäli testin loppuun suorittaminen epäonnistui, näytössä näkyy viesti Failed (Epäonnistui), jota seuraa ongelmaan liittyvä virhekoodi.

Seuraavat Test Data (Testin tiedot) näkyvät näytön vasemmassa laidassa:

- Sample ID (Näytetunnus)
- Patient ID (Potilastunnus) (jos saatavilla)
- Assay Type (Testityyppi)
- Sample Type (Näytetyyppi)

Käyttäjän käyttöoikeuksien mukaisesti testin tarkempia tietoja (kuten monistuskaaviot, sulamiskäyrät ja testin yksityiskohdat) voi tarkastella näytön alareunassa olevissa välilehdissä.

Testin tiedot voi viedä painamalla näytön alareunassa olevaa Save Report (Tallenna raportti)-painiketta.

Raportin voi lähettää tulostimeen painamalla näytön alareunassa olevaa Print Report (Tulosta raportti) painiketta.

Valitun ajon tai kaikkien epäonnistuneiden ajojen tukipaketin voi luoda painamalla näytön alapalkissa näkyvää **Support Package** (Tukipaketti) -painiketta (kuva 34, seuraava sivu). Jos tarvitaan tukea, lähetä tukitiedostopaketti QIAGENin tekniseen palveluun.

#### 5.4.1 Monistumiskäyrien tarkastelu

Jos haluat katsella testin monistuskäyriä, valitse  Amplification Curves (Monistuskäyrät) välilehti (kuva 34, seuraava sivu). Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa testeissä.

**Huomautus:** monistuskäyriä ei ole tarkoitettu testitulosten tulkitsemiseen.



Kuva 34. Amplification Curves (Monistumiskäyrät) -näyttö (PATHOGENS [Patogeenit] -välilehti).


Tiedot testatuista patogeeneistä ja kontrolleista näkyvät vasemmalla, ja monistumiskäyrät näkyvät keskellä.

Huomautus: jos User Access Control (katso osio 6.6) on otettu käyttöön QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsijassa, Amplification Curves (Monistumiskäyrät) -näyttö on vain niiden käyttäjien käytettävissä, joilla on siihen valtuutus.

Paina PATHOGENS (Patogeenit) -välilehteä vasemmassa laidassa tuodaksesi näyttöön testattuja patogeeneja vastaavat kaaviot. Valitse patogeenin nimeä painamalla monistumiskaaviossa näkyvät patogeenit. Voit valita vain yhden patogeenin, useita patogeeneja tai ei yhtään patogeeniä. Jokaiselle valitun luettelon patogeenille määritetään väri, joka vastaa patogeeniin liittyvää monistumiskäyrää. Valitsemattomat patogeenit näkyvät harmaina.

Vastaavat C<sub>T</sub>- ja päätetapahtuman fluoresenssiarvot näkyvät jokaisen patogeenin nimen alapuolella.

Voit tarkastella kontrolleja ja valita monistumiskaaviossa näkyvät kontrollit painamalla vasemman puolen CONTROLS (Kontrollit) -välilehteä. Valitse kontrolli tai poista sen valinta painamalla kontrollin nimen vieressä olevaa ympyrää (kuva 35).



Kuva 35. Amplification Curves (Monistumiskäyrät) -näyttö (CONTROLS [Kontrollit] -välilehti).

Monistumiskaaviossa näkyy valittujen patogeenien tai kontrollien tietokäyrä. Voit vaihtaa logaritmissen tai lineaarisen asteikon Y-akselille painamalla Lin (Lineaarinen) - tai Log (Logaritminen) -painiketta kaavion vasemmassa alakulmassa.

X- ja Y-akselin asteikkoa voi säätää kunkin akselin ● sinisillä valitsimilla. Paina sinistä valitsinta, pidä se painettuna ja siirrä se haluamaasi kohtaan akselilla. Palaa oletusarvoihin siirtämällä sininen valitsin akselin origolle.

#### 5.4.2 Sulamiskäyrien tarkasteleminen

Jos haluat katsella testin sulamiskäyriä, valitse Melting Curves (Sulamiskäyrät) -välilehti.

Testattujen patogeenien ja kontrollien tiedot ovat näytön vasemmassa reunassa ja sulamiskäyrät näytön keskiosassa.


Huomautus: Melting Curves (Sulamiskäyrät) -välilehti on käytettävissä vain sulamisanalyysin sisältäville testeille.

Huomautus: jos User Access Control (Käyttöoikeudet) (katso kohta 6.6) on otettu käyttöön QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa, Melting Curves (Sulamiskäyrät) -näyttö on vain niiden käyttäjien käytettävissä, joilla on siihen valtuutus.


Saat testatut patogeenit näkyviin valitsemalla näytön vasemmasta reunasta PATHOGENS (Patogeenit) -välilehden. Valitse patogeeni, jonka sulamiskäyrät tuodaan näkyviin, painamalla patogeenin nimen vieressä olevaa ympyrää. Voit valita vain yhden patogeenin, useita patogeeneja tai ei yhtään patogeeniä. Jokaiselle valitun luettelon patogeenille määritetään väri, joka vastaa patogeeniin liittyvää sulamiskäyrää. Valitsemattomat patogeenit näkyvät harmana. Sulamislämpötila näkyy kunkin patogeenin nimen alapuolella.

Voit tarkastella kontroleja ja valita sulamiskaaviossa näkyvät kontrollit näytön vasemmassa reunassa olevassa CONTROLS (Kontrollit) -välilehdessä. Valitse kontrolli tai poista sen valinta painamalla kontrollin nimen vieressä olevaa ympyrää.

Analyysin läpäisseet kontrollit on merkitty vihreällä värillä ja tekstillä Passed Controls (Läpäisseet kontrollit), ja epäonnistuneet kontrollit on merkitty punaisella värillä ja tekstillä Failed Controls (Epäonnistuneet kontrollit).

X- ja Y-akselin asteikkoa voi säätää kunkin akselin  sinisillä valitsimilla. Paina sinistä valitsinta, pidä se painettuna ja siirrä se haluamaasi kohtaan akselilla. Palaa oletusarvoihin siirtämällä sininen valitsin akselin origolle.

### 5.4.3 Testitulosten tarkastelu

Jos haluat katsella testitulosten tarkempia tietoja, valitse  Test Details (Testin yksityiskohdat). Selaat alas, jotta näet koko raportin.

Seuraavat testin yksityiskohdat näkyvät näytön keskellä (kuva 36):


- User ID (Käyttäjätunnus)
- Cartridge SN (Kasetin sarjanumero)
- Cartridge Expiration Date (Kasetin viimeinen käyttöpäivä)
- Module SN (Moduulin sarjanumero)
- Test status (Completed, Failed tai Canceled by operator) (Testin tila [Suoritettu, Hylätty tai Käyttäjän peruma])
- Error Code (Virhekoodi, tarvittaessa)
- Error Code (Virhekoodi) (tarvittaessa)
- Test Start Date and Time (Testin aloitusaika ja -päivä)
- Test Execution Time (Testin kesto)
- Assay Name (Testin nimi)


- Test ID (Testin tunnus)
- Test Result (Testitulokset) (jokaisesta analyytistä testin kokonaistulos: Positive (Positiivinen [pos]), Positive with Warning (Positiivinen ja varoitus [pos\*]), Negative (Negatiivinen [neg]), Invalid (Virheellinen [inv]), Failed (Hylätty [fail]) tai Successful (Onnistunut [suc]). Katso testikohtaisista käyttöohjeista lisätietoja mahdollisista tuloksista ja niiden tulkinnasta.)
- Testissä testattu List of analytes (Analyyttien luettelo) (ryhmitelty Detected Pathogen [Havaittu patogeeni], Equivocal [Moniselitteinen], Not Detected Pathogens [Ei havaitut patogeenit], Invalid [Virheellinen], Not Applicable [Ei sovellettavissa], Out of Range [Vaihteluvälin ulkopuolella], Passed Controls [Hyväksytyt kontrollit] ja Failed Controls [Hylätyt kontrollit]) sekä  $C_T$  ja päätetapahtuman fluoresenssin arvot (jos saatavilla testistä)
- List of controls (Luettelo kontrolleista) sekä niiden  $C_T$ -arvot ja päätetapahtuman fluoresenssin arvot (jos saatavilla testistä).

The screenshot shows the 'Test Details' screen of the QIAstat-Dx Analyzer. At the top, it displays 'administrator' on the left and '10:59 2020-05-18' on the right. Below this is a row of four status indicators, each labeled 'Available' and numbered 1 through 4. The main area is divided into two panels: 'TEST DATA' on the left and 'TEST DETAILS' on the right. The 'TEST DATA' panel lists: Sample ID 123, Assay Type RP, and Sample Type Swab. The 'TEST DETAILS' panel lists: User ID administrator, Cartridge SN TTTTTTTT, Cartridge Expiration Date 2020-12-31 00:00, Module SN 2222, Test Status Completed, Test Start Date and Time 2020-05-18 10:48, and Test Execution Time 0 min 59 sec. At the bottom, there are navigation tabs for 'Summary', 'Amplification Curves', 'Melting Curves', and 'Test Details' (which is active). Below the tabs are icons for 'Support Package', 'Print Report', and 'Save Report'. On the right side, there is a vertical toolbar with icons for 'Run Test', 'View Results', 'Options', and 'Log Out'.

Kuva 36. Esimerkinäyttö, jossa näkyy Test Data (Testin tiedot) vasemmassa paneelissa ja Test Details (Testin yksityiskohdat) pääpaneelissa.

#### 5.4.4 Aikaisempien tulosten selaaminen

Jos haluat tarkastella aikaisempien testien tuloksia, valitse Main Menu (Päävalikko)-palkista  View Results (Näytä tulokset) (kuva 37).



Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
s_38583720	Z_Assay 4	Administrator	-	2015-01-02 00:00	pos
s_3655454	M_Assay 7	Administrator	-	2015-01-02 00:15	pos
s_8225798	A_Assay 6	Administrator	-	2015-01-02 01:00	pos
s_81176556	Z_Assay 4	Administrator	-	2015-01-02 01:15	pos
s_69820084	M_Assay 12	Administrator	-	2015-01-02 01:30	pos
s_65333319	U_Assay 17	Administrator	-	2015-01-02 02:30	pos

Kuva 37. Esimerkki View Results (Näytä tulokset) -näytöstä.

Jokaisesta suoritetusta testistä on saatavana seuraavat tiedot (kuva 38):

- Sample ID (Näytetunnus)
- Assay (Testi; testin nimi)
- Operator ID (Käyttäjätunnus)
- Mod (Moduuli; analyysimoduuli, jolla testi suoritettiin)
- Upload status (Latauksen tila) (näkyvissä vain, jos aktivoitu HIS/LIS-asetuksista)
- Date/Time (Päivämäärä ja aika, jolloin testi valmistui)
- Result (Tulos) (testin tulos: positive (positiivinen [pos]), positive with warning (positiivinen ja varoitus [pos\*]), negative (negatiivinen [neg]), invalid (virheellinen [inv]), failed (hylätty [fai]) tai successful (onnistunut [suc])).

Huomautus: Mahdolliset tulokset ovat testikohtaisia (ts. jotkin tulokset eivät ehkä koske kaikkia testejä). Katso testikohtaisista käyttöohjeista lisätietoja.



Huomautus: Jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsijassa (katso kohta 6.6), tiedot, joihin käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia, on korvattu tähdillä.

Valitse yksi tai useampi testitulokset painamalla näytetunnuksen vasemmalla puolella olevaa harmaata ympyrää. Valintamerkki tulee näkyviin valittujen tulosten viereen. Poista testitulosten valinta painamalla valintamerkkiä. Koko tulosluettelo voidaan valita painamalla ylärivin -valintamerkiympyrää (kuva 38).

Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
Test_data	Respiratory	administrator	1	16-10-18 11:04	pos
Test_data	Respiratory	administrator	4	16-10-18 11:00	pos
TestData	Respiratory	administrator	3	16-10-18 10:56	pos
TESTDATA	Respiratory	administrator	2	16-10-18 10:39	pos
TEST DATA	Assay01	administrator	1	16-10-18 10:34	pos
TEST DATA	Assay01	administrator	2	16-10-18 10:29	pos

Kuva 38. Esimerkki testitulosten valinnasta View Results (Näytä tulokset) -näytöstä.







Paina mitä tahansa testirivin kohtaa nähdäksesi kyseisen testin tulokset.

Paina sarakkeen otsikkoa (esim. Sample ID [Näytetunnus]), jos haluat lajitella luettelon nousevaan tai laskevaan järjestykseen kyseisen parametrin perusteella. Luettelo voidaan järjestää vain yhden sarakkeen mukaan kerrallaan.

Result (Tulos) -sarakeessa näkyy jokaisen testin tulokset (taulukko 1).

Huomautus: Mahdolliset tulokset ovat testikohtaisia (ts. jotkin tulokset eivät ehkä koske kaikkia testejä). Katso testikohtaisista käyttöohjeista lisätietoja.

**Taulukko 1. Kuvaus testituloksista.**

Tulos	Merkintä	Kuvaus
Positive (Positiivinen)	 pos	Vähintään yksi analyytti on positiivinen
Positive with warning (Positiivinen ja varoitus)	 pos*	Vähintään yksi analyytti on positiivinen, mutta testikontrolli hylättiin
Negative (Negatiivinen)	 neg	Analyytteja ei havaittu
Failed (Epäonnistunut)	 fail	Testi on hylätty joko testissä ilmenneneen virheen vuoksi tai koska käyttäjä peruutti testin
Invalid (Virheellinen)	 inv	Testi on virheellinen
Successful (Onnistui)	 suc	Testi on joko positiivinen tai negatiivinen, mutta käyttäjällä ei ole käyttöoikeuksia testitulosten tarkasteluun

Huomautus: Katso suoritettavan testin käyttöohjeesta tarkempia tietoja tuloksista.


Varmista, että QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analyysaattoriin on liitetty tulostin ja että oikea ajuri on asennettu (liite 11.1). Tulosta valittujen tulosten raportit valitsemalla Print Report (Tulosta raportti).

Tallenna valittujen tulosten raportit PDF-muotoon ulkoiseen USB-muistiin valitsemalla Save Report (Tallenna raportti).

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

Valitse raportin tyyppi: List of Tests (Testien luettelo) tai Test Reports (Testiraportit). Hae testituloksia näytetunnuksen, määrittelyn ja käyttäjätunnuksen perusteella Search (Hae) -painiketta painamalla. Anna hakuehto virtuaalisella näppäimistöllä ja käynnistä haku painamalla Enter-painiketta. Vain hakutekstin sisältävät tietueet tulevat näkyviin testituloksiin. Jos tulosluettelo on suodatettu, haku koskee vain suodatettua luettelo. Paina sarakkeen otsikkoa ja pidä se painettuna, jos haluat käyttää kyseiseen parametriin perustuvaa suodatinta. Joidenkin parametrien, kuten Sample ID (Näytetunnus), yhteydessä näyttöön avautuu näppäimistö suodatimen hakumerkkijonon syöttämistä varten.

Muiden parametrien, kuten Assay (Testi), yhteydessä näyttöön avautuu valintaikkuna, joka sisältää luettelon arkistoon tallennetuista testeistä. Valitse vähintään yksi testityyppi suodattaaksesi näkyviin vain valintaa vastaavat testit.

Sarakkeen otsikon vieressä oleva  -symboli tarkoittaa, että sarakkeen suodatin on aktiivinen. Suodatin voidaan poistaa painamalla alivalikon palkissa Remove Filter (Poista suodatin) -painiketta.

#### 5.4.5 Tulosten vieminen USB-muistiin

Voit tallentaa kopion testituloksista PDF-tiedostona USB-muistiin valitsemalla Save Report (Tallenna raportti) missä tahansa View Results (Näytä tulokset) -näytön välilehdessä. USB-liitäntä on QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen etupuolella (kuva 39).

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.




Kuva 39. USB-liitännän sijainti.

#### 5.4.6 Tulosten tulostaminen

Varmista, että QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen on liitetty tulostin ja että oikea ajuri on asennettu (katso liitteestä 11.1 lisätietoa ajurin asennuksesta). Lähetä testitulosten kopio tulostimeen valitsemalla Print Report (Tulosta raportti).

#### 5.4.7 Tukitiedostopakettien luominen

Jos tukea tarvitaan, järjestelmä voi luoda QIAGENin tekniselle palvelulle lähetettävän tukitiedostopakettien, joka sisältää vaadittavat ajon tiedot sekä järjestelmän lokitiedostot ja tekniset lokitiedostot. Luo tukitiedostopaketti napsauttamalla Support Package (Tukitiedostopaketti) -välilehtiä. Näkyviin avautuu ponnahdusikkuna, jossa voidaan luoda tukitiedostopaketti valitusta testistä tai kaikista epäonnistuneista testeistä (kuva 40). Tallenna tukitiedostopaketti USB-muistilaitteeseen. USB-liitäntä on QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen etupuolella (kuva 39).



Kuva 40. Tukitiedostopakettin luominen.

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.


**Huomautus:** Jos tukea tarvitaan, huolehdi siitä, että tukitiedostopaketti luodaan pian ongelman ilmenemisen jälkeen. Järjestelmän pienen tallennustilan ja määritysten takia järjestelmän lokitiedostot ja tekniset lokitiedostot saatetaan poistaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua, jos järjestelmän käyttöä jatketaan.

## 6 Järjestelmän toiminnot ja asetukset

Tässä osassa on kuvaus kaikista QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen ominaisuuksista ja valinnoista, jotka mahdollistavat laiteasetusten mukauttamisen.

### 6.1 Päänäyttö

Päänäytössä voit tarkastella analyysimoduulien tilaa ja siirtyä käyttöösi eri osiin (Login [Sisäänkirjautuminen], Run Test [Tee testi], View Results [Näytä tulokset], Options [Asetukset] ja Log Out [Uloskirjautuminen]) (kuva 41).



Kuva 41. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kosketusnäytön päänäyttö.

Main (Aloitus) -näyttö sisältää seuraavat elementit:

- Yleinen tilapalkki
- Moduulin tilapalkki
- Päävalikkopalkki
- Sisältöalue
- välilehtivalikkopalkki (näkyvät näytön mukaisesti)
- alivalikkopalkki ja ohjepalkki (näkyvät näytön mukaisesti).

### 6.1.1 Yleinen tilapalkki


General (Yleinen) -tilapalkki tuo näkyviin tietoja järjestelmän tilasta (kuva 42). Kirjautuneena olevan käyttäjän käyttäjätunnus näkyy vasemmassa reunassa. Näytön nimi näkyy keskellä ja järjestelmän päivämäärä ja kellonaika näkyvät oikealla.



Kuva 42. Yleinen tilapalkki.

### 6.1.2 Moduulin tilapalkki

Module (Moduuli) -tilapalkki tuo näkyviin järjestelmän jokaisen käytettävissä olevan analyysimoduulin (1–4) tilan moduulikohtaisissa tilaruuduissa (kuva 43). Jos johonkin paikkaan ei ole asennettu analyysimoduulia, kyseisen paikan tilaruudussa näkyy teksti Not Installed (Ei asennettu).



Kuva 43. Moduulin tilapalkki.

Saat näkyviin tarkempia tietoja napsauttamalla tietyn analyysimoduulin ruutua (katso Moduulin tilasivu). Moduulin tilat, jotka voivat näkyä Module (Moduuli) -tilapalkin tilaruudussa, on esitetty taulukossa 2 (seuraava sivu).


Taulukko 2. Moduulin tilat, jotka voivat näkyä tilaruuduissa

Tila	Kuvaus
Not installed (Ei asennettu)	Tähän paikkaan ei ole asennettu analyysimoduulia.
Excluded (Estetty)	Käyttäjä on estänyt tämän analyysimoduulin käytön käyttäjän asetuksissa.
Error (Virhe)	Analyysimoduulissa on ilmennyt vakava virhe. Analyysimoduuli ei ole käytettävissä.
Initializing (Alustetaan)	Analyysimoduulin käynnistys on kesken ja moduuli suorittaa parhaillaan itsetestiä.
Available (Käytettävissä)	Analyysimoduuli on käytettävissä uuteen testiin. Tässä analyysimoduulissa ei ole kesken yhtään testiä, siihen ei ole asetettu QIAstat-Dx-testikasettia, ja kasettien syöttöaukon kansi on kiinni.
Test running (Testi käynnissä)	Käyttäjä administrator (ylläpitäjä) suorittaa parhaillaan testiä Resp_3018_19c analyysimoduulissa 1. Testi on valmis 32 minuutin ja 14 sekunnin kuluttua.
Test completed (Testi valmis)	Käyttäjä administrator (ylläpitäjä) on suorittanut Resp Panel -testin analyysimoduulissa 1. Testin tila näkyy ruudun edistymispalkissa: TEST COMPLETED (Testi valmis): testi on suoritettu onnistuneesti loppuun. TEST FAILED (Testi epäonnistui): testi on suoritettu loppuun, mutta sen aikana ilmeni virhe. TEST CANCELLED (Testi peruutettu): käyttäjä on peruuttanut testin. Analyysimoduuli on käytettävissä uuteen testiin heti, kun QIAstat-Dx-testikasetti on poistettu moduulista ja kasettien syöttöaukon kansi on suljettu.
Eject cartridge (Poista kasetti)	Analyysimoduulissa on QIAstat-Dx-testikasetti ja kasettien syöttöaukon kansi on kiinni, mutta mitään testiä ei ole käynnissä. Näin voi käydä seuraavissa tilanteissa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasettia ei poistettu, kun laite työnsi sen ulos testin keskeyttämisen tai valmistumisen jälkeen.</li> <li>• Analyysimoduulin sisällä on ollut kasetti, kun järjestelmästä on katkaistu virta.</li> </ul>

### 6.1.3 Moduulin tilasivu

Moduulin tilasivulta voi tarkistaa tietoja, kuten paikan, sarjanumeron, laitteistoversion ja käytössä olevan ohjelmistoversion. Lisäksi siinä näkyy valittua analyysimoduulia koskevat virheet sekä tietoa ohjelmiston ja laitteiston osista (kuva 44, seuraava sivu).

Ohjepalkissa on uudelleenkäynnistyspainike, jolla valitun moduulin voi käynnistää uudelleen ilman, että koko laite tarvitsee käynnistää uudelleen. Painike on käytettävissä vain, kun valitussa moduulissa on virhe- tai käyttökatkotila.



Kuva 44. Moduulin tilasivu.

Moduulin tilasivulle pääsee milloin tahansa, paitsi analyysimoduulin ollessa Not Installed (Ei asennettu)-, Not present (Ei paikallaan)- tai Initializing (Alustetaan) -tilassa. Kun ajo on käynnissä tai kasetti on asetettu, moduulin tilasivua ei näy, vaan järjestelmä näyttää moduulin tilapalkin (esitelty edellisessä alakohdassa).

#### 6.1.4 Päävalikkopalkki

Taulukossa 3 on esitetty päävalikkopalkissa valittavana olevat vaihtoehdot.

Taulukko 3. Päävalikkopalkin valinnat.


Nimi	Painike	Kuvaus
Run Test (Tee testi)		Aloittaa testauksen (katso kohta 5.3). QIAstat-Dx-ohjelmisto valitsee automaattisesti saatavilla olevan analyysimoduulin ja käynnistää testin valmistelun.
View Results (Näytä tulokset)		Avaa View Results (Näytä tulokset) -näytön (katso kohta 5.4).
Options (Asetukset)		Avaa Options (Asetukset) -alivalikon (katso kohta 6.4).
Log Out (Kirjaudu ulos)		Kirjaa käyttäjän ulos (käytettävissä vain, kun User Access Control [Käyttöoikeuksien hallinta] on käytössä).



## 6.1.5 Sisältöalue

Päänäytön sisältöalueella näkyvät tiedot vaihtelevat käyttäjätilin tilan mukaan. Kun käyttäjä siirtyy eri tiloihin ja valitsee kohteita jäljempänä kuvatuista valikoista, tulokset, yhteenvedot, määrittelyt ja asetukset näkyvät tällä alueella.

Sisällön mukaisesti välilehden valikkopalkissa ja Options (Asetukset) -valikossa voi olla käytettävissä lisää asetuksia. Options (Asetukset) -alivalikko avataan painamalla Options (Asetukset) -painiketta (kuva 45).



Kuva 45. Options (Asetukset) -alivalikon avaaminen.

## 6.2 Sisäänkirjautumisnäyttö

Kun User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä (katso kohta 6.6), käyttäjien on tunnistauduttava kirjautumalla sisään QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen ennen laitteen toimintojen käyttöä.


**TÄRKEÄÄ:** Ensimmäistä kertaa kirjaututtaessa käyttäjätunnus on "administrator" ja oletussalasana "administrator". Salasana on vaihdettava ensimmäisen kirjautumisen jälkeen.

**Huomautus:** kun QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen ensimmäinen asennus on tehty onnistuneesti, User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) aktivoituu automaattisesti.

**Huomautus:** suosittelemme vahvasti luomaan ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä vähintään yhden käyttäjätilin, jonka rooli ei ole Administrator (Pääkäyttäjä).

Sisäänkirjautumisnäytön sisältöalueella on tekstiruutu, johon käyttäjätunnus kirjoitetaan (kuva 46). Jos asetus Show previous user logins (Näytä aiemmin kirjautuneet käyttäjät) on käytössä, näytössä on myös luettelo, josta näkyy viisi edellistä laitteeseen kirjautunutta käyttäjää.

Huomautus: näytön oikeassa alakulmassa olevaa huoltoteknikon kirjautumiskuvaketta saa käyttää vain QIAGENin valtuuttama henkilö.



Kuva 46. Login (Sisäänkirjautuminen) -näyttö.

Anna käyttäjätunnus joko napsauttamalla yhtä luettelossa olevista tunnuksista tai napsauttamalla User ID (Käyttäjätunnus) -tekstiruutua ja kirjoittamalla tunnus näyttönäppäimistöllä. Kun olet antanut käyttäjätunnuksen, vahvista se painamalla näyttönäppäimistön valintamerkkiä (kuva 47).



Kuva 47. Kosketusnäytön näyttönäppäimistö.

Jos Require password (Pyydä salasanaa) -asetus on valittu (katso kohta 6.6), näyttöön avautuu tekstiruutu salasanaa varten ja virtuaalinäppäimistö sen kirjoittamiseen. Jos salasanaa ei vaadita, salasanan tekstiruutu näkyy harmaana.

Jos käyttäjä unohtaa salasansa, järjestelmän pääkäyttäjä voi nollata sen.

Huomautus: Jos pääkäyttäjä unohtaa salasansa, vain QIAGENin tekninen palvelu voi nollata sen käymällä laitoksessa paikan päällä. Siksi on suositeltavaa luoda toinen pääkäyttäjätili.

Tietoturvasyistä järjestelmä lukkiutuu yhden minuutin ajaksi, jos väärä salasana annetaan kolme kertaa peräkkäin, ja käyttäjän on odotettava lukituksen avautumista ennen uutta sisäänkirjautumisyritystä.

Huomautus: Noudata organisaatiosi kyberturvallisuusohjeita tunnistetietojen säilyttämisessä.

Huomautus: Suosittelemme vahvasti käyttämään organisaatiosi salasanaikäytäntöjen mukaisia vahvoja salasanoja.

### 6.2.1 Uloskirjautuminen

Kun User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä (katso kohta 6.6), käyttäjät voivat kirjautua ulos milloin tahansa valitsemalla päävalikosta Log Out (Kirjautu ulos). Katso lisätietoja kohdasta 6.1.4.

Käyttäjät kirjautuvat ulos automaattisesti, kun automaattiselle uloskirjaukselle määritetty aika kuluu loppuun. Ajan voi määrittää Options (Asetukset) -valikon kohdassa General settings (Yleiset asetukset) (katso kohta 6.8.4).


## 6.3 Näytönsäästäjä

QIAstat-Dx-näytönsäästäjä tulee näyttöön, kun mitään käyttäjän toimenpiteitä ei ole tehty määritetyn ajan kuluessa. Ajan voi määrittää Options (Asetukset) -valikossa (katso kohta 6.4).

Näytönsäästäjä tuo näkyviin käytettävissä olevien analyysimoduulien määrän ja jäljellä olevan ajan testin valmistumiseen (kuva 48).

Huomautus: Ohjelmistopäivitysten, tietojen varmuuskopioinnin, palautuksen, arkiston luonnin ja avaamisen kaltaisten toimintojen aikana näytönsäästäjä ja automaattisen uloskirjautumisen

näkymä saattavat tulla näkyviin. Tietosuojasyistä suosittelemme, että järjestelmää ei jätetä valvomatta näiden toimien ajaksi.



Kuva 48. Näytönsäästäjä, jossa näkyy yksi käytettävissä oleva analyysimoduuli.

## 6.4 Asetusvalikko

Options (Asetukset) -valikko avataan päävalikkopalkista. Taulukossa 4 on esitetty käyttäjän käytettävissä olevat asetukset. Ne asetukset, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät harmaina.

Taulukko 4. Asetusvalikko

Nimi	Painike	Kuvaus
Archive Results (Arkistoi tulokset)		Pääkäyttäjien, huoltoteknikkojen ja laboratorion vastuuhenkilöiden käytettävissä.
User Management (Käyttäjien hallinta)		Saatavilla käyttäjille, joilla on oikeudet käyttäjien ja käyttäjäprofiilien hallintaan.
Assay Management (Testien hallinta)		Saatavilla käyttäjille, joilla on oikeudet testien hallintaan.
System Configuration (Järjestelmäasetukset)		Saatavilla käyttäjille, joilla on oikeudet järjestelmän asetusten määrittämiseen.
Change Password (Vaihda salasana)		Käytettävissä, jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä.

## 6.5 Tulosten arkistointi

Valitut tulokset voidaan arkistoida ja tämän jälkeen myös poistaa QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen tallennustilan vapauttamista tai organisaatiosi tietojen palautusmenettelyn toteuttamista varten. Arkistoidut tiedot sisältävät kaikki testiajojen tärkeät tiedot (esim. käyrätiedot, analyttien tulokset, yleiset tulostiedot jne.) ja niitä voidaan tarkastella milloin vain kussakin QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteessa (katso kohta 6.5.2).

Arkistointia voi käyttää Options (Asetukset) -valikon kautta. Arkistoja voi luoda ottaen poistomahdollisuuden käyttöön tai jättämällä sen pois, tai arkiston voi ladata (katso kohta 6.5.1).


**Huomautus:** Arkistossa tarkasteltavien testitulosten käsittelyominaisuuksia on rajattu (katso lisätietoja kohdasta 6.5.2).

## 6.5.1 Arkiston luominen

### 6.5.1.1 Arkistotiedoston luominen: tiedostot, joita ei voi poistaa

Aloita arkistotiedoston luominen suodattamalla arkistoitavat tulokset. Valitse **Create Archive** (Luo arkisto) ja suodata haluttu aloitus- ja lopetuspäivämäärä. Valittujen tulosten määrä näkyy näytössä. Yhteen arkistotiedostoon voidaan arkistoida enintään 250 tulosta.

Voit valita, että arkistotiedoston luomiseen valitaan vain jo HIS/LIS-järjestelmään ladattuja ja vanhentuneita tuloksia. Ota tämä asetus käyttöön valitsemalla **HIS/LIS Uploaded** (Ladattu HIS/LIS-järjestelmään) ja valitse **Create Archive** (Luo arkisto) (kuva 49).



Kuva 49. Arkiston luomisasetukset

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

**Huomautus:** Näytönsäästäjä ei ole toiminnassa arkiston luomisen aikana. Jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on otettu käyttöön, käyttäjää ei vahvisteta pyytämällä


uudelleenkirjautumista järjestelmään. Emme suosittele QIAstat-Dx Analyzer -analysointijärjestelmän luomista valvomatta arkiston luomisen ajaksi.

### 6.5.1.2 Arkistotiedoston luominen: arkistotiedostot, jotka voi poistaa

**TÄRKEÄÄ:** Arkistoidut ja poistetut tulokset eivät ole enää QIAstat-Dx Analyzer -analysointijärjestelmän tiedoissa, eikä niitä voi sisällyttää järjestelmän varmuuskopiointitiedostoon. Suosittelemme vahvasti varmuuskopioimaan järjestelmän ennen kuin luodaan arkistotiedostoja, jotka voi poistaa. Katso lisätietoja järjestelmän varmuuskopioinnista kohdasta 6.8.1.1.

Jos valitut tulokset halutaan arkistoida ja poistaa QIAstat-Dx Analyzer -analysointijärjestelmästä, luo arkistotiedosto kuten kohdassa 6.5.1.2 on ohjeistettu ja ota poistotoiminto käyttöön.

Valitse **Remove Results** (Poista tulokset) ja aloita poisto. Jos arkistotiedoston luominen onnistui, valitut tulokset poistetaan automaattisesti QIAstat-Dx Analyzer -analysointijärjestelmästä (kuva 50).



Kuva 50. Poista tulosten vaihtoehtonäyttö


**Huomautus:** Poistettuja tuloksia ei enää ole QIAstat-Dx Analyzer -analysointijärjestelmässä. Tulostus- ja raportointitoiminnot tai lataaminen HIS/LIS-järjestelmään eivät ole enää mahdollisia onnistuneen poiston jälkeen.

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

**Huomautus:** Näytönsäästäjä ei ole toiminnassa arkiston luomisen aikana. Jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on otettu käyttöön, käyttäjää ei vahvisteta pyytämällä uudelleenkirjautumista järjestelmään. Emme suosittele QIAstat-Dx Analyzer -analyssaattorin jättämistä valvomatta arkiston luomisen ajaksi.

### 6.5.2 Arkiston avaaminen

Nykyisellä tai vanhemmalla QIAstat-Dx-ohjelmistoversiolla luodut arkistotiedostot ovat avattavissa vain lukutilassa. Valitse **Open Archive** (Avaa arkisto) ja lataa haluttu arkistotiedosto. Kun arkisto on ladattu, valitse **View Archive** (Tarkastele arkistoa). Arkistotulosten tarkastelun aikana ei voi aloittaa uusia testiajoja. Sulje arkistotiedosto painamalla **Close Archive** (Sulje arkisto) -painiketta. Samalla järjestelmän tavanomaiset toiminnot palaavat käytettäväksi (kuva 51).



Kuva 51. Avaa arkistonäyttö

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

## 6.6 Käyttäjien hallinta

QIAstat-Dx-ohjelmisto tukee monipuolisesti useita erilaisia käyttöskenaarioita. Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallintaan on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

- Single User (Yksi käyttäjä) -tila: User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) ei ole käytössä eikä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin kirjautuvia käyttäjiä tarkisteta millään tavoin. Kaikki QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin toiminnot ja ominaisuudet ovat rajoituksetta kaikkien käyttäjien käytettävissä.
- Multi-User (Monta käyttäjää) -tila: User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä, ja käyttäjien on kirjauduttava sisään, ennen kuin he voivat käyttää mitään QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin toimintoja. Käyttäjille sallitut toiminnot on rajattu ja määritetty heidän käyttäjäprofiiliensa mukaan.

Huomautus: User Management (Käyttäjien hallinta) on käytettävissä käyttäjille, joiden profiili on Administrator (Pääkäyttäjä) tai Laboratory Supervisor (Laboratorion vastuhenkilö).

Huomautus: Jos haluat ottaa User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) -asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse Options (Asetukset) -valikosta System Configuration (Järjestelmäasetukset) ja General settings (Yleiset asetukset).

User Management (Käyttäjien hallinta) -toiminnon avulla käyttäjät, joiden profiili on Administrator (Pääkäyttäjä) tai Laboratory Supervisor (Laboratorion vastuhenkilö), voivat lisätä järjestelmään uusia käyttäjiä, määrittää käyttäjien oikeuksia ja käyttäjäprofiileja sekä aktivoida käyttäjiä ja poistaa käyttäjien aktivointeja.

**Huomautus:** User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) -asetuksen ottaminen käyttöön on erittäin suositeltavaa. Yhden käyttäjän tilassa käyttäjällä on kaikki järjestelmänvalvontaan liittyvät oikeudet paitsi oikeudet hallita QIAstat-Dx Analyzer -analysaattorin ohjelmistoon kirjautuvia käyttäjiä. Kaikki toiminnot ja ominaisuudet ovat rajoituksetta käytettävissä. Lisäksi suosittelemme vahvasti luomaan ensimmäisen sisäänkirjautumisen yhteydessä vähintään yhden käyttäjätilin, jonka rooli ei ole Administrator (Pääkäyttäjä). Jos yksittäisellä QIAstat-Dx Analyzer -analysaattorin käyttäjällä on useita rooleja, myös Administrator (Pääkäyttäjä) -rooli, koko ohjelmiston käyttö voi estyä, jos tämä käyttäjä unohtaa salasanansa.

Taulukossa 5 on esitetty QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa saatavilla olevat käyttäjäprofiilit.




Taulukko 5. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointorissa saatavilla olevat käyttäjäprofiilit.

Käyttäjäprofiili	Käyttöoikeudet	Esimerkki
	Täydet	Laitehallinta- tai IT-vastuhenkilö
Laboratory Supervisor (Laboratorion vastuhenkilö)	Uuden käyttäjän lisääminen Uusien testien lisääminen testivalikoimaan Testien suorittaminen, kaikkien käyttäjien tulosten tarkasteleminen ja tukitiedostopakettien luominen	Laboratorion johtaja
Advanced User (Edistynyt käyttäjä)	Testien tekeminen Itse tehtyjen testien yksityiskohtaisten tulosten (esim. monistuskaaviot yms.) tarkasteleminen ja tukitiedostopakettien luominen	Mikrobiologi, laboratorioteknikko
Basic User (Peruskäyttäjä)	Testien tekeminen Itse tehtyjen testien perustulosten (esim. positiivinen/negatiivinen tulos) tarkasteleminen ja tukitiedostopakettien luominen	Terveystieteiden ammattilainen (esim. sairaanhoitaja, lääkäri jne.)

### 6.6.1 Käyttäjaluetteloiden avaaminen ja hallinta


Näin avaat järjestelmän käyttäjien hallinnan:

1. Paina Options (Asetukset) -painiketta ja siirry sitten käyttäjien määrittämiseen painamalla User Management (Käyttäjien hallinta) -painiketta. User Management (Käyttäjien hallinta) -näyttö avautuu näytön sisältöalueelle (kuva 52).



Kuva 52. User Management (Käyttäjien hallinta) -näyttö.


2. Valitse määritettävä käyttäjä sisältöalueen vasemmassa reunassa olevasta luettelosta (kuva 53).



Kuva 53. Käyttäjien valinta ja hallinta.


3. Valitse ja muokkaa seuraavia asetuksia tarpeen mukaan:

- User Name (Käyttäjätunnus): näyttää käyttäjätunnuksen.
- Password (Salasana): vaihtaa käyttäjän salasanan.
- User Active (yes/no) (Käyttäjä aktiivinen [kyllä/ei]): Määrittää käyttäjän aktiiviseksi tai passiiviseksi. Passiiviset käyttäjät eivät pysty kirjautumaan sisään tai tekemään mitään toimintoja järjestelmässä.
- Assign User Profile (Määritä käyttäjäprofiili): vaihtaa käyttäjän käyttäjäprofiilin (esim. Administrator [Pääkäyttäjä], Laboratory Supervisor [Laboratorion vastuhenkilö], Advanced User [Edistynyt käyttäjä] ja Basic User [Peruskäyttäjä]). Valitse käyttäjäprofiili sisältöalueen oikeassa reunassa olevasta luettelosta (kuva 54).




Kuva 54. Käyttäjäprofiilien määrittäminen käyttäjille.

- Assign Assays (Testien määrittäminen): Voit määrittää, mitä testivalikoiman testejä käyttäjä saa suorittaa. Valitse testit sisältöalueen oikeassa reunassa olevasta luettelosta (kuva 55).



Kuva 55. Testien määrittäminen käyttäjille.

- Assay Statistics (Testitilastot): näyttää, miten monta kertaa valittu käyttäjä on suorittanut tietyn testin (kuva 56).




**Kuva 56. Testitilastojen tarkasteleminen.**

4. Tallenna muutokset valitsemalla Save (Tallenna) ja sitten Confirm (Vahvista). Tai hylkää muutokset valitsemalla Cancel (Peruuta) ja sitten Confirm (Vahvista).

### 6.6.2 Käyttäjien lisääminen


Näin lisäät käyttäjiä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointoriin:

1. Paina Options (Asetukset) -painiketta ja siirry sitten käyttäjien määrittämiseen User Management (Käyttäjien hallinta) -painikkeella. User Management (Käyttäjien hallinta) -näyttö avautuu näytön sisältöalueelle (kuva 57).



**Kuva 57. Uuden käyttäjän lisääminen.**

2. Lisää järjestelmään uusi käyttäjä painamalla näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Add User (Lisää käyttäjä) -painiketta.
3. Kirjoita uuden käyttäjän User Name (Käyttäjätunnus) ja Password (Salasana) näytönäppäimistöllä.
4. Valitse Assign User Profile (Määritä käyttäjäprofiili) ja valitse uudelle käyttäjälle asianmukainen käyttäjäprofiili (sisältöalueen oikeassa reunassa olevasta luettelosta) (kuva 58).



Kuva 58. Käyttäjäprofiilin määrittäminen uudelle käyttäjälle.

5. Valitse Assign Assays (Määritä testit) ja ne testit (näkyvästä testiluettelosta), jotka käyttäjä saa suorittaa.
6. Tallenna uudet tiedot valitsemalla Save (Tallenna) ja Confirm (Vahvista). Uusi käyttäjä on nyt määritetty ja voi välittömästi kirjautua QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointoriin.

## 6.7 Testien hallinta


Assay Management (Testien hallinta) -valikossa voi hallita testejä ja tarkastella testeihin liittyviä tietoja ja tilastoja.

Huomautus: Assay Management (Testien hallinta) on käytettävissä käyttäjille, joiden profiili on Administrator (Pääkäyttäjä) tai Laboratory Supervisor (Laboratorion vastuhenkilö).

### 6.7.1 Käytettävissä olevien testien hallinta

Voit hallita testejä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointorissa seuraavasti:

1. Paina Options (Asetukset) -painiketta ja siirry sitten Assay Management (Testien hallinta) -näyttöön painamalla Assay Management (Testien hallinta) -painiketta. Käytettävissä olevien testien luettelo avautuu sisältöalueen ensimmäiseen sarakkeeseen (kuva 59).



Kuva 59. Käytettävissä olevien testien hallinta.

2. Valitse määritettävä testi sisältöalueen vasemmassa reunassa olevasta sarakkeesta.
3. Valitse jokin taulukossa 6 (seuraava sivu) mainituista vaihtoehtoista.

Taulukko 6. Testien hallinnan vaihtoehdot.

Vaihtoehto	Kuvaus
Assay Active (Aktiivinen testi)	Tällä painikkeella testin voi asettaa aktiiviseksi tai passiiviseksi. Huomautus: tietyntestien QIAstat-Dx-testikasetteja voi käyttää vain, jos kyseinen testi on aktiivinen.
Assay ID (Testin tunnus)	Tuo näkyviin testin tunnistenumeron.
Assay Description (Testin kuvaus)	Kertoo testin nimen.
Assay Version (Testin versio)	Tuo näkyviin testin version.
LIS assay name (LIS-testin nimi)	Antaa tietoja LIS-testistä.
Assay Notes (Testin huomautukset)	Tuo näkyviin lisätietoja testistä.
Type of Samples (Näytetyypit)	Tuo näkyviin luettelon testin tukemista näytetyypeistä.
List of Analytes (Analyttiluettelo)	Tuo näkyviin luettelon analyyteista, jotka testi havaitsee ja tunnistaa.
List of Controls (Kontrolliluettelo)	Tuo näkyviin luettelon testiin sisällytyistä kontrollianalyyteista.
Assay Statistics (Testin tiedot)	Tuo näkyviin tilastotiedot: miten monta kertaa valittu testi on suoritettu QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteella sekä positiivisten ja negatiivisten testitulosten ja epäonnistuneiden ja peruutettujen testien määrän.
Epidemiology report (Epidemiologiaraportti)	Mahdollistaa epidemiologiaraportin luomisen valitulta aikaväliltä.

### 6.7.2 Epidemiologiaraportin luominen

Epidemiologiaraporttiin lasketaan kunkin patogeenin määrät valitulla määrityksellä ja aikavälillä saaduissa testituloksissa.

Näin luot epidemiologiaraportin:

1. Noudata kohdan Käytettävissä olevien testien hallinta vaiheita 1–3.
2. Selaa taulukossa 6 lueteltujen vaihtoehtojen loppuun ja valitse **Epidemiology report** (Epidemiologiaraportti).
3. Valitse **From Date** (Alkaen) -päiväksi ensimmäinen päivä, jolta tulokset lasketaan, ja **Until Date** (Saakka) -päiväksi viimeinen päivä, jolta tulokset lasketaan.  
**Huomautus:** aloitus- ja lopetuspäivä sisällytetään laskelmiin.
4. Valitse **Save Report** (Tallenna raportti).
5. Valitse sijainti, johon raportti tallennetaan.

**Huomautus:** Epidemiologiaraportin Positive results (Positiiviset tulokset) -sarake viittaa patogeeneihin, joita on havaittu, ja Negative results (Negatiiviset tulokset) -sarake patogeeneihin, joita ei ole havaittu. Equivocal (Moniselitteinen) -tulokset ovat omassa sarakkeessaan.




### 6.7.3 Uusien testien tuominen

Näin lisäät uusia testejä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointoriin:

1. Aseta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointorin USB-liitäntään tuotavan testitiedoston sisältävä USB-muisti.


**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

2. Tuo uudet testit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointoriin painamalla ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten Assay Management (Testien hallinta) -painiketta. Assay Management (Testien hallinta) -näyttö avautuu näytön sisältöalueelle (kuva 60).



Kuva 60. Assay management (Testien hallinta) -näyttö.

3. Paina näytön vasemmassa alakulmassa olevaa Import (Tuo) -kuvaketta.
4. Valitse tuotava testin määrittämistiedosto USB-muistista. Järjestelmä tunnistaa testin määrittämistiedoston vain, jos se on pääkansiossa.
5. Valintaikkuna tulee näkyviin tiedoston latauksen vahvistamista varten.
6. Näyttöön saattaa tulla valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko korvata nykyisen version uudella. Korvaa valitsemalla Yes (Kyllä).
7. Testi aktivoituu valitsemalla Assay Active (Aktiivinen testi) (kuva 61).



Kuva 61. Testin aktivoiminen.

## 6.8 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointorin asetusten määrittäminen

System Configuration (Järjestelmäasetukset) -valikossa voi hallita QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointorin järjestelmäasetuksia ja määrittää aluekohtaisia parametreja.


### 6.8.1 Alueelliset asetukset

Määritä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointorin alueelliset asetukset seuraavasti:


1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset)-painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen Settings (Asetukset) -luettelosta Regional (Alueelliset). Valitse ja määritä taulukossa 7 (seuraava sivu) mainitut asetukset tarpeen mukaan.

Taulukko 7. Käytettävissä olevat alueelliset asetukset.


Asetus	Kuvaus
Date (Päivämäärä)	Määrittää järjestelmän päivämäärän (vuosi, kuukausi, päivä) (kuva 62 jäljempänä). Tämä asetetus synkronoituu automaattisesti, kun laite liitetään QIASphere Base -alustaan.
Time (Kellonaika)	Määrittää järjestelmän kellonajan (tunnit, minuutit). Tämä asetetus synkronoituu automaattisesti, kun laite liitetään QIASphere Base -alustaan.
Time Zone (Aikavyöhyke)	Määrittää järjestelmän aikavyöhykkeen. Tätä asetusta voidaan joutua säätämään manuaalisesti, kun laite on liitetty QIASphere Base -alustaan, sillä se ei tällä hetkellä synkronoidu automaattisesti.
Date format (Päivämäärän muoto)	Määrittää päivämäärän muodon. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä (kuva 63): DD-MM-YYYY (PP-KK-VVVV) DD-MM-YY (PP-KK-VV) MM-DD-YYYY (KK-PP-VVVV) YYYY-MM-DD (VVVV-KK-PP; oletusarvoinen) YY-MM-DD (VV-KK-PP)
Date separator (Päivämäärän erotin)	Määrittää päivämäärässä käytettävän erottimen. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä (kuva 64, seuraava sivu): " " "-" (oletus) "/" " " "_" ":"
Time format (Kellonajan muoto)	Määrittää kellonajan muodon. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä (kuva 65, seuraava sivu): 24 hours (hh:mm:ss) (24 tuntia, hh:mm:ss) (oletusarvoinen) 12 hours (hh:mm:ss a.m./p.m.) (12 tuntia, hh:mm:ss ap/ip)
Language (Kieli)	Englanti (oletus)




Kuva 62. Järjestelmän päivämäärän asettaminen.



Kuva 63. Järjestelmän päivämäärän muodon asettaminen.



Kuva 64. Järjestelmän päivämäärän erottimen asettaminen.



Kuva 65. Järjestelmän kellonajan muodon asettaminen.

## 6.8.2 HIS-/LIS-asetukset

Katso kohta 7.

## 6.8.3 QIASphere Base -alustan asetukset


QIASphere yhdistää asiakkaat QIAGENin kattavaan digitaaliseen ekosysteemiin ja tarjoaa ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen, laboratorion tehokkuuden parannuksia sekä pilvipohjaisen yhteyden turvaa. QIASphere-järjestelmä koostuu seuraavista osista:

- QIASphere-yhteensopivat QIAGENin laitteet, jotka voidaan yhdistää QIASphere-ratkaisuun
- QIASphere App -sovellus laite seuranta varten, saatavilla mobiililaitteille ja verkkoselaimeen työpöytäkäyttöön
- QIASphere Base -alusta, joka on esineiden internetin (Internet of Things, IoT) yhdyskäytävälaite suojattuun verkkotiedonsiirtoon.

Lisätietoja on osoitteessa [QIAGEN.com/QIASphere](https://www.qiagen.com/QIASphere).

Seuraavilla ohjeilla voit yhdistää QIASphere Dx Analyzer -analysointilaitteen QIASphere Base -alustaan. Jotta yhteys QIASphere Base -alustaan voidaan muodostaa, laitteiden täytyy olla yhdistettynä samaan verkkoon.

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen asetusluettelosta QIASphere Base (kuva 66).



Kuva 66. QIASphere Base -alustan yhteyden määrittäminen

3. Valitse ja määritä taulukossa 8 luetellut vaihtoehdot verkonvalvojalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Taulukko 8. QIASphere Base -alustan asetukset

Vaihtoehto	Kuvaus
Enable Host Communicator (Ota isäntälähetin käyttöön)	Ottaa QIASphere Base -alustaan muodostettavan yhteyden käyttöön. Host Settings (Isäntäkoneen asetukset) -alivalikko on käytettävissä vain, jos Host Communicator (Ota isäntälähetin käyttöön) on valittuna.
IP address/Host name (IP-osoite / isännän nimi)	Määrittää IP-osoitteen, jolla QIASphere Base -alustaan voidaan ottaa yhteys.
Host port (Isäntäportti)	Määrittää isäntäportin, jolla QIASphere Base -alusta voidaan liittää.
Password (Salasana)	Määrittää salasanan, joka tarvitaan muodostettaessa yhteyttä QIASphere Base -alustaan.
Timeout (seconds) (Aikakatkaus sekunteina)	Määrittää sekunteina aikakatkaisun viiveen, jonka jälkeen yhteyden katkaistaan, jos QIASphere Base -alustaan ei saada yhteyttä.
Check connectivity (Tarkista yhdistettävyyys)	Painiketta painamalla voidaan tarkistaa, onko yhteys QIASphere Base -alustaan muodostettavissa.

**Huomautus:** QIASphere Base -alustan nykyinen tila ei välttämättä näy heti QIASphere App -sovelluksessa.

**Huomautus:** Laitteen päivämäärä ja aika synkronoituvat automaattisesti, kun yhteys QIASphere Base -alustaan muodostuu. Aikavyöhyke täytyy kuitenkin määrittää manuaalisesti.

#### 6.8.4 Yleiset asetukset

Muokkaa QIASphere Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen yleisiä asetuksia seuraavasti:

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen Settings (Asetukset) -luettelosta General (Yleiset). Valitse ja määritä taulukossa 9 mainitut asetukset tarpeen mukaan.

**Taulukko 9. Käytettävissä olevat yleiset asetukset.**

Asetus	Kuvaus
User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta)	Ottaa käyttöön User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) -toiminnon, joka edellyttää, että kaikki käyttäjät kirjautuvat järjestelmään, ja sallii käyttäjille vain heidän käyttäjäprofiiliaan vastaavat toiminnot. Jos tämä asetus ei ole käytössä, käyttäjiä ei voi erottaa toisistaan. Kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä samalla tavoin kuin Administrator (Pääkäyttäjä) -profiililla. Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä.
Automatic log-off time (Automaattisen uloskirjautumisen aika)	Valittavissa vain, jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä. Tällä asetuksella määritetään aika, jonka kuluttua käyttäjä kirjautuu automaattisesti ulos järjestelmästä, jos QIASphere Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteella ei tehdä mitään käyttäjän toimintoja. Arvon on oltava vähintään 5 minuuttia, ja se voi olla enintään 99:59 tuntia. Oletusasetus: 30 minuuttia. Käyttäjän toiminta, kuten kohdistimen liikuttaminen, kohdistimella napsauttaminen, ulkoisen näppäimistön näppäimen painaminen tai kosketusnäytön koskettaminen, nollaa automaattisen uloskirjautumisen ajastimen. Jos käyttäjä on syöttänyt tietoja (esimerkiksi Run Test [Tee testi] -näytössä) ennen automaattista uloskirjautumista, nämä tiedot häviävät.
Require password before executing assay (Pyydä salasanaa ennen testin aloittamista)	Valittavissa vain, jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä. Kun tämä asetus on käytössä, kaikkien käyttäjien on annettava salasana Confirm (Vahvista) -painikkeen painamisen jälkeen ennen testin suorittamista.
Use Patient ID (Käytä potilastunnusta)	Kun Use Patient ID (Käytä potilastunnusta) on käytössä, QIASphere Dx -ohjelmisto pyytää käyttäjää syöttämään potilastunnuksen tai lukemaan sen viivakoodinlukijalla testin valmistelun yhteydessä (katso kohta 5.3).
Prefer Patient ID Bar Code (Ensisijaisesti potilastunnusviivakoodi)	Määrittää, pyydetäänkö käyttäjää ensisijaisesti skannaamaan potilastunnus viivakoodinlukijalla. Oletusasetus: Disabled (ei käytössä).
Patient ID Mandatory (Pakollinen potilastunnus)	Valittavissa vain, jos Use Patient ID (Käytä potilastunnusta) on käytössä. Kun tämä asetus on käytössä, käyttäjien on syötettävä potilastunnus ennen testin suorittamista. Kun asetus ei ole käytössä, käyttäjät voivat jättää Patient ID (Potilastunnus) -kentän tyhjäksi. Oletusasetus: Disabled (ei käytössä).
Sample ID mandatory (Pakollinen näytetunnus)	Kun tämä asetus on käytössä, käyttäjien on syötettävä näytetunnus ennen testin suorittamista. Kun asetus ei ole käytössä, käyttäjät voivat jättää Sample ID (Näytetunnus) -kentän tyhjäksi, jolloin QIASphere Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteella luodaan automaattisesti yksilöllisen näytetunnuksen. Oletusasetus: Disabled (ei käytössä).

Asetus	Kuvaus
Prefer Sample ID Bar Code (Ensisijaisesti näytetunnusviivakoodi)	Määrittää, pyydetäänkö käyttäjää ensisijaisesti lukemaan näytetunnus viivakoodinlukijalla. Oletusasetus: Disabled (ei käytössä).
Exclude Modules (Moduulien esto)	Mahdollistaa testien suorittamisen estämisen tietyissä analyysimoduuleissa. Tästä voi olla hyötyä, jos yksittäisessä moduulissa epäillään vikaa. Oletusasetus: Disabled (ei käytössä).
Number of results per page (Tuloksia sivulla)	Tämä asetus määrittää, kuinka monta tulosta View Results (Näytä tulokset) -näytössä näkyy yhdellä sivulla.
Show Previously Logged-in User IDs (Näytä aiemmin kirjautuneet käyttäjät)	Valittavissa vain, jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä. Kun tämä asetus on käytössä, sisäänkirjautumisnäytössä näkyy aiemmin kirjautuneiden käyttäjien luettelo. Oletusasetus: Enabled (käytössä).
Require Password to Log In (Vaadi sisäänkirjautumiseen salasanaa)	Valittavissa vain, jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on käytössä. Kun tämä asetus on käytössä, kaikkien käyttäjien on annettava salasana sisäänkirjautumisen yhteydessä. Kun asetus ei ole käytössä, sisäänkirjautumiseen riittää pelkkä käyttäjätunnus. Oletusasetus: Enabled (käytössä).
Max. Number of Technical Log files (Teknisten lokitiedostojen enimmäismäärä)	Käyttäjä voi vaihtaa teknisten lokitiedostojen määrää.
Restore Factory Default (Palauta oletusasetukset)	Tällä asetuksella järjestelmän asetukset voi palauttaa oletusasetuksiin.


### 6.8.5 Tulostimen asetukset

Printer settings (Tulostimen asetukset) -kohdassa valitaan järjestelmän tulostin. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kanssa voi käyttää verkkoon liitettyä tulostinta tai suoraan käyttömoduulin taustapuolella olevaan USB-liitäntään liitettyä tulostinta.

Muokkaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen tulostinasetuksia seuraavasti:

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen asetusluettelosta Printer (Tulostin).
3. Valitse tulostin käytettävissä olevien tulostinten luettelosta (kuva 67).





**Kuva 67. Järjestelmän tulostimen valitseminen.**


Katso ohjeet tulostimen asentamiseen USB-liittännän tai Ethernet-liittymän kautta liitteestä 11.1.

## 6.8.6 Verkkoasetukset

Network (Verkko) -asetuksella voit yhdistää QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsijan verkkoon, liittää laitteeseen verkkotulostimia ja muodostaa yhteyden sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmään. Pyydä verkonvalvojalta ohjeet verkon asetusten määrittämiseen.

Näin määrität verkkoasetukset:

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen asetusluettelosta Network (Verkko) (kuva 68).



**Kuva 68. Verkkoasetusten määrittäminen.**

3. Valitse ja määritä taulukossa 10 luetellut asetukset verkonvalvojalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

**Taulukko 10. Verkkoasetukset**


Vaihtoehto	Kuvaus
Enable IPv6 (Ota IPv6 käyttöön)	Ottaa IPv6-protokollan käyttöön. IPv6 Settings (IPv6-asetukset) -alivalikko on käytettävissä vain, jos Enable IPv6 (Ota IPv6 käyttöön) on valittu.
Obtain IPv6 address automatically (Hae IPv6-osoite automaattisesti)	Jos asetus on käytössä, laite voi hakea IPv6-osoitteen verkosta DHCP-protokollaa käyttäen.
IPv6 Address (IPv6-osoite)	Käytetään käyttömoduulin IPv6-osoitteen manuaaliseen määrittämiseen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Obtain IPv6 address automatically (Hae IPv6-osoite automaattisesti) -asetusta ei ole valittu.
Subnet Prefix Length (Aliverkon etuliitteen pituus)	Käytetään IPv6-aliverkon etuliitteen pituuden määrittämiseen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Obtain IPv6 address automatically (Hae IPv6-osoite automaattisesti) -asetusta ei ole valittu.
Enable IPv4 (Ota IPv4 käyttöön)	Ottaa IPv4-protokollan käyttöön. IPv4 Settings (IPv4-asetukset) -alivalikko on käytettävissä vain, jos Enable IPv4 (Ota IPv4 käyttöön) on valittu.
Obtain IPv4 address automatically (Hae IPv4-osoite automaattisesti)	Jos asetus on käytössä, laite voi hakea IPv4-osoitteen verkosta DHCP-protokollaa käyttäen.
IPv4 Address (IPv4-osoite)	Käytetään käyttömoduulin IPv4-osoitteen manuaaliseen määrittämiseen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Obtain IPv4 address automatically (Hae IPv4-osoite automaattisesti) -asetusta ei ole valittu.
Subnet Mask (Aliverkon peite)	Käytetään IPv4-aliverkon etuliitteen pituuden määrittämiseen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Obtain IPv4 address automatically (Hae IPv4-osoite automaattisesti) -asetusta ei ole valittu.
Default Gateway (Oletusyhdykskäytävä)	Määrittää IPv6- tai IPv4-oletusyhdykskäytävän sen mukaan, kumpi protokolla on käytössä. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Obtain IPv6 address automatically (Hae IPv6-osoite automaattisesti) - tai Obtain IPv4 address automatically (Hae IPv4-osoite automaattisesti) -asetusta ei ole valittu.
Obtain DNS address automatically (Hae DNS-osoite automaattisesti)	Jos asetus on käytössä, laite voi hakea DNS-asetukset verkosta DHCP-protokollaa käyttäen.
Preferred DNS Server (Ensisijainen DNS-palvelin)	Käytetään ensisijaisen DNS-palvelimen määrittämiseen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Obtain DNS address automatically (Hae DNS-osoite automaattisesti) -asetusta ei ole valittu.
Alternate DNS Server (Toissijainen DNS-palvelin)	Käytetään toissijaisen DNS-palvelimen määrittämiseen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos Obtain DNS address automatically (Hae DNS-osoite automaattisesti) -asetusta ei ole valittu.

### 6.8.7 Jaettu verkkoresurssi

Network Share (Jaettu verkkoresurssi) -toiminnolla voi valita verkossa jaettavien resurssien asetukset. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointori sallii Windows®-käyttöjärjestelmissä toimivien jaettujen verkkoresurssien käytön.

Näin lisät QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointorin jaetun verkkoresurssin:

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen asetusluettelosta Network Share (Jaettu verkkoresurssi).
3. Paina Add new share (Lisää uusi jaettu resurssi) -painiketta (kuva 69).



**Kuva 69. Uuden jaetun verkkoresurssin lisääminen.**


4. Valitse ja määritä taulukossa 11 (seuraavalla sivulla) luetellut vaihtoehdot verkonvalvojalta saamiesi ohjeiden mukaisesti.

**Taulukko 11. Jaetun verkkoresurssin asetukset**

Vaihtoehto	Kuvaus
Local Alias (Paikallinen alias)	Määrittää merkinnän nimen, jolla jaettu resurssi voidaan valita muissa sovelluksen valikoissa (kuten varmuuskopiota tallennettaessa).
IP address/Server name (IP-osoite / palvelimen nimi)	Määrittää jaettua verkkoresurssia isännöivän palvelimen tai sen IP-osoitteen.
Share name (Jaetun resurssin nimi)	Määrittää jaetun verkkoresurssin nimen.
Folder (Kansio)	Määrittää polun tiettyyn jaetun verkkoresurssin kansioon. Polussa erilliset kansioiden nimet erotellaan kauttaviivalla / (esim. kansio/alikansio).
Domain name (Toimialueen nimi)	Määrittää toimialueen, johon jaettua verkkoresurssia isännöivä palvelin on määritetty.
User Name (Käyttäjätunnus)	Määrittää käyttäjätunnuksen, jolla yhteys jaettuun verkkoresurssiin muodostetaan. Huomaa, että käyttäjällä täytyy olla kirjoitusoikeudet jaettuun verkkoresurssiin.
Password (Salasana)	Määrittää salasanan, jolla käyttäjätunnus todennetaan.
Check connectivity (Tarkista yhdistettävyyys)	Tarkistaa, voiko jaettuun verkkoresurssiin muodostaa yhteyden. Yhteydenmuodostusyrityksen tulokset avautuvat ponnahdusikkunaan.
Remove Share (Poista jaettu resurssi)	Poistaa määritetyn jaetun verkkoresurssin. <b>Huomautus:</b> tämä painike näkyy vain muokattaessa olemassa olevaa jaettua verkkoresurssia.

### 6.8.8 Järjestelmäloki

Järjestelmän lokitiedostoon tallennetaan yleisiä tietoja käyttö- ja analyysimoduulien käytöstä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttäjien lisääminen ja poistaminen, määritysten lisääminen ja poistaminen, sisään- ja uloskirjautumiset, testien aloittaminen jne. Voit avata järjestelmälokin painamalla ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta ja valitsemalla vaihtoehdon System Log (Järjestelmäloki). Näytön keskiosassa näkyy ensin tieto System Log Capacity (Järjestelmälokin kapasiteetti) ja sen jälkeen lokin sisältö. Voit viedä lokin sisällön valitsemalla Export Log File (Vie lokitiedosto) (kuva 70).



Kuva 70. Järjestelmälökin avaaminen.

**Huomautus:** Testin tai kaikkien epäonnistuneiden testien täydelliset tukitiedot on suositeltavaa luoda tukitiedostopakettin toiminnon avulla (katso kohta 5.4.7).

### 6.8.9 Versiotiedot ja ohjelmiston lisenssisopimus


Saat QIAstat-Dx-ohjelmiston versiotiedot, sarjanumerot, asennettujen analyysimoduulien laiteohjelmistoversiot ja ohjelmiston lisenssisopimuksen näkyviin painamalla ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta ja valitsemalla lopuksi vaihtoehdon Version Info (Versiotiedot).

### 6.8.10 Järjestelmän päivittäminen

**TÄRKEÄÄ:** Ohjelmistoversio 1.1 tai uudempi tarvitaan ohjelmistoversioon 1.4 päivittämistä varten.

Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi on tarkistettava, että käytössä on viimeisin ohjelmistoversio. Pyydä QIAGENin teknisestä palvelusta osoitteesta support.qiagen.com apua ohjelmistopäivityksissä.

Voit päivittää QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointijärjestelmän painamalla ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta ja valitsemalla lopuksi vaihtoehdon System Update (Järjestelmän päivitys). Päivitä järjestelmä uudempaan versioon valitsemalla oikea .dup-tiedosto USB-muistista. Näkyviin tulee viesti, jossa suositellaan järjestelmän varmuuskopiointia ensin (katso kohta 6.8.11) (kuva 71). Päivityksen jälkeen voi olla tarpeen sammuttaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja käynnistää se uudelleen.



**Kuva 71. Järjestelmän päivittäminen.**

**Huomautus:** Jotta ohjelmisto päivitetäisiin ajallaan ohjelmistoversiosta 1.2 tai sitä vanhemmista versioista uusiin versioihin, suosittelemme noudattamaan seuraavaa menettelyä ennen ohjelmistopäivitystä ja sen jälkeen:

Siirry ennen ohjelmistopäivitystä pääsivulla kohtaan Options (Asetukset) > System Config (Järjestelmäasetukset) > valitse Settings (Asetukset) -kohdasta General Settings (Yleiset asetukset) ja edelleen General (Yleiset).

1. Selaa näkymää alaspäin (pyyhkäise ylöspäin) ja etsi kenttä Number of results per page (Tuloksia sivulla).
2. Valitse Number of results per page (Tuloksia sivulla) -kenttä.
3. Muuta kentän arvoksi 100 ja paina Enter-painiketta.
4. Tallenna asetukset painamalla Save (Tallenna) -painiketta alapalkissa.

Kun ohjelmistopäivitys on valmis, palauta sivulla näytettävien tulosten asetus aiempaan arvoon. Tee se siirtymällä pääsivulla kohtaan Options (Asetukset) > System Config (Järjestelmäasetukset) > valitse Settings (Asetukset) -kohdasta General Settings (Yleiset asetukset) ja edelleen General (Yleiset).


5. Selaa näkymää alaspäin (pyyhkäise ylöspäin) ja etsi kenttä Number of results per page (Tuloksia sivulla).
6. Valitse Number of results per page (Tuloksia sivulla) -kenttä.
7. Muuta arvo arvosta 100 kentässä aiemmin olleeseen lukuun ja paina Enter-painiketta.
8. Tallenna asetukset painamalla Save (Tallenna) -painiketta alapalkissa.

**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

**Huomautus:** Näytönsäätäjä ei ole toiminnassa järjestelmän päivittämisen aikana. Jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on otettu käyttöön, käyttäjää ei vahvisteta pyytämällä uudelleenkirjautumista järjestelmään. Emme suosittele QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen jättämistä valvomatta järjestelmäpäivityksen ajaksi.

### 6.8.11 Järjestelmän varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen järjestelmän painamalla ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta ja valitsemalla lopuksi vaihtoehdon System Backup (Järjestelmän varmuuskopiointi) (kuva 72). Aseta laitteen etupuolen USB-liitäntään USB-muisti tai määritä jaettu verkkoresurssi (katso Jaettu verkkoresurssi).



Kuva 72. Järjestelmän varmuuskopiointi.



Paina Make Backup (Tee varmuuskopio) -painiketta. Järjestelmä luo oletusarvoisella tiedostonimellä tiedoston, jonka tiedostotunniste on .dbk. Tiedoston voi tallentaa joko USB-muistiin tai jaettuun verkkoresurssiin.

Jos haluat palauttaa järjestelmän varmuuskopiosta, paina Restore Backup (Palauta varmuuskopiosta) -painiketta ja valitse oikea .dbk-päätteinen varmuuskopiotiedosto laitteeseen liitetystä USB-muistista. Näyttöön tulee viesti, jossa kehoitetaan tekemään varmuuskopio ennen järjestelmän palauttamista.


**Huomautus:** Järjestelmän varmuuskopioiminen säännöllisesti laitoksen menettelyohjeen mukaisesti on erittäin suositeltavaa, jotta tietojen saatavuus ja tietosuoja voidaan varmistaa.

**Huomautus:** Näytönsäätäjä ei ole toiminnassa järjestelmän varmuuskopioinnin aikana. Jos User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta) on otettu käyttöön, käyttäjää ei vahvisteta pyytämällä uudelleenkirjautumista järjestelmään. Emme suosittele QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen jättämistä valvomatta varmuuskopioinnin ajaksi.


**Huomautus:** Laitteen mukana toimitettua USB-muistilaitetta suositellaan käytettäväksi tietojen siirtoon ja lyhytaikaiseen säilytykseen. USB-muistilaitteen käyttöön liittyy rajoituksia (esim. muistin vapaa tila tai tietojen korvaamisen riski), jotka on huomioitava ennen käyttöä.

## 6.9 Salasanojen vaihtaminen

Voit vaihtaa käyttäjän salasanan painamalla Options (Asetukset) -painiketta ja valitsemalla Change Password (Vaihda salasana). Kirjoita ensin nykyinen salasana tekstikenttään (kuva 73, seuraava sivu) ja kirjoita sitten uusi salasana New Password (Uusi salasana) -kenttään. Type the new password again in the Confirm Password field (Kuva 74).



Kuva 73. Nykyisen salasanan kirjoittaminen.



Kuva 74. Uuden salasanan kirjoittaminen ja vahvistaminen.

Jos annat väärän salasanan kolme kertaa, salasanan syöttökenttä lukittuu yhden minuutin ajaksi. Näyttöön tulee viesti Password failed, please wait 1 minute to try it again (Salasanan syöttö epäonnistui, odota 1 minuutti ja yritä uudelleen).

**Huomautus:** suosittelemme vahvasti käyttämään organisaatiosi salasanaikäytäntöjen mukaisia vahvoja salasanoja.

## 6.10 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen järjestelmän tila

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen etupaneelilla olevien tilamerkkivalojen värit kertovat käyttö- ja analyysimoduulien tilasta.

Käyttömoduulin käyttämät tilamerkkivärit ovat:

Taulukossa 12 on selitetty tilamerkkivalot, joita käyttö- ja analyysimoduuleissa voi näkyä.

**Taulukko 12. Kuvaukset tilamerkkivaloista.**

Moduuli	Tilamerkkivalo	Kuvaus
Käyttömoduuli	Ei pala	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen virta on katkaistu
	Sininen	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitte on valmiustilassa
	Vihreä	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitte on käynnissä
Analyysimoduuli	Ei pala	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen virta on katkaistu
	Sininen	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitte on valmiustilassa
	Vihreä (vilkkuu)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitte käynnistyy
	Vihreä	Analyysimoduuli on käynnissä
	Punainen	Analyysimoduulin toimintahäiriö

## 6.11 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen sammuttaminen

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitte on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Jos laite on käyttämättä lyhyen aikaa (vähemmän kuin yhden päivän), suosittelemme asettamaan QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen valmiustilaan painamalla sen etupaneelilla olevaa ON/OFF-virtapainiketta. Kun haluat sammuttaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pidemmäksi aikaa, katkaise virta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen takana olevasta virtakytkimestä.

Jos QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitte yritetään siirtää valmiustilaan, kun analyysimoduulissa on käynnissä testi, näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa kerrotaan, ettei laitteen virtaa voi vielä katkaista. Odota, että laite on saanut testin tai testit valmiiksi ja yritä sitten virran katkaisua uudelleen.

## 7 Sairaalan ja laboratorion tietojärjestelmän yhteydet

Tässä luvussa käsitellään QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin ja sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmän välisiä yhteyksiä.

Sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän asetusten määrittäminen mahdollistaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin liittämisen seuraavia toimintoja varten:

- Tiedonsiirron aktivointi ja määrittäminen sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmän kanssa
- Testiasetukset tulosten lähettämistä ja tutkimuspyyntöjä varten
- Testin tekeminen tutkimuspyynnön perusteella
- Testitulosten lähettäminen

**Huomautus:** suosittelemme noudattamaan organisaatiosi turvallisuusohjeita ja -menettelyjä paikalliseen intranettiin yhdistämisen suhteen, sillä viestintää HIS/LIS-järjestelmään ei ole salattu.

### 7.1 Tiedonsiirron aktivointi ja määrittäminen sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmän kanssa

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen Settings (Asetukset) -luettelosta HIS/LIS (Sairaalan tietojärjestelmä / laboratorion tietojärjestelmä). Valitse jokin taulukossa 13 mainituista asetuksista ja määritä se:

**Taulukko 13. HIS-/LIS-asetukset**

Asetus	Kuvaus
Host Communication (Isäntäkoneen yhteys)	Tällä otetaan käyttöön yhteys sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmään. Tämä asetusta on oletusarvoisesti poissa käytöstä.
Host Settings (Isäntäkoneen asetukset)	Valittavissa vain, jos Host Communicaton (Isäntäkoneen yhteys) on käytössä. Tässä määritetään isäntäkoneen osoite ja portti. Isäntäkoneen osoitteessa voidaan käyttää IP-osoitteen ja nimen arvoa. IP-arvossa on oltava 4 numeroa (N.N.N.N), N = 0–255. Siirtoprotokolla on tällä hetkellä HL7-yhteensopiva (tulevissa versioissa on myös POCT1A-yhteensopivuus). Hospital name (Sairaalan nimi) on yksilöllinen nimi, jolla määritetään DMS- tai LIS-järjestelmä. Aikakatkaisun oletusarvo on 5 sekuntia, mutta sitä voidaan pidentää enintään 60 sekunniksi. Tämä on pisin aika, jonka QIAstat-Dx Analyzer 1.0 odottaa viestiä isännältä. Sanomajonosta näkyy, kuinka monta sanomaa jonossa odottaa. Check connectivity (Tarkista yhteys) -painikkeella voidaan tarkistaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsattorin ja isäntäkoneen välinen yhteys, kun IP-osoite ja portti on annettu.
Result Upload (Tulosten siirto)	Mahdollistaa tulosten lähettämisen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoitsattorista isäntään. Tämä asetusta on oletusarvoisesti poissa käytöstä.
Results Upload Settings (Tulosten siirtoasetukset)	Aktiivinen vain, jos Result Upload (Tulosten siirto) on käytössä. Tulokset voidaan siirtää automaattisesti tai manuaalisesti. Kun automaattinen siirto on käytössä, tulokset siirtyvät isäntäkoneeseen heti testin valmistuttua. Jos automaattinen siirto ei ole käytössä, tulokset voidaan siirtää manuaalisesti Result Summary (Tulosten yhteenveto)- ja View Results (Näytä tulokset) -näytön Upload (Siirrä) -painikkeella. Automaattinen on oletusarvoisesti pois käytöstä. Expire Time (Vanhenemisaika) on niiden päivien määrä, joiden aikana testi voidaan lähettää isäntään. Kun asetusta on nolla, tämä vaihtoehto on pois käytöstä, eli tulokset eivät vanhene koskaan. Reset Uploading (Nollaa siirto) -toiminnolla voidaan tyhjentää lähettämistä odottavien sanomien jono. Tästä voi olla hyötyä, kun useita tuloksia on lähetetty, mutta tämä lähetyks on jostain syystä keskeytettävä. Retry (Yritä uudelleen) -toiminnolla voidaan lähettää uudelleen tulokset, joiden siirto on Error (Virhe) -tilassa. Authorization (Valtuutus) voidaan määrittää roolille, mikä sallii tulosten lataamisen. Oletusarvoisesti vain Administrator (Pääkäyttäjä) -käyttäjillä on tämä valtuutus käytössä.
Test Orders (Testien pyynnöt)	Testi voidaan tehdä sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmässä luodun tutkimuspyynnön perusteella. Tämä asetusta on oletusarvoisesti poissa käytöstä.
Order Settings (Pyyntöjen asetukset)	Valittavissa vain, jos Test Orders (Testien pyynnöt) on käytössä. Force Order (Pakota pyyntö) -asetuksen poistaminen käytöstä mahdollistaa testin tekemisen, vaikka yhteys isäntään ei ole käytettävissä tai annettuun näytetunnukseen ei liity pyyntöä. Force Order (Pakota pyyntö) on oletusarvoisesti poissa käytöstä.
Debug Logging (Virheen korjauksen kirjaus)	Debug Logging (Virheen korjauksen kirjaus) -ominaisuuden voi ottaa käyttöön / poistaa käytöstä vain huoltoteknikko tai käyttäjä, jolla on pääkäyttäjän oikeudet. Tämä ominaisuuden avulla voidaan kirjata erityisiä HL7-virheenkorjausviestejä HIS/LIS-latauksiin. <b>Huomautus:</b> suosittelemme vahvasti, että kirjaustoiminto otetaan käyttöön vain analyysitaroituksissa asennuksen ajaksi ja sammutetaan sen jälkeen.

## 7.2 Testin nimen määrittäminen

Sairaalan/laboratorion tietojärjestelmässä näkyvä testin nimi saattaa poiketa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa näkyvästä testin nimestä. Ennen sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän toimintojen käyttöä on testien nimet vahvistettava/korjattava seuraavien ohjeiden mukaan.

1. Paina Options (Asetukset) -painiketta ja siirry sitten Assay Management (Testien hallinta) -näyttöön Assay Management (Testien hallinta) -painikkeella. Käytettävissä olevien testien luettelo avautuu sisältöalueen ensimmäiseen sarakkeeseen.
2. Valitse testi Available Assays (Käytettävissä olevat testit) -valikosta.
3. Valitse LIS assay name (LIS-testin nimi). Testin nimen pitäisi oletusarvoisesti olla sama QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa ja sairaalan/laboratorion tietojärjestelmässä. Jos sairaalan/laboratorion tietojärjestelmässä oleva testin nimi on eri, se on korjattava vastaamaan QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa käytettyä testin nimeä. Korjaa testin nimi LIS assay name input (Laboratorion tietojärjestelmän testin nimen syöttö) -tekstikenttään ja paina Save (Tallenna) -painiketta.

## 7.3 Testipyynnön luominen, kun yhteys isäntään on käytössä

Kun Host Communication (Isäntäkoneen yhteys) ja Test Orders (Testien pyynnöt) ovat käytössä, testipyynnöt voidaan ladata isäntäkoneesta ennen testin tekemistä.


Kun näytetunnus lisätään tai luetaan viivakoodinlukijalla, järjestelmä hakee tutkimuspyynnön automaattisesti isäntäkoneesta.


### 7.3.1 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin määrittäminen käyttämään isäntäkoneen yhteyttä

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen Settings (Asetukset) -luettelosta HIS/LIS (Sairaalan tietojärjestelmä / laboratorion tietojärjestelmä).
3. Valitse Host Communication (Isäntäkoneen yhteys) ja lisää isäntäkoneen tiedot Host Settings (Isäntäkoneen asetukset) -kohtaan. Vahvista yhteys painamalla Check connectivity (Tarkista yhteys) -painiketta.

- Ota Test Orders (Testien pyynnöt) käyttöön ja määritä Order Settings (Pyyntöjen asetukset). Testipyynnöillä on kaksi käsittelytilaa sen mukaan, onko Force Order (Pakota pyyntö) valittu. Kun Force Order (Pakota pyyntö) on valittu eikä testipyynnön haku isäntäkoneesta onnistu, käyttäjä ei saa jatkaa testin tekemistä. Kun Force Order (Pakota pyyntö) -asetusta ei ole valittu, käyttäjä voi jatkaa testin käsittelyä, vaikka testipyyntöä ei ole haettu tai sitä ei ole isäntäkoneessa. Näyttöön tulee vain varoittava ponnaHDusikkuna.


### 7.3.2 Testin tekeminen testipyynnön perusteella

- Paina Main (AloitUS) -näytön oikeassa yläkulmassa olevaa Run Test (Tee testi) -painiketta .
- Lue pyydetessä näytetunnuksen viivakoodi käyttömoduulin kiinteällä viivakoodinlukijalla (kuva 75).  
Huomautus: QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysoittorin asetusten mukaisesti näytetunnuksen voi mahdollisesti syöttää myös kosketusnäytön näyttönapäimistöllä. Lisätietoja on kohdassa 6.8.4.



**Kuva 75. Näytetunnuksen viivakoodin skannaaminen.**

- NäytetunnuS lähetetään isäntäkoneeseen ja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 odottaa testipyyntöä, näyttöSSä lukee Getting order... (Pyyntöä haetaan...) (kuva 76).  
Huomautus: Jos testipyynnön hakeminen isäntäkoneesta ei onnistu, kun Force Order (Pakota pyyntö) on valittu, käyttäjä ei saa jatkaa testin tekemistä. Kun Force Order (Pakota pyyntö) -asetusta ei ole valittu, käyttäjä voi jatkaa testin käsittelyä, vaikka testipyyntöä ei ole haettu (näyttöön tulee varoittava ponnaHDusikkuna). Kohdassa 9.2 on lisätietoja varoituksista ja virheistä.




**Kuva 76. Näyttö testipyyntöön noudon aikana.**

4. Kun testipyyntö on saatu isäntäkoneesta, näytössä lukee Scan cartridge for assay <assay\_name> and book order <order\_number> (Lue kasetin viivakoodi testiä <testin\_nimi> ja testipyyntöä <pyynnön\_numero> varten). Skannaa määritetyn QIAstat-Dx-testikasetin viivakoodi (kuva 77).


Huomautus: Isäntäkone voi tuottaa näytetunnukselle enemmän kuin yhden testipyyntöön. Silloin näytössä lukee Scan cartridge for book order <order\_number> (Lue kasetin viivakoodi testipyyntöä <pyynnön\_numero> varten). Jos skannattu QIAstat-Dx-testikasetti ei vastaa pyyntöä, testin suoritus ei voi jatkua, vaan näkyviin tulee virhe. Kohdassa 9.2 on lisätietoa varoituksista ja virheistä.





**Kuva 77. QIAstat-Dx-testikasetin viivakoodin skannaaminen.**

5. Assay Type (Testin tyyppi) -kenttä täyttyy automaattisesti ja tarvittaessa sopiva Sample Type (Näytetyyppi) on valittava manuaalisesti luettelosta (kuva 78).



**Kuva 78. Näytetyypin valitseminen.**

6. Katso kohtaa 5.3 ja toimi vaiheiden 5–11 mukaisesti.

## 7.4 Testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen


Kun Result Upload (Tulosten siirto) ja Results Upload Settings (Tulosten siirtoasetukset) on valittu, testitulokset voidaan siirtää isäntäkoneeseen automaattisesti tai manuaalisesti.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen määrittäminen testituloksen automaattista isäntäkoneeseen siirtämistä varten



1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen Settings (Asetukset) -luettelosta HIS/LIS (Sairaalan tietojärjestelmä / laboratorion tietojärjestelmä).
3. Valitse Host Communication (Isäntäkoneen yhteys) ja lisää isäntäkoneen tiedot Host Settings (Isäntäkoneen asetukset) -kohtaan. Vahvista yhteys painamalla Check connectivity (Tarkista yhteys) -painiketta.
4. Valitse Result Upload (Tulosten siirto) ja määritä asetukset Result Upload Settings (Tulosten siirtoasetukset) -kohdassa. Ota käyttöön Automatic upload (Automaattinen siirto).


### 7.4.1 Testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen automaattisesti

Testin valmistuttua tulokset siirretään automaattisesti. Siirron tila näkyy Results Summary (Tulosten yhteenveto) -näytön Test Data (Testitiedot) -osassa ja View Results (Näytä tulokset) -näytön Upload (Siirto) -sarakeessa (kuva 79).



Kuva 79. Results Summary (Tulosten yhteenveto) -näyttö.

Jos haluat nähdä aikaisempien testien siirron tilan, valitse Main Menu (Päävalikko) -palkista  View Results (Näytä tulokset).  Upload (Siirto) -sarakeessa näkyy siirron tila (kuva 80).










Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
91113	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:22	pos
8265	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:20	pos
12	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:57	pos
123456	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:39	pos
77702	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:42	pos
77701	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:40	pos

**Kuva 80. View Results (Näytä tulokset) -näyttö.**

Mahdollisesti näkyvät lataustilat on kuvattu taulukossa 14. Upload Status (Siirron tila) -kohdasta nähdään siirron tulos. Nimi näkyy Summary (Yhteenveto) -näytössä, ja kuvake näkyy View results (Näytä tulokset) -näytössä.

**Taulukko 14. Kuvaus siirron tiloista.**


Nimi	Kuvake	Kuvaus
Pending (Odottaa)		Tulosta ei vielä ole siirretty.
Uploading (Siirretään)		Tulosta siirretään.
Uploaded (Siirretty), aikaleima		Tulos on siirretty, myös siirron päivämäärä ja kellonaika ilmoitetaan.
Error (Virhe)		Tuloksen siirrossa oli virhe, ja se on voinut päättyä aikakatkaisuun
Re-Uploading (Siirretään uudelleen)		Tulosta siirretään uudelleen.
Expired (previously uploaded) (Vanhentunut, siirretty aiemmin)		Tulosta ei voi enää siirtää. Se on siirretty jo ainakin yhden kerran.
Expired (never uploaded) (Vanhentunut, [ei siirretty])		Tulosta ei voi enää siirtää. Sitä ei ole koskaan siirretty.


## 7.4.2 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin määrittäminen testituloksen siirtämiseen isäntäkoneeseen manuaalisesti

1. Paina ensin Options (Asetukset) -painiketta ja sitten System Configuration (Järjestelmäasetukset) -painiketta.
2. Valitse vasemman sarakkeen Settings (Asetukset) -luettelosta HIS/LIS (Sairaalan tietojärjestelmä / laboratorion tietojärjestelmä).
3. Valitse Host Communication (Isäntäkoneen yhteys) ja lisää isäntäkoneen tiedot Host Settings (Isäntäkoneen asetukset) -kohtaan. Vahvista yhteys painamalla Check connectivity (Tarkista yhteys) -painiketta.
4. Valitse Result Upload (Tulosten siirto) ja määritä asetukset Result Upload Settings (Tulosten siirtoasetukset) -kohdassa. Poista Automatic upload (Automaattinen siirto) käytöstä.

## 7.4.3 Testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen manuaalisesti

Testin valmistuttua tulokset voidaan siirtää manuaalisesti Summary (Yhteenveto)- tai View Results (Näytä tulokset) -näytöstä.

Siirrä tulokset Summary (Yhteenveto) -näytöstä painamalla  Upload Upload (Siirrä) -painiketta.

Siirrä tulos View Results (Näytä tulokset) -näytöstä valitsemalla siirrettävät tulokset painamalla näytetunnusten vasemmalla puolella olevia harmaita ympyröitä. Valintamerkki tulee näkyviin valittujen tulosten viereen. Poista testitulosten valinta painamalla valintamerkkiä. Koko tulosluettelo voidaan valita painamalla ylärivin  -valintapainiketta. Kun olet valinnut siirrettävät tulokset, paina  Upload Upload (Siirrä) -painiketta (kuva 81).

administrator Test Results 17:33 2018-04-05

1 Available 2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
91113	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:22	pos
8265	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:20	pos
12	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:57	pos
123456	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:39	pos
77702	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:42	pos
77701	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:40	pos

Page 1 of 2

Remove Filter Print Report Save Report Search Upload

Run Test View Results Options Log Out

Kuva 81. View Results (Näytä tulokset) -näyttö.

## 7.5 Isäntäkoneen yhteyden vianmääritys

Isäntäkoneen yhteyden vianmääritysohjeita on kohdassa 9.1.

## 8 Huolto

Tämä luku käsittelee QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen vaatimia huoltotoimenpiteitä.


### 8.1 Huoltotoimenpiteet


QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteelle suoritettavat huoltotoimenpiteet on lueteltu taulukossa 15.


**Taulukko 15. Kuvaus huoltotoimenpiteistä.**


Tehtävä	Tiheys
QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pinnan puhdistaminen tai dekontamointi	Tehtävä, jos QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen päälle roiskuu nesteitä, kemikaaleja tai (mahdollisesti tartuntavaarallisia) biologisia näytteitä.
Ilmansuodattimen vaihtaminen	Tehtävä vuosittain.

### 8.2 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pinnan puhdistaminen

<b>VAROITUS/ HUOMIO</b> 	<b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b> Suojaudu biologisilta ja kemiallisilta vaaroilta käyttämällä suojalaseja, laboratoriotakkia ja käsineitä, kun puhdistat laitetta.
--	---

<b>VAROITUS/ HUOMIO</b> 	<b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b> Irrota QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteesta verkkovirrasta ennen laitteen puhdistamista.
--	--

<b>HUOMIO</b> 	<b>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen vaurioitumisen vaara</b> Varo läikyttämästä kemikaaleja tai muita nesteitä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen sisälle tai päälle. Nesteroiskeiden aiheuttamat vauriot ovat peruste takuun mitätöitymiselle.
--	--

<p><b>HUOMIO</b></p> 	<p><b>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin vaurioitumisen vaara</b></p> <p>Varo läikyttämästä nesteitä kosketusnäytön päälle tai kastelemasta sitä. Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin mukana toimitettua puhdistusliinaa.</p>
--	--


Käytä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinnan puhdistamiseen näitä välineitä:


- mieto puhdistusaine
- paperipyyhkeet
- tislattu vesi.


Näin puhdistat QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinnan:


1. Käytä käsineitä, laboratoriotakkia ja suojalaseja.
2. Kostuta paperipyyhe miedolla puhdistusaineella ja pyyhi QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinta sekä työtaso laitteen ympäriltä. Varo kastelemasta kosketusnäyttöä. Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin mukana toimitettua puhdistusliinaa.
3. Toista vaihe 2 kolme kertaa, joka kerta puhtaalla paperipyyhkeellä.
4. Kostuta paperipyyhe tislatulla vedellä ja pyyhi kaikki puhdistusaineen jäämät pois QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinnasta. Toista kahdesti.
5. Kuivaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinta uudella paperipyyhkeellä.

### 8.3 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pinnan dekontaminoiminen

<p><b>VAROITUS/ HUOMIO</b></p> 	<p><b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b></p> <p>Suojaudu biologisilta ja kemiallisilta vaaroilta käyttämällä suojalaseja, laboratoriotakkia ja käsineitä, kun puhdistat laitetta.</p> <p>Valkaisuaine ärsyttää silmiä ja ihoa, ja siitä voi vapautua vaarallisia kaasuja (klooria). Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia.</p>
--	---

<p><b>VAROITUS/ HUOMIO</b></p> 	<p><b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b></p> <p>Irrota QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteesta verkkovirrasta ennen laitteen puhdistamista.</p>
--	---

<p><b>HUOMIO</b></p> 	<p><b>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen vaurioitumisen vaara</b></p> <p>Varo läikyttämästä kemikaaleja tai muita nesteitä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen sisälle tai päälle. Nesteroiskeiden aiheuttamat vauriot ovat peruste takuun mitätöitymiselle.</p>
--	---

<p><b>HUOMIO</b></p> 	<p><b>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen vaurioitumisen vaara</b></p> <p>Varo läikyttämästä nesteitä kosketusnäytön päälle tai kastelemasta sitä. Käytä kosketusnäytön puhdistamiseen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen mukana toimitettua puhdistusliinaa.</p>
---	--

Käytä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pinnan dekontaminointiin näitä välineitä:

- 10-prosenttinen valkaisuaineliuos
- paperipyyhkeet
- tislattu vesi.

Näin dekontaminoit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pinnan:

1. Käytä käsineitä, laboratoriotakkia ja suojalaseja.
2. Kostuta paperipyyhe 10-prosenttisella valkaisuaineliuksella ja pyyhi QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pinta sekä työtaso laitteen ympäriltä. Varo kastelemasta kosketusnäyttöä. Odota vähintään kolme minuuttia, jotta valkaisuaineliuos ehtii vaikuttaa kontaminantteihin.
3. Vaihda käsineet uuteen pariin.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 vielä kaksi kertaa, joka kerta puhtailla paperipyyhkeillä.
5. Kostuta paperipyyhe tislatulla vedellä ja pyyhi kaikki valkaisuaineen jäämät pois QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pinnasta. Toista kahdesti.
6. Kuivaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen pinta uudella paperipyyhkeellä.



## 8.4 Ilmansuodattimen vaihtaminen

Jotta laitteen sisäinen ilmavirtaus säilyisi riittävänä, ilmansuodatin on vaihdettava joka vuosi.

Ilmansuodatin sijaitsee QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -laitteen alla, ja siihen pääsee käsiksi laitteen etupuolelta.

Vaihtoilmansuodattimina täytyy käyttää QIAGENin valmistamia suodattimia.

Näin vaihdat ilmansuodattimen:

1. Aseta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 valmiustilaan painamalla ON/OFF-virtapainiketta laitteen etuosasta.
2. Työnnä kätesi QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilokeroon etupuolella olevan ilmansuodattimen lokeron alle ja nosta sitä sormillasi hiukan ylöspäin.
3. Vedä ilmansuodatinta, kunnes ilmansuodattimen lokero on kokonaan ulkona laitteesta. Hävitä vanha ilmansuodatin.
4. Ota uusi ilmansuodattimen lokero pois suojauskaapista.
5. Työnnä uusi ilmansuodattimen lokero QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilokeroon. Laite on nyt käyttövalmis.

### HUOMIO




#### **QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilokeroon vaurioitumisen vaara**

Käytä vain alkuperäisiä QIAGENin valmistamia osia. Muiden osien käyttö mitätöi takuun ja voi vaurioittaa laitetta.

## 8.5 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen korjaaminen

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen saavat korjata vain QIAGENin valtuuttamat henkilöt. Jos QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei toimi odotetusti, ota yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun. Yhteystiedot ovat kohdassa 9.

<p><b>VAROITUS/ HUOMIO</b></p> 	<p><b>Vammojen ja aineellisten vahinkojen vaara</b></p> <p>Älä avaa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen koteloa. Älä yritä korjata QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitetta tai tehdä siihen muutoksia.</p> <p>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kotelon avaaminen tai luvattomien muutosten tekeminen analysointilaitteeseen mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vammoja käyttäjälle sekä vaurioita QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteelle.</p>
--	--

## 9 Vianmääritys

Tässä osassa on tietoja joistakin QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen toiminnassa mahdollisesti ilmenevistä ongelmista sekä niiden mahdollisista syistä ja ratkaisuista. Tiedot koskevat vain laitetta. Tietoja QIAstat-Dx-testikasettien vianmäärityksestä on kunkin kasettityypin omilla käyttöohjeissa.

Saat tarvittaessa apua tuotteen käyttöön QIAGENin teknisestä palvelusta. Yhteystiedot ovat alla:

Verkkosivusto: [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com)

Ennen kuin otat yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun koskien QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen toiminnassa ilmennyttä virhettä, kirjaa muistiin kaikki virhettä edeltäneet vaiheet ja laitteen näyttöön mahdollisesti tulleet viestit. Nämä tiedot auttavat QIAGENin teknistä palvelua ratkaisemaan ongelman.

Ennen kuin otat yhteyttä QIAGENin tekniseen tukeen virhetilanteissa, varmista, että sinulla on käsillä nämä tiedot:

- QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -laitteen sarjanumero, tyyppi, ohjelmistoversio ja asennetut testin määritystiedostot
- mahdollinen virhekoodi
- virheen ensimmäinen ilmenemisajankohta
- virheen toistuvuus (onko kyseessä satunnaisesti vai jatkuvasti ilmenevä virhe)
- valokuva virhetilanteesta, jos mahdollista
- tukitiedostopaketti

## 9.1 Laitteiston ja ohjelmiston virheet

Virhe	Mahdollinen syy	Huomautuksia ja ehdotuksia
The QIAstat-Dx Analyzer 1.0 does not start. (QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei käynnisty.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoria ei ole liitetty verkkovirtaan. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin ei ole kytketty virtaa laitteen takana olevasta verkkovirtakytkimestä. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori on valmiutillassa.	Tarkista, että QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on liitetty verkkovirtaan. Kytke virta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin takaosan virtakytkimestä. Paina virtakytkintä, jolloin QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori poistuu valmiutilasta.
Analytical Module not detected. (Analysimoduulia ei havaita.)	Analyyysi- ja käyttömoduulien liitännäosa ei ole asennettu oikein.	Tarkista, että käyttömoduulin ja analyysimoduulin välinen analyyysi- ja käyttömoduulien liitännäosa on asennettu oikein.
The Analytical Module status indicator is red. (Analysimoduulin tilamerkkivalo on punainen.)	Laitteistovika.	Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
The touchscreen does not respond. (Kosketusnäyttö ei reagoi.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori on valmiutillassa (tilamerkkivalo on sininen). Laitteistovika.	Paina käyttömoduulin ON/OFF-virtakytkintä. Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
Bar code reader does not scan. (Viivakoodinlukija ei skannaa.)	Näytetunnusten viivakoodinlukutoiminto ei ole käytössä. Viivakoodinlukijassa on laitteisto- tai ohjelmistovika.	Pyydä laboratorion vastuuhenkilöä tai laitteen pääkäyttäjää määrittämään viivakoodinlukutoiminto käyttöön QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa. Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
The QIAstat-Dx assay cartridge is stuck inside the QIAstat-Dx Analyzer 1.0. (QIAstat-Dx-testikasetti on jumissa QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa.)	Moduulin mekaaninen vika.	Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
Lid of the cartridge entrance port does not open. (Kasettien syöttöaukon kansi ei aukea.)	Moduulin mekaaninen vika.	Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
The Run Test button is not active. (Tee testi -painike ei ole aktiivinen.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin sisällä on vielä QIAstat-Dx-testikasetti, joka on poistettava ennen kuin QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorilla voi tehdä uuden testin. Moduuli ei ole käytettävissä.	Moduulin tilapalkissa olevassa moduulin tilaruudussa näkyy viesti Eject cartridge (Poista kasetti). Paina moduulin tilaruutua ja valitse sitten Eject (Poista). Tarkista, että käyttömoduulin ja analyysimoduulin välinen analyyysi- ja käyttömoduulien liitännäosa on asennettu oikein.
Assay does not run. (Testi ei käynnisty.)	Käyttäjällä ei ole riittäviä oikeuksia testin suorittamiseen. Testiä ei ole asennettu QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin.	Ota yhteyttä laboratorion vastuuhenkilöön tai laitteen pääkäyttäjään. Testi on asennettava. Ota yhteyttä laboratorion vastuuhenkilöön tai laitteen pääkäyttäjään.

Virhe	Mahdollinen syy	Huomautuksia ja ehdotuksia
Result upload status is "Error". (Tuloksen siirtotila on Error (Virhe).)	Isäntäkoneen yhteys on katkennut. Yhteys isäntäkoneeseen on katkennut aikakatkaisun vuoksi. Isäntäkone on hylännyt sanoman.	<p>Pyydä laboratorion vastuuhenkilöä tai laitteen pääkäyttäjää tarkistamaan yhteyden tiedot ja testaamaan yhteys.</p> <p>Pyydä laboratorion vastuuhenkilöä tai laitteen pääkäyttäjää tarkistamaan Timeout (Aikakatkaisu) -asetuksen arvo, joka voidaan suurentaa enimmäisarvoon 60 sekuntia. Jos se on jo asetettu maksimiarvoon, on tarkistettava verkon suorituskyky.</p> <p>Isäntäkone hylkäsi sanoman jostain syystä (tunnistamaton testi, tulkitsemisongelma tms.). Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.</p>
A result cannot be uploaded. (Tulosta ei voi siirtää.)	Tuloksen tila on Expired (Vanhentunut).	Pyydä laboratorion vastuuhenkilöä tai laitteen pääkäyttäjää tarkistamaan sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän Expire Time (Vanhenemisaika) -asetus.
Cannot run a test because there is no test order. (Testiä ei voi tehdä puuttuvan testipyynnön takia.)	Kyseiselle näytetunnukselle ei ole testipyyntöä ja Force Order (Pakota pyyntö) on käytössä sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän asetuksissa. Ongelma laboratorion tietojärjestelmän yhteydessä ja Force Order (Pakota pyyntö) on käytössä sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän asetuksissa.	<p>Pyydä laboratorion tietojärjestelmän pääkäyttäjää tarkistamaan, onko tällä näytetunnuksella pyyntöä laboratorion tietojärjestelmässä</p> <p>Pyydä laboratorion vastuuhenkilöä tai laitteen pääkäyttäjää tarkistamaan isäntäkoneen yhteys.</p> <p>Aja testi ilman pyyntöä ottamalla Force Order (Pakota pyyntö) -asetus pois käytöstä laboratorion/sairaalan tietojärjestelmässä.</p>
Printer is not setup correctly, or test reports cannot be printed. (Tulostinta ei ole asennettu oikein tai testituloksia ei voi tulostaa.)	Useat asiat voivat aiheuttaa tulostimen häiriön.	Katso usein kysytyjä kysymyksiä tulostimen asennuksen vianmäärityksestä sekä ohjeita tavallisiin tulostimen ongelmiin sivulta <a href="https://www.qiagen.com/Products/Software/Software-Tools/Software-Tools-FAQ">QIAGEN.com/QIAStat-Dx_PrinterSetup</a> .
System Update (Järjestelmän päivitys)- ja System Backup (Järjestelmän varmuuskopiointi) -painikkeet eivät ole aktiivisia.	Sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän yhteydessä on häiriö.	Vaikka lataamisessa sairaalan/laboratorion tietojärjestelmään olisi häiriöitä (esim. sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän sammutuksen vuoksi), järjestelmä pyrkii lataamaan tiedot. Latauksen aikana järjestelmän päivittäminen ja järjestelmän varmuuskopiointi eivät ole käytettävissä. Poista sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän yhteys käytöstä ja tyhjennä latausjono ottaaksesi ne käyttöön.
Time zone change is not applied. (Aikavyöhykkeen muutos ei päivity.)	Laite ei tunnista valittua aikavyöhykettä.	Valitse toinen aikavyöhyke, jolla ero on sama.

## 9.2 Virheilmoitukset ja varoitusviestit

Virhe/varoitus	Selitys	Huomautuksia ja ehdotuksia
The AM in the slots has changed. (Paikan analyysimoduuli on vaihtunut.)	Järjestelmä on havainnut, että laitteistokokoonpano on muuttunut. Vähintään yksi analyysimoduuli on siirretty toiseen paikkaan.	Mitään toimenpiteitä ei tarvita. Järjestelmä osaa määrittää itse asetuksensa moduulin paikan vaihtamisen jälkeen.
Performing a backup is recommended before updating or restoring. (Varmuuskopiointiä suositellaan ennen järjestelmän päivitystä tai palautusta.)	Jos päivityksen aikana ilmenee virhe, tietoja voi hävitä. Järjestelmä ja sen sisältämät tiedot voi palauttaa varmuuskopiosta.	Suosittelme varmuuskopioimaan järjestelmän ennen järjestelmän palauttamista tai päivittämistä.

Virhe/varoitus	Selitys	Huomautuksia ja ehdotuksia
Shutdown not possible. (Laitetta ei voi sammuttaa.) Please stop all tests and eject cartridges. (Pysäytä kaikki testit ja poista kasetit.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoria ei voi sammuttaa, jos jokin testi on käynnissä.	Otoda testin valmistumista tai peruuta testi ja sammuta järjestelmä sen jälkeen.
Free disc space <i>ddd</i> reached warning or critical level. (Vapaa levytila <i>ddd</i> saavuttanut varoitustason tai kriittisen tason.)	QIAGENin teknisen palvelun on tarkistettava järjestelmä ja asennettava lisää levytilaa.	Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
The system was not shut down properly last time. (Järjestelmää ei sammutettu edellisellä kerralla oikein.)	Järjestelmää ei ole sammutettu asianmukaisesti. Edellisen testin tiedot ovat saattaneet hävitä.	QIAstat-Dx Analyzer -analysaattori on sammutettava asianmukaisesti painamalla laitteen etupuolen ON/OFF-virtapainiketta ennen laitteen virran katkaisemista laitteen takana olevasta virtakytkimestä tai laitteen irrottamista verkkovirrasta, kuten kohdassa 6.11 on kerrottu.
Test result with invalid data found. (Testituloksessa havaittu kelvottomia tietoja.)	Edellisen testin aikana ilmeni odottamaton virhe.	Kokeile suorittaa testi uudelleen käyttämällä uutta QIAstat-Dx-testikasettia. Jos ongelma ei poistu tai toistuu usein, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
Unexpected behavior of AM <i>nnn</i> . (Analyysimoduulin <i>nnn</i> odottamaton toiminta.)	Yleinen järjestelmävirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
Update data aborted, error occurred. (Tietojen päivitys keskeytetty virheen vuoksi.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin päivityksen aikana ilmeni odottamaton virhe.	Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
No backup file found! (Varmuuskopiotiedosto a ei löydy!)	USB-muistista ei löytynyt oikeanlaista .dbk-päätteistä varmuuskopiotiedostoa.	Tarkista, että tiedosto on USB-muistissa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
Assay <assay_id> not available. (Testi <testin_tunnus> ei käytettävissä.) Code: 0x400 (Koodi: 0x400)	QIAstat-Dx-testikasettia vastaavaa testiä ei ole tuotu QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin.	Tuo testi QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin (katso kohta 6.7.3).
Assay <assay_name> not active. (Testi <testin_nimi> ei ole aktiivinen.)	Testi ei ole aktiivinen.	Aktivoi testi (katso kohta 6.7.1).
Assay <assay_name> already imported. (Testi <testin_nimi> on jo tuotu.) Code: 0x0304 (Koodi: 0x0304)	Tietokannassa on jo käytettävissä testi, jolla on sama tunnus ja versio.	Testi on jo ladattu järjestelmään. Mitään toimenpiteitä ei tarvita.
Import assay failed; the assay file is invalid. (Testin tuonti epäonnistui: testitiedosto ei kelpaa.)	Tuotava testitiedosto ei ole kelvollinen.	Lataa testitiedosto uudelleen osoitteesta <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> . Jos ongelma ei poistu, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.

Virhe/varoitus	Selitys	Huomautuksia ja ehdotuksia
Importing ADF <adf_name> failed. (ADF:n <adf:n_nimi> tuonti epäonnistui.) Code: 0x0305 (Koodi: 0x0305)	Tuotava testitiedosto ei ole kelvollinen.	Lataa testitiedosto uudelleen osoitteesta <a href="http://www.qiagen.com">www.qiagen.com</a> . Jos ongelma ei poistu, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
Login failed! (Sisäänkirjautuminen epäonnistui!)	Sisäänkirjautuminen epäonnistui.	Ota yhteyttä laboratorion vastuuhenkilöön tai laitteen pääkäyttäjään.
Login failed! (Sisäänkirjautuminen epäonnistui!)	Käyttäjällä ei ole tarvittavia oikeuksia QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin käyttöön.	Ota yhteyttä laboratorion vastuuhenkilöön tai laitteen pääkäyttäjään ja pyydä aktivoimaan käyttäjä (katso kohta 6.6.1).
The user is not activated. (Käyttäjää ei ole aktivoitu.)		
Login failed! (Sisäänkirjautuminen epäonnistui!)	Annettu salasana ei ole oikea.	Jos käyttäjä antaa väärän salasanan kolme kertaa, hänen on sen jälkeen odotettava yksi minuutti ennen kuin yrittää sisäänkirjautumista uudelleen. Jos olet unohtanut salasanasi, ota yhteyttä laitteen pääkäyttäjään ja pyydä häntä määrittämään sinulle uusi.
Wrong Password! (Väärä salasana!)		
Login failed! (Sisäänkirjautuminen epäonnistui!)	Käyttäjää ei ole lisätty järjestelmään.	Ota yhteyttä pääkäyttäjään tai laboratorion vastuuhenkilöön ja pyydä lisäämään uusi käyttäjä.
User identification does not exist. (Käyttäjätunnusta ei ole olemassa.)		
Passwords are not identical! (Salasanat eivät ole samoja!)	Uusi salasana on kirjoitettava kaksi kertaa täsmälleen samalla tavalla.	Anna kaksi identtistä salasanaa.
Invalid Password! Min. length 6 characters. Max. length 15 characters. Allowed characters: 0-9, a-z, A-Z, _, space. (Virheellinen salasana! Vähimmäispituus 6 merkkiä. Enimmäispituus 15 merkkiä. Sallitut merkit: 0-9, a-z A-Z, _, välilyönti.)	Salasana ei vastaa tietoturvan vaatimuksia.	Aseta salasana, jonka pituus on vähintään 6 merkkiä ja enintään 15 merkkiä ja joka sisältää vain sallittuja merkkejä: 0-9, a-z A-Z, _ , välilyönti.
Export failed! (Vienti epäonnistui!)	Tulosten viennin aikana ilmeni odottamatonta virheä.	Yritä toimintaa uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
USB Device not found. (USB-laitetta ei löydy.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori ei havaitse USB-muistia.  USB-muisti on salattu, tai se ei ole FAT32-muotoinen.	Aseta USB-liitäntään USB-muisti.
Bar code reading failed. (Viivakoodin luenta epäonnistui.)	Viivakoodinlukijan toimintahäiriö.	Ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.
Failed to scan bar code. (Ei voinut skannata viivakoodia.)	Järjestelmään ei ole ladattu tätä viivakoodia vastaavaa testiä.	Viivakoodi voi olla vahingoittunut. Käytä eri QIAstat-Dx-testikasettia.  Jos ongelma ei poistu, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun.

Virhe/varoitus	Selitys	Huomautuksia ja ehdotuksia
Test failed, Error: <error_code>. (Testi epäonnistui: Virhe: <virhekoodi>.)	Testi epäonnistui ja siinä ilmeni mainittu virhe.	Vaihda QIAstat-Dx-testikasetti uuteen ja yritä testin suorittamista uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys QIAGENin tekniseen palveluun ja ilmoita viestissä mainittu virhekoodi.
User has no right to execute assay <assay_name>. (Käyttäjällä ei ole oikeutta suorittaa testiä <testin_nimi>.)	Käyttäjällä ei ole riittäviä oikeuksia testin suorittamiseen.	Käyttöoikeudet voidaan myöntää User Management (Käyttäjien hallinta) -näytössä (katso kohta 6.6).
Code: 0x0402 (Koodi: 0x0402)		
Cartridge already used. (Käytetty kasetti.)	Käytettyä QIAstat-Dx-testikasettia ei voi käyttää uudelleen.	Hävitä käytetty QIAstat-Dx-testikasetti sovellettavien turvallisuus- ja jätahuoltomääräysten mukaisesti. Vaihda QIAstat-Dx-testikasetti uuteen ja yritä testin suorittamista uudelleen.
Cartridge expired. (Vanhentunut kasetti.)	QIAstat-Dx-testikasettia ei voi käyttää, koska sen viimeinen käyttöpäivä on mennyt.	QIAstat-Dx-testikasettia ei voi enää käyttää. Hävitä kasetti sovellettavien turvallisuus- ja jätahuoltomääräysten mukaisesti.
Different cartridge inserted. (Eri kasetti asennettu.)	Laitteeseen asennettu QIAstat-Dx-testikasetti ei vastaa viivakoodinlukijalla havaittua kasettia.	Aseta sama QIAstat-Dx-testikasetti, joka skannattiin viivakoodinlukijalla.
Failed to create file. (Tiedoston luominen epäonnistui.)	Varmuuskopiotiedoston luominen ei onnistunut.	USB-muisti ei toimi. Vaihda käyttöön toinen USB-muisti ja yritä uudelleen.
HIS/LIS timeout. (HIS/LIS-aikakatkaus.)	Yhteys laitteen ja laboratorion tietojärjestelmän välillä on aikakatkaistu.	Tarkista sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän Timeout (Aikakatkaus) -arvo ja suurena sitä. Jos maksimiarvo on jo asetettu, ota yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun.
Results in state "Uploading" or "Expired" cannot be uploaded. (Siirretään- ja Vanhentunut-tilassa olevia tuloksia ei voi siirtää.)	Tulosten siirto on vanhentunut, eikä niitä voi enää siirtää. Jos tulokset ovat Uploading (Siirretään) -tilassa, niitä ei voi siirtää.	Vanhenemisaikaa voidaan muuttaa sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän asetuksissa.  Uploading (Siirretään) -tilan jälkeen tulokset voidaan siirtää uudelleen.
The maximum number of results for upload <num> is exceed <num>. (Siirron <nro> tulosten enimmäismäärä ylittyi <nro>.)	Samanaikaisen siirron tulosten enimmäismäärä on saavutettu.	Poista joidenkin tulosten valinta ja yritä uudelleen.
No book order for this sample ID. (Tällä näytetunnuksella ei ole testipyyntöä.) Do you want continue anyway? (Haluatko silti jatkaa?)	Laboratorion tietojärjestelmästä ei saatu tutkimuspyyntöä näytetunnukselle. Force Order (Pakota pyyntö)-asetus on pois käytöstä Order Settings (Pyyntöasetukset) -kohdassa.	Jos testiä jatketaan, tuloksilla ei ole vastaavaa pyyntöä laboratorion tietojärjestelmässä, jos tulokset siirretään.
Order not found. (Pyyntöä ei löytynyt.)	Laboratorion tietojärjestelmästä ei saatu tutkimuspyyntöä näytetunnukselle. Force Order (Pakota pyyntö)-asetus on käytössä Order Settings (Pyyntöasetukset) -kohdassa.	Testin tekeminen ei ole mahdollista. Tämä viesti voi tulla näkyviin seuraavista syistä: laboratorion tietojärjestelmä ei lähettänyt näytetunnusta koskevaa pyyntöä, aikakatkaus saavutettiin tai isäntäkoneen yhteydessä on ongelma.



<b>Virhe/varoitus</b>	<b>Selitys</b>	<b>Huomautuksia ja ehdotuksia</b>
Ordered assay not installed. (Pyydettyä testiä ei ole asennettu.)	Testipyyynnössä mainittua testiä ei ole asennettu QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin.  QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorissa oleva testin nimi ei vastaa laboratorion tietojärjestelmän lähettämää testin nimeä.	Asenna vastaava testi.  Tarkista laboratorion tietojärjestelmän testin nimi sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän asetuksista.
No connection to HIS/LIS (Ei HIS-/LIS-yhteyttä)	Laboratorion tietojärjestelmän ja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin välillä ei ole yhteyttä.	Tarkista yhteyden tiedot sairaalan/laboratorion tietojärjestelmän asetuksista.

# 10 Tekniset tiedot

## Käyttöolosuhteet

Virtalähdettä koskevat vaatimukset	100–240 VAC 50–60 Hz IEC 60320-1 C14 -pistorasia
Virrankulutus	300 VA analyysimoduulia kohden
Sulake	1 x 8 A, viive
Temperature (Lämpötila)	15-30°C
Ilmankosteus	20–80 %, suhteellinen, tiivistymätön
Korkeus	0–2200 m
Valo	Enintään 4 000 luksia

## Kuljetusolosuhteet

Lämpötila	0–55 °C, suhteellinen ilmankosteus enintään 85 %, tiivistymätön
-----------	---

## Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset	Täyttää standardin IEC 61326 luokan A vaatimukset Laitte on suunniteltu ja testattu standardin CISPR 11 luokan A vaatimusten mukaisesti. Se saattaa aiheuttaa radiotaajuisia häiriöitä kotitalousympäristössä, ja näiden häiriöiden vähentäminen saattaa vaatia toimenpiteitä.
---	---

## Mekaaniset tiedot ja laitteiston ominaisuudet

### Käyttömoduuli

Mitat	Leveys: 234 mm Korkeus: 326 mm Syvyys: 517 mm
Paino	5 kg

### Analyysimoduuli

Mitat	Leveys: 153 mm Korkeus: 307 mm Syvyys: 428 mm
Paino	16 kg

Ethernet-liitäntä	1 x 10/100 – Base-T Ethernet
USB-liitännät	1 edessä ja 3 takana

# 11 Liitteet

## 11.1 Tulostimen asentaminen ja määrittäminen

Vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin tulostimen asennuksen vianmäärityksestä sekä ohjeita tavallisiin tulostimen ongelmiin on sivulla [QIAGEN.com/QIAStat-Dx\\_PrinterSetup](http://QIAGEN.com/QIAStat-Dx_PrinterSetup).

### 11.1.1 Tulostimen asentaminen USB-liitännän kautta

Asenna tulostin USB-liitännän kautta seuraavasti:

1. Liitä USB-kaapeli tulostimesta yhteen käyttömoduulin USB-liitännöistä. Käytettävissä on neljä (4) USB-liitäntää: yksi näytön oikeassa sivussa ja kolme laitteen taustapuolella.
2. Ota tulostin käyttöön valitsemalla Printer settings (Tulostimen asetukset) -kohdasta PRINTER (Tulostin) tai asenna CUPS-ajuri (kuvattu liitteessä 11.1.3).

**Huomautus:** jos tulostaminen esiasennetun tulostimen kautta ei toimi, suosittelemme yhdistämään QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen paikalliseen tietokoneeseen ja noudattamaan Ethernetin kautta tehtävästä tulostimen asentamisesta annettuja ohjeita (katso kohta 11.1.2).

**Huomautus:** Jos tulostus ei onnistu USB-liitännän kautta yhdistetyn tulostimen kautta, tulostustyön tila ja muut tiedot voi tarkistaa CUPS-käyttöliittymästä. Tietojen tarkastelua varten suosittelemme yhdistämään QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen paikalliseen tietokoneeseen ja noudattamaan Ethernetin kautta tehtävästä tulostimen asentamisesta annettuja ohjeita (katso kohta 11.1.2).

### 11.1.2 Tulostimen asentaminen Ethernetin kautta

**Huomautus:** Jotta tulostin voidaan asentaa Ethernetin kautta, käytettävissä on oltava verkkotulostin, paikallinen tietokone ja QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteet, jotka on kaikki yhdistetty samaan paikallisverkkoon.

Asenna verkossa oleva tulostin Ethernet-liitännän kautta seuraavasti:

1. Yhdistä tulostin Ethernet-verkkoon ja kytke tulostimeen virta.
2. Ota QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteen verkkoasetukset käyttöön (katso kohta 6.8.6).
3. Varmista, että paikallisen tietokoneen verkko on määritetty oikein.
4. Asenna CUPS-ajuri verkon kautta liitteen 11.1.3 ohjeiden mukaisesti.

5. Käynnistä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 uudelleen katkaisemalla virta ja kytkemällä se uudelleen.
6. Ota tulostin käyttöön valitsemalla Printer settings (Tulostimen asetukset) -kohdasta uusi käytettävissä oleva vaihtoehto (asentamasi tulostin). Valitse Save (Tallenna).

### 11.1.3 CUPS-tulostinajurin asentaminen

CUPS (Common UNIX Printing System) on Unix-tyyppistä käyttöjärjestelmää käyttävien tietokoneiden tulostusjärjestelmä, jonka avulla QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin käyttömoduuli voi toimia tulostuspalvelimena. CUPS käyttää PPD (PostScript® Printer Description) -ajureita kaikissa PostScript-tulostimissaan ja muissa kuin PostScript-tulostuslaitteissaan. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin käyttömoduuliin on asennettu valmiiksi PPD-ajureita, mutta siihen voidaan siirtää myös mukautettuja ajureita.

Huomautus: QIAGEN ei takaa, että kaikki tulostimet toimivat QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin kanssa. Testatuista tulostimista on luettelo kohdassa 11.1.4.

Asenna uusi tulostinajuri seuraavasti:

1. Aktivoi CUPS QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattori käyttömoduulin sovellusohjelmistossa kohdasta Options -> System Config -> Network -> Enable CUPS (Valinnat > Järjestelmän asetukset > Verkko > Ota CUPS käyttöön) ja tallenna asetukset valitsemalla Save (Tallenna) (tämä toimenpide edellyttää pääkäyttäjän oikeuksia).
2. Kirjaudu samassa paikallisverkossa olevalla tietokoneella CUPS-ohjelmistoon verkkoselaimen kautta. (esimerkiksi <http://10.7.101.38:631/admin>).


Huomautus: IP-osoite, jota määrittäessä on käytettävä, on kohdassa Options (Asetukset) -> System Config (Järjestelmäasetukset) -> Network (Verkko) -> MAC/IP address (MAC-/IP-osoite).

Kirjaudu sisään seuraavilla tiedoilla:

User name (Käyttäjätunnus): cups-admin

Password (Salasana): käytä QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin käyttömoduulin sovellusohjelmistossa kohdassa Options -> System Config -> Network -> CUPS settings (Asetukset > Järjestelmän asetukset > Verkko > CUPS-asetukset) annettua salasanaa.

3. Valitse Add printer (Lisää tulostin).
4. Valitse tulostin verkosta löytyneiden tulostimien luettelosta ja paina Continue (Jatka) -painiketta
5. Valitse Share this printer (Jaa tämä tulostin) ja paina Continue (Jatka) -painiketta (kuva 82, seuraava sivu).



• [CUPS.org](#)  
• [Home](#)  
• [Administration](#)  
• [Classes](#)  
• [Help](#)  
• [Jobs](#)  
• [Printers](#)

## Add Printer

### Add Printer

**Name:**   
(May contain any printable characters except "/", "#", and space)

**Description:**   
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

**Location:**   
(Human-readable location such as "Lab 1")

**Connection:** socket://10.7.101.237:9100


**Sharing:**  Share This Printer

CUPS and the CUPS logo are trademarks of [Apple Inc.](#) Copyright © 2007-2015 Apple Inc. All rights reserved.

**Kuva 82. Add printer (Lisää tulostin) -näyttö.**


6. Valitse tulostimesi tulostinajuri ja paina Add Printer (Lisää tulostin) -painiketta.

Huomautus: Jos luettelossa ei ole tulostimesi ajuria, käytä tulostinmerkkisi yleiskäyttöisintä ajuria. Jos mikään luetelluista ajureista ei toimi, lataa tarvittava CUPS-ajuri PPD-tiedostona verkosta ja valitse se Or Provide a PPD File (Tai anna PPD-tiedosto) -kentässä, ennen kuin valitset Add Printer (Lisää tulostin) (kuva 83).



Kuva 83. Tulostinajurin valitseminen.

7. Valitse oikea Media Size (Tulostusmateriaalin koko) (esimerkiksi A4), sillä jotkin tulostimet eivät tulosta, jos paperikoko on määritetty väärin. Tallenna sitten valinta valitsemalla Set Default Options (Määritä oletusasetukset) (kuva 84).



**Kuva 84. Oikean tulostusmateriaalin koon valitseminen.**

8. Katkaise QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen käyttömoduulin virta takakytkimestä ja kytke virta takaisin, jotta ajuri tulee käytettävälle.
9. Ota asennettu tulostin käyttöön kohdassa Options (Asetukset) -> System Config (Järjestelmän määrittelyt) -> Printer (Tulostin). Valitse haluamasi tulostin ja sitten Save (Tallenna). Tulostin on nyt käyttövalmis.

#### 11.1.4 Testattujen tulostimien luettelo

QIAGEN on tämän ohjeen ilmestymisaikankohdastaan mennessä testannut seuraavat tulostimet, jotka ovat yhteensopivia QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kanssa sekä USB-liitännän että Ethernet-yhteyden kautta:

- HP® OfficeJet® Pro 6230
- HP Color LaserJet® Pro M254dw
- Brother® MFC-9330CDW

---

Katso ajankohtaisin luettelo testatuista tulostimista osoitteesta [QIAGEN.com/QIAStat-Dx\\_PrinterSetup](https://www.qiagen.com/QIAStat-Dx_PrinterSetup).

Muutkin tulostimet voivat olla yhteensopivia QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kanssa, kun kohdassa 11.1.3 annettuja ohjeita noudatetaan.

## 11.2 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lainmukaisen valmistajan nimi ja osoite:

QIAGEN GmbH

QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden, Saksa

Ajantasainen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan tilata QIAGENin tekniseltä palvelulta.



### 11.3 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromumerkintä (WEEE)

Tässä osassa on tietoja sähkö- ja elektroniikkaromun hävityksestä.

Pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti (katso alla), ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun jätteen seassa. Tuote on toimitettava hyväksytyyn jätteenkäsittelylaitokseen tai määriteltyyn keräyspisteeseen kierrättämistä varten paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Elektroniikkalaiteromun erillinen keräys ja kierrätys sen käyttöiän päätyttyä auttavat säästämään luonnonvaroja ja takaavat, että tuote kierrätetään ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevalla tavalla.



QIAGEN voi huolehtia laitteen kierrätyksestä pyynnöstä ja erillisestä maksusta. Euroopan unionin alueella WEEE-tunnuksella merkittyjen elektroniikkalaitteiden kierrätys on maksutonta erityisten WEEE-kierrätysmääräysten mukaisesti ja tapauksissa, joissa QIAGEN toimittaa korvaavan tuotteen.

Pyydä elektroniikkalaitteen kierrätykseen vaadittava palautuslomake paikalliselta QIAGEN-jälleenmyyjältä. Lomakkeen palauttamisen jälkeen QIAGEN ottaa yhteyttä joko sopiakseen elektroniikkaromun noutamisesta tai tehdäkseen käsittelystä yksilöllisen tarjouksen.

## 11.4 Vastuulauseke

QIAGENin myöntämä takuu raukeaa, jos laitetta korjaavat tai siihen tekevät muutoksia muut kuin QIAGENin omaan henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, lukuun ottamatta tapauksia, joissa QIAGEN on antanut kirjallisen suostumuksen kyseisiin korjaus- tai muutostoimenpiteisiin.

Kaikille takuun puitteissa korvatuille materiaaleille myönnetty takuu on voimassa ainoastaan alkuperäisen takuuajan verran eikä missään tapauksessa alkuperäisen takuun alkuperäisen viimeisen voimassaolopäivän jälkeen, ellei QIAGENin edustaja ole niin kirjallisesti vahvistanut. Lukulaitteiden, liitännälaitteiden ja ohjelmistojen takuu on voimassa ainoastaan kyseisten tuotteiden alkuperäisen valmistajan myöntämän takuun voimassaoloajan päättymiseen saakka. Henkilöiden, mukaan lukien QIAGENin edustajien, antamat esitykset ja takuut, jotka eivät ole yhdenmukaisia tai ovat ristiriidassa tämän takuun ehtojen kanssa, eivät ole QIAGENille sitovia, ellei QIAGENin edustaja ole niin kirjallisesti ilmoittanut ja vahvistanut.

## 11.5 Ohjelmiston lisenssisopimus

LAILLISEN SOPIMUKSEN EHDOT ("sopimus"), osapuolina QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden, Saksa, ("QIAGEN") ja sinä (joko yksityishenkilö tai oikeussubjekti), ohjelmiston (jäljempänä OHJELMISTO) lisenssinsaaaja

Asentamalla OHJELMISTON ja käyttämällä sitä hyväksyt tämän sopimuksen ehdot. Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, palauta ohjelmistopaketti ja muut tarvikkeet (kuten kirjalliset materiaalit) viipymättä ostopaikkaan, jotta saat täyden hyvityksen OHJELMISTON hankintahinnasta.

### 1. LISENSSIN MYÖNTÖ

Laajuus. Tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti QIAGEN myöntää sinulle maailmanlaajuisen, pysyvän, ei-eksklusiivisen ja ei-siirrettävän lisenssin käyttää OHJELMISTOA vain sisäisiin liiketoimintatarkoituksiin.

Et saa

- muokata tai muuttaa OHJELMISTOA kokonaisuudessaan tai osittain etkä yhdistää mitään sen osaa toiseen ohjelmistoon tai erottaa OHJELMISTON osia toisistaan etkä, paitsi lain sallimissa rajoissa ja olosuhteissa, luoda johdannaisvalmisteita tai takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai purkaa OHJELMISTOA tai muutoin johtaa OHJELMISTON lähdekoodia tai yrittää tehdä mitään näistä
- kopioida OHJELMISTOA (lukuun ottamatta edellä mainittuja ehtoja)
- luovuttaa, vuokrata, siirtää, myydä, paljastaa, käydä kauppaa, saattaa saataville tai myöntää oikeuksia ohjelmistotuotteeseen missään muodossa kenellekään henkilölle ilman ennakkoon saatua kirjallista suostumusta QIAGENilta
- poistaa, muuttaa, peittää, häiritä tai lisätä omistusoikeudellisia huomautuksia, merkintöjä, tavaramerkkejä, nimiä tai merkkejä OHJELMISTON sisälle tai sen yhteyteen
- käyttää OHJELMISTOA millään tavalla, joka loukkaa QIAGENin tai muiden osapuolten immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia
- käyttää OHJELMISTOA tuottamaan verkossa toimivia tai muunlaisia tietokantapalveluja kenellekään toiselle henkilölle.

Yhden tietokoneen käyttö. Tämä sopimus sallii yhden OHJELMISTON kopion käyttämisen yhdellä tietokoneella.

Kokeiluversiot. OHJELMISTON kokeiluversiot saattavat vanhentua 30 päivän kuluessa ilman ennakoilmoitusta.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto / muun valmistajan ohjelmisto. Tämä sopimus ei koske mitään muita ohjelmiston osia, jotka ovat avoimen lähdekoodin lisenssin alaisia ohjelmistoihin sisällytetyssä asianomaisessa ilmoituksessa, lisenssissä ja/tai tekijänoikeustiedoissa (yhteisnimitys avoimen lähdekoodin ohjelmisto). Tämä sopimus ei myöskään koske mitään muuta ohjelmistoa, jonka käyttöön QIAGEN on myöntänyt vain johdannaisoikeuden (muun valmistajan ohjelmisto). Avoimen lähdekoodin ohjelmisto ja muun valmistajan ohjelmisto saatetaan toimittaa samalla elektronisella tiedostonsiirrolla kuin OHJELMISTO, mutta ne ovat erillisiä ohjelmia. OHJELMISTO ei ole hyvien laboratoriakäytäntöjen tai muun avoimen lähdekoodin lisenssin mukainen.

Jos ja sikäli kuin QIAGEN toimittaa muun valmistajan ohjelmiston, sellaisen muun valmistajan ohjelmiston lisenssiehdot ovat lisäksi voimassa ja ovat ensisijaisia. Jos QIAGEN toimittaa avoimen lähdekoodin ohjelmiston, sellaisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston lisenssiehdot ovat lisäksi voimassa ja ovat ensisijaisia. QIAGEN antaa sinulle vastaavan lähdekoodin asianomaisesta avoimen lähdekoodin ohjelmistosta, jos avoimen lähdekoodin ohjelmiston asianomaiset lisenssiehdot sisältävät sellaisen velvollisuuden. QIAGEN ilmoittaa, mikäli OHJELMISTO sisältää muun valmistajan ohjelmistoja ja/tai avoimen lähdekoodin ohjelmistoja ja toimittaa vastaavat lisenssiehdot pyynnöstä.

## 2. PÄIVITYKSET

Jos OHJELMISTO on päivitys aiempaan versioon, sinulle myönnetään yksi lisenssi kumpaankin kopioon, etkä saa erikseen siirtää aiempaa versiota paitsi kertaluonteisena pysyvänä siirtona viimeisimmän päivityksen ja kaikkien aiempien versioiden kera toiselle käyttäjälle jäljempänä olevan kohdan 4 mukaisesti.

## 3. TEKIJÄNOIKEUS

OHJELMISTO, mukaan lukien sen sisältämät mahdolliset kuvat ja teksti, on suojattu tekijänoikeudella, ja sitä suojaavat Saksan tekijänoikeuslait sekä kansainväliset sopimukset. Et saa kopioida mitään OHJELMISTON mukana tulevia painettuja materiaaleja.

## 4. MUUT RAJOITUKSET

Et saa vuokrata tai liisata OHJELMISTOA, mutta voit siirtää OHJELMISTON ja siihen liittyvät kirjalliset materiaalit pysyvästi toiselle loppukäyttäjälle, kunhan poistat asennustiedostot

tietokoneeltasi ja vastaanottaja hyväksyy tämän sopimuksen ehdot. Et saa takaisinmallintaa, takaisinkääntää tai purkaa OHJELMISTOA. OHJELMISTON siirtämisen on sisällettävä viimeisin päivitys ja kaikki aiemmat versiot.

**Huomautus:** Tarkista QIAstat-Dx Analyzer -analysointilaitteissa käytettävien kolmansien osapuolten ohjelmistojen lisenssisopimukset kohdasta Options (Asetukset) > **System Config** (Järjestelmäasetukset) > **Version Info** (Versiotiedot).

## 5. RAJOITETTU TAKUU

QIAGEN takaa, että (a) OHJELMISTO toimii olennaisesti mukana tulevien painettujen materiaalien mukaisesti 90 päivän ajan vastaanottopäivästä lukien. Kaikki OHJELMISTOA koskevat viitatut takuut on rajoitettu 90 päivään. Jotkin osavaltiot/hallintoalueet eivät salli viitatun takuun keston rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei ehkä koske sinua.

## 6. ASIAKKAAN MUUTOKSENHAKUKEINOT

QIAGENin koko vastuu, ja sinun ainoa muutoksenhakukeinosi, on, QIAGENin päätöksen mukaan, joko (a) palauttaa maksettu ostohinta tai (b) korjata tai vaihtaa OHJELMISTO, joka ei täytä QIAGENin rajoitettua takuuta ja joka palautetaan QIAGENille kuittikopion kera. Tämä rajoitettu takuu on mitätön, jos OHJELMISTON vika on aiheutunut onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä. OHJELMISTON vaihtoversiolla on takuu alkuperäisen takuuajan tai 30 päivän ajan sen mukaan, kumpi näistä on pidempi.

## 7. RAJATTU VASTUU

Missään tapauksessa QIAGEN tai sen toimittajat eivät ole vastuussa minkäänlaisista vahingoista (mukaan lukien mm. liiketoimintavoittojen menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoimintatietojen menetys tai muut rahalliset menetykset, ennakoimattomat vauriot, kaupallisen menestyksen puuttuminen, epäsuora vaurio tai välillinen vahinko – erityisesti taloudellinen vahinko – tai muiden osapuolten vaateista johtuva vahinko), jotka aiheutuvat OHJELMISTON käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää OHJELMISTOA, vaikka QIAGENille olisi ilmoitettu sellaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät ole voimassa tapauksissa, joissa henkilöloukkaantumisen tai vahingon on aiheuttanut tahallinen teko tai merkittävä huolimattomuus tai tuotevastuulakiin (Produkthaftungsgesetz) perustuva vastuu, takuu tai muu pakollinen lakipykälä.

Edellä mainittu rajoitus on voimassa seuraavissa tapauksissa:

- viivästyminen
- vian aiheuttama kompensatio
- tuhlettujen kulujen kompensatio.

## 8. EI TUKEA

Mikään tässä sopimuksessa ei velvoita QIAGENia antamaan tukea OHJELMISTON käytössä. QIAGEN voi, mutta sillä ei ole mitään velvollisuutta, korjata OHJELMISTON vikoja ja/tai tarjota päivityksiä OHJELMISTON lisenssinsajille. Vastuullasi on viipymättä kohtuullisin pyrkimyksin ilmoittaa QIAGENille kaikista OHJELMISTOSTA löytämistäsi vioista avuksi OHJELMISTON parannettujen versioiden luomisessa.

QIAGENIN mahdollisesti antama OHJELMISTON käyttötuki (mukaan lukien verkkoasennustuki) on pelkästään erillisen tukisopimuksen alaista.

## 9. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Jos et noudata tämän sopimuksen ehtoja, QIAGEN voi päättää tämän sopimuksen ja perua oikeutesi ja lisenssisi käyttää OHJELMISTOA. Voit päättää tämän sopimuksen koska tahansa ilmoittamalla siitä QIAGENille. Kun tämä sopimus on päätetty, sinun on poistettava OHJELMISTO tietokoneeltasi ja arkistoistasi.

**HYVÄKSYT, ETTÄ KUN TÄMÄ SOPIMUS PÄÄTTYY MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ, QIAGEN VOI RYHTYÄ TOIMIIN OHJELMISTON SAATTAMISEKSI TOIMIMATTOMAKSI.**

## 10. OIKEUDENKÄYNTIPAIKKA JA SOVELLETTAVA LAKI

Tätä sopimusta tulkitaan Saksan lakien mukaisesti ottamatta huomioon lakipykälien ristiriitaisuuksia. Yhdistyneiden kansakuntien myyntisopimuksen pykälää ei sovelleta. Huolimatta muista lausekkeista tässä sopimuksessa, tämän sopimuksen osapuolet alistuvat Düsseldorfin tuomioistuinten eksklusiiviseen tuomiovaltaan.

## 11.6 Takuun vastuunrajausilmoitus

QIAGEN EI OTA MITÄÄN VASTUUTA EIKÄ MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA KOSKIEN QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen KÄYTTÖÄ, MUKAAN LUKIEN VASTUU JA TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI SOVELTUVUUTTA TAI TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA TAI MITÄÄN PATENTIN, TEKIJÄNOIKEUKSIEN TAI MUIDEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUSTA MISSÄÄN PÄIN MAAILMAA, POIS LUKIEN SE, MITÄ QIAGENIN LAATIMISSA QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen MYYNTIEHDOISSA ON MÄÄRÄTTY.

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteessa on Ethernet-liitäntä. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen ostaja on yksin vastuussa tietokonevirusten, matojen, troijalaisten, haittaohjelmien, hakkeroinnin ja kaikkien muiden tietoturvarikkomusten estämisestä. QIAGEN ei ole millään tavalla vastuussa tietokoneviruksista, madoista, troijalaisista, haittaohjelmista, hakkeroinnista tai mistään muista tietoturvarikkomuksista.

## 11.7 Sanasto

**Analyysimoduuli (Analytical Module, AM):** QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin tärkein moduuli, joka suorittaa testit QIAstat-Dx-testikasettien avulla. Sitä ohjataan käyttömoduulista (OM).

**Testin määrittelytiedosto:** Testin määrittelytiedosto on tiedosto, joka tarvitaan testin tekemiseen QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorilla. Tiedoston sisältö kertoo, mitä testillä voi mitata, miten se mitataan ja miten käsittelemättömiä mittaustuloksia arvioidaan. Tiedosto on tuotava QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoriin ennen testin ensimmäistä suorituskertaa.

**GUI:** Graafinen käyttöliittymä.

**IFU:** Käyttöohjeet.

**Käyttömoduuli (Operational Module, OM):** QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin osa, joka toimii 1–4 analyysimoduulin (AM) käyttöliittymänä.

**Käyttäjä:** Henkilö, joka käyttää QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattoria sen käyttötarkoituksen mukaisesti.



# HAKEMISTO

Add printer (Lisää tulostin) -näyttö	117	verkkoasetukset	82
Alueelliset asetukset	74	versiotiedot	86
aika	75	yleiset asetukset	79
kieli	75	Järjestelmäloki	85
päivämäärä	75	Järjestelmän	16
Arkiston avaaminen	63	Järjestelmän ominaisuudet	
Arkiston luominen	61	Asetusvalikko	60
Arkistotiedoston luominen		käyttäjien hallinta	64
arkistotiedostot, jotka voi poistaa	62	näytönsäästäjä	59
tiedostot, joita ei voi poistaa	61	Päänäyttö	53
Asennus-	20	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin	
Asetusvalikko	60	järjestelmän tila	91
Automatic log-off (Automaattinen		QIAstat-Dx Analyzer -analysaattorin	
uloskirjautuminen)	79	asetusten määrittäminen	74
CUPS-tulostinajurin asentaminen	116	salasanan vaihtaminen	89
Epidemiologiaraportin luominen	72	sammuttaminen	91
HIS-/LIS-asetukset	77	Sisäänkirjautumisnäyttö	57
Host Communication (Isäntäkoneen yhteys)		testien hallinta	70
	93	Järjestelmän toiminnot ja asetukset	53
Host Settings (Isäntäkoneen asetukset)	93	Jätteiden hävittäminen	121
Huolto	102	Kontrollit	
ilmansuodattimen vaihtaminen	105	epäonnistuneet kontrollit	46
QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin		läpäisseet kontrollit	46
korjaaminen	106	Käytettävissä olevien testien hallinta	70
QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin		uusien testien tuominen	73
pinnan dekontaminoiminen	103	Käyttäjien hallinta	64
QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin		käyttäjien lisääminen	68
pinnan puhdistaminen	102	Käyttäjäluekkelojen avaaminen ja hallinta	
Huomautus	9		65
Ilmoitus QIAGENin käytännöistä	8	käyttäjäprofiilien määrittäminen	66
Jaettu verkkoresurssi	83	käyttäjäprofiilit	64
Jaetun verkkoresurssin asetukset	85	testien määrittäminen	67
Johdanto	6	testitilastot	67
Järjestelmäasetusten määrittäminen		Käyttäjien lisääminen	68
alueelliset asetukset	74	Käyttäjäluekkelojen avaaminen ja hallinta	65
HIS-/LIS-asetukset	77	Käyttäjäprofiilien määrittäminen	66
järjestelmäloki	85	Käyttö-	8
järjestelmän päivittäminen	86	Käyttöpaikkaa	20
järjestelmän varmuuskopiointi	88	Käytön rajoitukset	8
tulostimen asentaminen Ethernetin kautta		Liitteet	115
	115	Lisäanalyysimoduulien asentaminen	27
tulostimen asentaminen USB-liitännän		Moduulin tilasivu	55
kautta	115	Moduulin tilat, jotka voivat näkyä	
tulostimen asetukset	80	tilaruuduissa.	55

Näytönsäästäjä	59	testin nimen määrittäminen	94
Ohjelmiston lisenssisopimus	123	testin tekeminen testipyynnön perusteella	95
Oikean tulostusmateriaalin koon valitseminen	119	testipyynnön luominen, kun yhteys isäntään on käytössä	94
Order Settings (Pyyntöjen asetukset)	93	testitulosten automaattinen siirtäminen isäntäkoneeseen	98
Purkaminen	23	testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen	98
Päänäyttö	53	testitulosten siirtäminen isäntäkoneeseen manuaalisesti	100
Moduulin tilapalkki	54	tiedonsiirron aktivointi ja määrittäminen sairaalan tai laboratorion tietojärjestelmän kanssa	92
Päävalikkopalkki	56	tulosten yhteenvetonäyttö	98
Sisältöalue	57	View Results (Näytä tulokset) -näyttö	99
Yleinen tilapalkki	54	Salasanat	89
QlAsphere Base alustan asetukset	77	Salasanojen vaihtaminen	89
QlAstat-Dx	16, 18, 21	Sanasto	128
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin järjestelmän tila	91	Sisäänkirjautumisnäyttö kirjautuminen ulos	57 59
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin korjaaminen	106	Takuun vastuunrajausilmoitus	127
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin pakkaaminen uudelleen ja kuljettaminen	33	Tekninen	7
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin sammuttaminen	91	Tekniset tiedot	114
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin virran kytkeminen	34	kuljetusolosuhteet	114
QlAstat-Dx Analyzer -analysaattorin asetusten määrittäminen	74	käyttöolosuhteet	114
QlAstat-Dx Analyzer -ohjelmisto	19	mekaaniset tiedot ja laitteiston ominaisuudet	114
QlAstat-Dx-kasetin valmistelemine	35	sähkömagneettinen yhteensopivuus	114
QlAstat-Dx-testikasetin viivakoodin skannaaminen.	36	Test Orders (Testien pyynnöt)	93
Raportin tulostaminen	51	Testattujen tulostimien luettelo	119
Raporttien tallentaminen	43, 50, 51, 61, 63, 89	Testiajon peruuttaminen	41
Raporttien tulostaminen	50	Testien hallinta	70
Result Upload (Tulosten siirto)	93	käytettävissä olevien testien hallinta	70
Results Upload Settings (Tulosten siirtoasetukset)	93	Testien määrittäminen	67
Sairaalan ja laboratorion tietojärjestelmän yhteydet	92	Testien tekeminen ja tulosten tarkasteleminen	34
isäntäkoneen yhteyden vianmääritys	101	Testin tekeminen	35
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin määrittäminen käyttämään isäntäkoneen yhteyttä	94	ajoajan näyttö	39
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin määrittäminen testituloksen automaattista isäntäkoneeseen siirtämistä varten	98	näytetunnuksen viivakoodin skannaaminen	35
QlAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysaattorin määrittäminen testituloksen siirtämiseen isäntäkoneeseen manuaalisesti	100	näytetyypin valitseminen	36
		QlAstat-Dx-kasetin asettaminen	38
		QlAstat-Dx-kasetin poistaminen	39
		QlAstat-Dx-kasetin viivakoodin skannaaminen	35
		testiajon peruuttaminen	41
		tulosten tarkastelu	42
		vahvistusnäyttö	37
		Testin tekeminen testipyynnön perusteella	

näytetunnuksen viivakoodin skannaaminen	95	Turvallisuus-	14
näytetyypin valitseminen	97	Turvallisuus- tietoa merkinnät	15
näyttö testipyynnön noudon aikana.	96	Tämä käyttöopas	6
QIAstat-Dx-testikasetin viivakoodin skannaaminen.	97	User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta)	79
Testitilastot	67	Uusien testien tuominen	73
Tietoturva	15	Vaatumustenmukaisuusvakuutus	120
Tulosten arkistointi	60	VAROITUS	9
Tulosten hakeminen	50	Vastuulauseke	122
Tulosten tarkastelu	42	Verkoasetukset	82, 83
aiemmat testit	48	Vianmääritys	107
CONTROLS (Kontrollit) -välilehti	44	laitteiston virheet	108
lineaarinen asteikko	45	ohjelmiston virheet	108
logaritminen asteikko	45	virheilmoitukset ja varoitusviestit	109
mahdolliset tulokset	49	Virheilmoitukset ja varoitusviestit	109
monistuskäyrät	43	Yleiset asetukset	79
PATHOGENS (Patogeenit) -välilehti	44,	automaattinen uloskirjautuminen	79
46		Exclude modules (Moduulien esto)	80
sulamiskäyrät	45	Patient ID Mandatory (Pakollinen potilastunnus)	79
testin yksityiskohdat	46	Prefer Patient ID Bar Code (Ensisijaisesti potilastunnusviivakoodi)	79
tuloksista hakeminen	50	Prefer Sample ID Bar Code (Ensisijaisesti näytetunnusviivakoodi)	80
tulosten tulostaminen	51	pyydä salasana	79
vieminen USB-muistiin	51	Restore Factory Default (Palauta oletusasetukset)	80
Tulostimen asentaminen Ethernetin kautta	115	Sample ID mandatory (Pakollinen näytetunnus)	79
Tulostimen asentaminen USB-liitännän kautta	115	Use Patient ID (Käytä potilastunnusta)	79
Tulostimen asetukset	80	User Access Control (Käyttöoikeuksien hallinta)	79
Tulostinajurin valitseminen	118	Yleiskuvaus	16
Turvallisuus	9	Yleistä	7
Turvallisuus-	10		
Turvallisuus-	11		
Turvallisuus-	11		
Turvallisuus-	11		
Turvallisuus-	12		
Turvallisuus-	13		

## Asiakirjan muutoshistoria

Päivämäärä	Muutokset
Versio 1 HB-2636-001 04/2019	Ensimmäinen versio. Käyttöön ohjelmistoversion 1.2.x tai uudemman kanssa
Versio 2 HB-2636-002 06/2020	Lisätty tietoja seuraavista aiheista: tietoturva ja USB-muistilaitteen käyttö, QIAstat-Dx Analyzer -ohjelmiston ensimmäinen määrittäminen, tukitiedostopakettien luominen, tulosten arkistointi, järjestelmän päivitykset, virheiden korjauksen kirjaus ja tulostimen asentaminen ja määrittäminen.  Lisätty viittaus <i>QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Printer Setup Guide</i> -ohjeeseen.  Käyttöön ohjelmistoversion 1.3.x tai uudemman kanssa.
Versio 3 HB-2636-003 01/2021	Lisätty kohdat QIASphere-asetuksista, jaettujen verkkoresurssien asetuksista, analyysimoduulin tilasivusta, epidemiologiaraportin luomisesta ja järjestelmän varmuuskopioimisesta.  Kuvat 30, 33, 34, 44, 61–72, 75 ja 76 päivitetty vastaamaan päivitettyjä toimintoja.  Päivitetty taulukot määritysten hallinnointivaihtoehtoista, mahdollisista alueellisista asetuksista, mahdollisista yleisistä asetuksista ja HIS-/LIS-asetuksista.  Lisätty uusi vianmääritystoimenpide epäaktiivisten System Update (Järjestelmän päivitys)- ja System Backup (Järjestelmän varmuuskopiointi) -painikkeiden aktivoimista varten.  Käyttöön ohjelmistoversion 1.4.x tai uudemman kanssa

---

**Tämä sivu on tarkoituksella jätetty tyhjäksi.**

Tavaramerkit: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAstat-Dx®, DiagCORE® (QIAGEN Group); ACGIH® (American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.); Brother® (Brother Industries, Ltd); Clinical and Laboratory Standards Institute® (Clinical Laboratory and Standards Institute, Inc.); Windows® (Microsoft Corporation); OSHA® (Occupational Safety and Health Administration, U.S. Dept. of Labor); PostScript® (Adobe, Inc.); HP®, LaserJet®, OfficeJet® (Hewlett-Packard Development Company).  
Tässä asiakirjassa mainittuja rekisteröityjä nimiä, tavaramerkkejä jne. on pidettävä lain suojaamina, vaikkei niitä olisi erityisesti sellaisiksi merkitty.  
PostScript® on Adoben rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

HB-2636-003 01/2021 © 2020 QIAGEN, kaikki oikeudet pidätetään.

---

Tilaukset [www.qiagen.com/shop](http://www.qiagen.com/shop) | Tekninen tuki [support.qiagen.com](http://support.qiagen.com) | Verkkosivusto [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)