

Detsember 2017

QIAsymphony[®] SP protokollileht

Protokoll Cellfree500_V5_DSP

See dokument on Cellfree500_V5_DSP QIAsymphony SP protokollileht, R2, komplekti QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit 1. versioon jaoks.

Üldteave

QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Kit on ette nähtud kasutamiseks in vitro diagnostikas.

Komplekt	QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit
Proovimaterjal*	Plasma, seerum ja CSF
Protokoli nimetus	Cellfree500_V5_DSP
Analüüs kontrolli vaikekomplekt	ACS_Cellfree500_V5_DSP_default_IC
Muudetav	Eluaadi maht: 60 µl, 85 µl, 110 µl
Nõutav tarkvaraversioon	Versioon 4.0 või uuem

Lisateavet vt „Proovimaterjali ettevalmistamine” ja „Piirangud”, lk 5.

Sahtel „Sample” (Proov)

Proovitüüp	Plasma, seerum ja CSF
Proovi maht	Sõltub kasutatavast proovikatsutist; lisateavet vt www.qiagen.com/goto/dsphandbooks .
Primaarsed proovikatsutid	Lisateabeks vt veeblehte www.qiagen.com/goto/dsphandbooks .
Sekundaarsed proovikatsutid	Lisateabeks vt veeblehte www.qiagen.com/goto/dsphandbooks .
Sisestatavad osad	Sõltub kasutatavast proovikatsutist; lisateavet vt www.qiagen.com/goto/dsphandbooks .
Muu	Vajalik on kandja RNA-puhver AVE segu; sisekontrolli kasutamine on valikiline.

Sahtel „Reagents and Consumables” (Reaktiivid ja tarvikud)

Positsioon A1 ja/või A2	Reaktiivikassett (Reagent cartridge, RC)
Positsioon B1	n/a
Otsikute statiivi hoidik 1-17	Ühekordsed filtriotsakud, 200 µl
Otsikute statiivi hoidik 1-17	Ühekordsed filtriotsakud, 1500 µl
Üksuse karbihoidik 1-4	Üksuse karbid, mis sisaldavad proovi ettevalmistamise kassette
Üksuse karbihoidik 1-4	Üksuse karbid, mis sisaldavad 8 vardaga kaasi

n/a = pole kohaldatav

Sahtel „Waste” (Jäätmemed)

Üksuse karbihoidik 1-4	Tühjad üksuse karbid
Jäätmekoti hoidik	Jäätmekott
Vedeljäätmete pudeli hoidik	Vedeljäätmete pudel

Sahtel „Eluate“ (Eluaat)

Elueerimisraam (soovitame kasutada pesa 1,
jahutusasend)

Lisateabeks vt veebilehte
www.qiagen.com/goto/dsphandbooks.

Vajalik plastvara

	Üks partii, 24 proovi*	Kaks partiid, 48 proovi*	Kolm partiid, 72 proovi*	Neli partiid, 96 proovi*
Ühekordsed filtriotsakud, 200 µl†‡	32	56	80	104
Ühekordsed filtriotsakud, 1500 µl†‡	109	198	297	386
Proovi ettevalmistamise kassetid§	21	42	63	84
8 vardaga kaaned¶	3	6	9	12

* Kui kasutatakse rohkem kui ühe sisekontrolli ühe partii kohta ja kui teostatakse üle ühe inventuurskannimise, läheb vaja täiendavaid ühekordsett kasutatavaid filtriotsakuid. Partii kohta vähem kui 24 proovi kasutamine vähendab vajaminevate ühekordsete filterotsikute arvu töötsükli kohta.

† Filtriotsakute statiivis on 32 filtriotsakut.

‡ Vajalike filtriotsakute arvu hulka on arvatud filtriotsakud, mis on vajalikud üheks inventuurskannimiseks reaktiivi kasseti kohta.

§ Üksuse karbis on 28 proovi ettevalmistamise kassetti.

¶ Üksuse karbis on kaksteist 8 vardaga kaant.

Märkus. Antud filtriotsakute numbrid võivad sõltuvalt seadetest erineda puuteekraanil kuvatavatest numbritest, näiteks partii kohta kasutatavate sisekontrollide arv.

Valitud elueerimismahd

Valitud elueerimismahd (µl)*	Algne elueerimismahd (µl)†
60	90
85	115
110	140

* Puuteekraanil valitud elueerimismahd. See on väikseim võimalik eluaadi kogus viimases elueerimiskatsutis.

† Vajalik esmane elueerimislahuse kogus, mis tagab, et tegelik eluaadi kogus oleks sama kui valitud kogusemaht.

Sisekontrolli kandja RNA (CARRIER) -puhver AVE (AVE) segu ettevalmistamine

Valitud elueerimismaht (μl)	Kandja RNA (CARRIER) maht (μl)	Sisekontrolli maht (μl)*	Puhvri ATE (ATE) maht (μl)	Löppmaht proovi kohta (μl)
60	5	9	106	120
85	5	11,5	103,5	120
110	5	14	101	120

* Sisekontrolli mahu arvutused põhinevad esmastel elueerimismahtudel. Täiendav tühimaht sõltub kasutatavast proovikatsutist; lisateavet vt www.qiagen.com/goto/dsphandbooks.

Märkus. Tabelis esitatud väärised on ette nähtud sisekontroll-kandja RNA (CARRIER) segu ettevalmistamiseks järgneva testimise jaoks, mis vajab 0,1 μl sisekontrolli/μl eluaadile.

Sisekontrolli-kandja RNA (CARRIER)-puhver AVE (AVE) segu sisaldavad katsutid asetatakse katsutihoidikusse. Katsutihoidik, mis sisaldb sisekontrolli-kandja RNA (CARRIER)-puhver AVE (AVE) segu(sid), tuleb asetada proovisahtli pesasse A.

Sõltuvalt töödeldavate proovide arvust soovitame sisekontrolli lahjendamiseks kasutada 2 ml katsuteid (Sarstedt, kat. nr 72.693 või 72.694) või 14 ml 17 x 100 mm polüstüreenist ümmarguste põhjaga katsuteid (Becton Dickinson, kat. nr 352051), nagu on kirjeldatud järgnevas tabelis. Mahu võib jagada kahte või enamasse katsutisse.

Sisekontrolli segu mahu arvutamine

Katsuti tüüp	Nimetus QIAAsymphony puuteekraanil	Sisekontrolli-kandja RNA (CARRIER) - puhver AVE (AVE) segu arvutamine katsuti kohta
Korgiga 2 ml mikrokatsuti; 2 ml mikrokatsuti, PP, SEELIKUGA, (Sarstedt, kataloogi nr 72.694)	SAR#72.694 T2.0 ScrewSkirt	(n x 120 μl) + 360 μl*
Korgiga 2 ml mikrokatsuti; 2 ml mikrokatsuti, PP, SEELIKUTA, (Sarstedt, kataloogi nr 72.693)	SAR#72.693 T2.0 Screw	(n x 120 μl) + 360 μl*
Katsuti 14 ml, 17 x 100 mm polüstüreenist ümara põhjaga (Becton Dickinson, katalooginr 352051)	BD#352051 FalconPP 17x100	(n x 120 μl) + 600 μl†

* Kasutage seda valemit vajaliku sisekontrolli segu mahu arvutamiseks (n = proovide arv; 120 μl = sisekontrolli-kandja RNA (CARRIER)-puhver AVE (AVE) segu maht; 360 μl = vajalik tühimaht katsuti kohta). Nt 12 proovi puhul ($n = 12$): $(12 \times 120 \mu\text{l}) + 360 \mu\text{l} = 1800 \mu\text{l}$. Katsutit töhib täita kuni 1,9 ml (st kuni 12 proovi katsuti kohta). Kui käideldakse rohkem kui 12 proovi, kasutage lisakatsuteid, veendudes et lisataksesse vajalik tühimaht katsuti kohta.

† Kasutage seda valemit vajaliku sisekontrolli-kandja RNA (CARRIER)-puhver AVE (AVE) segu mahu arvutamiseks (n = proovide arv; 120 μl = sisekontrolli-kandja RNA (CARRIER)-puhver AVE (AVE) segu maht; 600 μl = vajalik tühimaht katsuti kohta). Nt 96 proovi puhul ($n = 96$): $(96 \times 120 \mu\text{l}) + 600 \mu\text{l} = 12120 \mu\text{l}$.

Vajalikke sisestatavaid osi vt www.qiagen.com/goto/dsphandbooks.

Proovimaterjali ettevalmistamine

Kemikaalidega töötamisel kandke alati sobivat laborikitlit, ühekordsest kasutatavaid kindaid ja kaitseprille. Lisateabe saamiseks tutvuge toote tarnija pakutava vastava ohutuskaardiga (safety data sheets, SDS).

Plasma, seerumi ja CSF proovid

Puhastamise protseduur on optimeeritud plasma, seerumi või CSF proovidel. Plasma ettevalmistamiseks saab kasutada antikoagulandina EDTA või tsitraat töötlusega vereproove. Proovid võivad olla värsked või külmutatud, eeldades et neid pole külmutatud ja sulatatud enam kui ükskord. Peale kogumist ja tsentrijuugimist saab plasma, seerumi või CSF proove säilitada 2–8°C juures kuni 6 tundi. Pikemaks säilitamiseks on soovitatud alikootide külmutamine –20°C või –80°C juures. Külmutatud plasmat või seerumit võib sulata vaid ükskord. Korduv külmutamine-sulatamine põhjustab valkude denaturatsiooni ja sadestumist, mis potentsiaalselt vähendab viirustiitrit ja seega tagab väiksema viraalse nukleiinhapete saagikuse. Kui proovis on nähtav külmunud sade, tsentrijuugige $6800 \times g$ juures 3 minutit, kandke supernatant üle värskesse katsutisse ilma sadet segamatta ja alustage koheselt puhastamise protseduuriga. Madalate g -jõude juures tsentrijuugimine ei vähenda viraalset tiitrit.

Piirangud

Seerumi hüübe aktivaatoriga töödeldud vereproovid võivad anda vähenenud viraalse nukleiinhapete saagikuse. Ärge kasutage Greiner Bio-One® VACUETTE® verevõtukatsuteid lisandiga Z Serum Clot Activator (seerumi hüübe aktivaator).

Muudatuste ajalugu

Dokumendi muudatuste ajalugu	
R2 12/2017	QIAsymphony tarkvaraversiooni 5.0 värskendus

Ajakohase litsentsiteabe ja tootespetsifilised lahtiütlused leiate vastavast QIAGEN®-i komplekti käsiraamatust või kasutusjuhendist. QIAGEN-i komplekti käsiraamatud ja kasutusjuhendid on saadaval veebilehel www.qiagen.com või tellimisel QIAGEN-i tehniliselt teenistuselt või kohalikult müügiesindajalt.

Kaubamärgid: QIAGEN®, Sample to Insight®, QIAsymphony® (QIAGEN Group); BD™ (Becton Dickinson and Company); Falcon® (Corning, Inc.); Bio-One®, VACUETTE® (Greiner Bio-One GmbH); Sarstedt® (Sarstedt AG and Co.). Käesolevas dokumentis kasutatud registreeritud nimetused, kaubamärgid jne loetakse seadusega kaitsteks ka juhul, kui need pole eraldi kaubamärkidega tähistatud.

12/2017 HB-0301-S34-002 © 2017 QIAGEN, kõik õigused kaitstud.

Tellimine www.qiagen.com/shop | Tehniline tugi support.qiagen.com | Veebisait www.qiagen.com